



Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta

Cod. fiscale/P.I. 05160100011
Sede legale: Via Bologna, 148 - 10154 Torino

Determinazione Dirigenziale SC Acquisti Beni, Servizi Tecnologie

n. 126/B203/2022 del 05 Aprile 2022

OGGETTO: Procedura aperta telematica n.2021/148380287 per l'affidamento, in accordo quadro, della fornitura triennale di kit per amplificazione ed estrazione per i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con eventuale proroga semestrale a scadenza e utilizzo del quinto d'obbligo. Ammissione ed esclusione dei partecipanti

L'anno *Duemilaventidue*, il giorno *Cinque* del mese di *Aprile*, in Torino, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Via Bologna n. 148

Oggetto: procedura aperta telematica n. 2021/148380287 per l'affidamento, in accordo quadro, della fornitura triennale di kit per amplificazione ed estrazione per i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con eventuale proroga semestrale a scadenza e utilizzo del quinto d'obbligo.

Ammissione ed esclusione partecipanti:

IL DIRIGENTE DOTT. ALDO CORGIAT LOIA

- Vista la Delibera del Direttore Generale n. 5/02.00/2022 del 20/01/2022 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile ad interim della S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie;
- Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti;
- Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate;
- Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- Visto l'art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e i successivi provvedimenti sul contenimento della spesa pubblica;
- Visti il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e il successivo D. L. 31 maggio 2021, n. 77;
- Premesso che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con delibera del Direttore Generale n. 319 del 28 dicembre 2021, ha autorizzato la procedura di affidamento in oggetto su piattaforma Sintel, da aggiudicarsi per singoli Lotti (n. 26 Lotti), ex art. 95 co. 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, a favore del prezzo più basso, previa verifica delle schede tecniche e della campionatura dove previsto, come indicato nel Disciplinare di gara;
- Visto che in data 23 febbraio 2022 si è svolta la prima seduta pubblica virtuale di esame della documentazione amministrativa e apertura della documentazione tecnica delle seguenti imprese offerenti:
 - Bio-Rad Laboratories S.r.l. – lotto 16
 - Carlo Erba Reagents S.r.l. – lotti 1-3-4-6-7-8
 - Euroclone S.p.A. – lotto 5
 - Generon S.p.A. – lotti 5-7-14-23-24

- Innovative Diagnostics Sarl – lotti 18-24-26
- Life Technologies Italia – lotti 2-4-5-9-12-13-15-16-23
- Promega Italia S.r.l. – lotti 2-5
- Qiagen S.r.l. – lotti 1-2-3-6-8-14-21-23
- Roche Diagnostics S.p.A. – lotti 1-5
- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. – lotto 16
- Voden Medical Instruments S.p.A. – lotto 2
- VWR International S.r.l. – lotti 3-4-5-8-23

come da verbale n. 1 allegato al presente atto sotto la lettera A), n. 3 pagine;

- Considerato che in data 25 febbraio 2022 con prot. 2003, 2005, 2006 e 2008 (agli atti) si è provveduto a trasmettere ai responsabili delle S.C. competenti, Dott.sse Caramelli, Decastelli, Gorla e dott. Dondo, la documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti per la verifica di conformità rispetto alle specifiche minime richieste nei documenti di gara;
- Visto il verbale n. 2 del 1 aprile 2022 di esito valutazione di idoneità/inidoneità delle schede tecniche effettuata dai Responsabili competenti (allegato "B", n. 20 pagine), da cui risultano le seguenti inidoneità, come da motivazioni riportate nel medesimo verbale:
 - Bio-Rad Laboratories S.r.l.: lotto 16 cod. 12673;
 - Carlo Erba Reagents S.r.l.: lotto 4 cod. 10200;
 - Generon S.p.a.: lotto 5 cod. 10570, lotto 23 cod. 14695;
 - Innovative Diagnostics Sarl: lotto 18 cod. 13419;
 - Life Technologies Italia: lotto 5 cod. 10570, lotto 23 cod. 14695;
 - Promega Italia S.r.l.: lotto 5 cod. 10570;
 - Qiagen S.r.l.: lotto 14 cod. 10306;
 - VWR International S.r.l.: lotto 4 cod. 10200, lotto 5 cod. 10570, lotto 23 cod. 14695.
- Preso atto del procedimento istruttorio compiuto e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

1. Di ammettere alle successive fasi della gara in oggetto i seguenti concorrenti, come da documenti allegati sotto le lettere "A" e "B":
 - Carlo Erba Reagents S.r.l. – lotti 1-3-6-7-8
 - Euroclone S.p.A. – lotto 5
 - Generon S.p.A. – lotti 7-14-24
 - Innovative Diagnostics Sarl – lotti 24-26
 - Life Technologies Italia – lotti 2-4-9-12-13-15-16
 - Promega Italia S.r.l. – lotto 2

- Qiagen S.r.l. – lotti 1-2-3-6-8-21-23
 - Roche Diagnostics S.p.A. – lotti 1-5
 - Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. – lotto 16
 - Voden Medical Instruments S.p.A. – lotto 2
 - VWR International S.r.l. – lotti 3-8
2. Di escludere le offerte delle seguenti imprese, risultate non idonee come da verbali di cui sopra:
- Bio-Rad Laboratories S.r.l. – lotto 16
 - Carlo Erba Reagents S.r.l. – lotto 4
 - Generon S.p.A. – lotti 5-23
 - Innovative Diagnostics Sarl – lotto 18
 - Life Technologies Italia – lotti 5-23
 - Promega Italia S.r.l. – lotto 5
 - Qiagen S.r.l. – lotto 14
 - VWR International S.r.l. – lotti 4-5-23
3. Di dare atto che risultano deserti i lotti 10-11-17-19-20-22-25, in quanto non è pervenuta alcuna offerta, e il lotto 18 in quanto l'unica offerta pervenuta è risultata non idonea e che per tali lotti si procederà mediante nuova procedura;
4. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29, c.1, D.Lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente e su "servizio contratti pubblici" del MIT;
5. Di dare avviso ai concorrenti del presente provvedimento e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo di committente;
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico.

Allegati:

A) verbale esame documentazione amministrativa del 23/24 febbraio 2022, n. 3 pagine;

B) verbale 2 del 1 aprile 2022, n. 20 pagine.

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE DELLA S.C.
ACQUISTI BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
(Dott. Aldo Corgiat/Loia)

Il Responsabile U.O. / S.S. proponente

Si prende visione delle disposizioni contabili
contenute nel presente atto deliberativo.
IL RESPONSABILE DELLA S.C.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VERBALE APERTURA PLICHI
PROCEDURA APERTA N. 2021/148380287

VERBALE N. 1

Oggetto: procedura aperta telematica n. 2021/148380287 per l'affidamento in accordo quadro della fornitura triennale di kit per amplificazione ed estrazione per i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con eventuale proroga semestrale a scadenza e utilizzo del quinto d'obbligo.

Numero procedura: 2021/148380287

Data pubblicazione bando di gara: 21 gennaio 2022

Data scadenza presentazione offerte: 22 febbraio 2022 ore 15:00

L'anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di febbraio alle ore dieci presso la S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie dell'Istituto, in Torino, C.so Brescia n. 53/A, si è riunito il Seggio di gara per l'apertura dei plichi relativi alla procedura in oggetto, nelle seguenti persone:

Rag. Fiorenza BURZIO Collab. Amm.vo Responsabile U.O. Gare e contratti - S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie – Presidente;

Dott. Roberto COLOSI Collaboratore amm.vo addetto U.O. Gare e Contratti - S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie;

Dott.ssa Carmela DE VANNA Assistente amm.vo addetto U.O. Gare e Contratti - S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie – Componente con funzioni di segretario.

PREMESSO

- che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con Delibera del Direttore Generale n. 319 del 28 dicembre 2021, ha autorizzato la procedura di affidamento in oggetto da aggiudicarsi, per singoli Lotti (n. 26 Lotti), ex art. 95 co. 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, a favore del prezzo più basso, come indicato a pag. 1 del Disciplinare di gara n. 2021/148380287;
- che dello svolgimento della procedura è stato dato avviso mediante pubblicazione del bando di gara:
 - sulla G.U.U.E. n. 2022/S 015-032129 del 21 gennaio 2022;
 - sulla G.U.R.I., 5ª serie speciale, n. 9 del 21 gennaio 2022;
 - sulla piattaforma digitale SINTEL all'indirizzo internet www.ariaspa.it in data 21 gennaio 2022;
 - sul sito web www.serviziopubblici.it in data 21 gennaio 2022;
- e per estratto
 - su n. 2 quotidiani nazionali "Il Messaggero" del 25 gennaio 2021 e "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 21 gennaio 2022;
 - su n. 2 quotidiani regionali "Il Giornale del Piemonte" e "Il Corriere di Torino" del 25 gennaio 2022;

[Handwritten signatures]

- che, secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara n. 2021/148380287, le offerte dovevano essere caricate sul portale SINTEL all'indirizzo www.ariaspa.it, entro le ore 15:00 del 22 febbraio 2022, pena l'esclusione;
- che sulla piattaforma SINTEL sono state pubblicate le seguenti comunicazioni:
 - chiarimenti n. 1 dell'8 febbraio 2022;
 - rettifica dettaglio economico lotto 20 dell'8 febbraio 2022.

IL SEGGIO DI GARA

come sopra costituito, procede con le operazioni relative alla prima seduta pubblica di gara consistenti nell'apertura plichi e verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per l'ammissione alla procedura, nonché nella verifica formale della presenza delle schede tecniche, ove richiesto.

Il Presidente fa presente che entro le ore 15:00 del giorno 22 febbraio 2022 sono pervenute sulla piattaforma SINTEL le seguenti offerte da parte delle Ditte:

- Bio-Rad Laboratories S.r.l. – lotto 16
- Carlo Erba Reagents S.r.l. – lotti 1-3-4-6-7-8
- Euroclone S.p.A. – lotto 5
- Generon S.p.A. – lotti 5-7-14-23-24
- Innovative Diagnostics Sarl – lotti 18-24-26
- Life Technologies Italia – lotti 2-4-5-9-12-13-15-16-23
- Promega Italia – lotti 2-5
- Qiagen S.r.l. – lotti 1-2-3-6-8-14-21-23
- Roche Diagnostics S.p.A. – lotti 1-5
- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. – lotto 16
- Voden Medical Instruments S.p.A. – lotto 2
- VWR International S.r.l. – lotti 3-4-5-8-23

Risultano deserti i lotti 10-11-17-19-20-22-25.

I membri del seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il fascicolo contenente la documentazione dei fornitori viene aperto per la prima volta il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 10:07, seguendo l'ordine delle ditte partecipanti.

Il seggio di gara procede quindi, per ciascuna impresa, a verificare la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla gara.

Al termine della verifica risulta che tutti i concorrenti hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta conformemente alle prescrizioni indicate nel Disciplinare di gara 2021/148380287.

Alle ore 16:00 la seduta viene chiusa. Si rimanda al giorno successivo l'apertura e la verifica formale della documentazione tecnica.

Il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 10:24 si procede all'apertura delle schede tecniche presentate dalle imprese offerenti.

 
2


Tutte le imprese offerenti hanno trasmesso la documentazione tecnica conformemente a quanto previsto all'art. 13.4 del Disciplinare di gara.

Si procederà ad inoltrare le schede tecniche ai Responsabili competenti per la relativa verifica di idoneità.

La seduta è chiusa alle ore 11:36 del 24 febbraio 2022.

Fatto, letto, sottoscritto


Rag. Fiorenza BURZIO

Handwritten signature of Fiorenza Burzio in black ink, written over a horizontal line.

Dott. Roberto COLOSI

Handwritten signature of Roberto Colosi in black ink, written over a horizontal line.

Dott.ssa Carmela DE VANNA

Handwritten signature of Carmela De Vanna in black ink, written over a horizontal line.

VERBALE ESITO VERIFICA IDONEITA' SCHEDE TECNICHE**PROCEDURA APERTA N. 2021/148380287****VERBALE N. 2**

Oggetto: procedura aperta telematica n. 2021/148380287 per l'affidamento in accordo quadro della fornitura triennale di kit per amplificazione ed estrazione per i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con eventuale proroga semestrale a scadenza e utilizzo del quinto d'obbligo.


Numero procedura: 2021/148380287

Data pubblicazione bando di gara: 21 gennaio 2022

Data scadenza presentazione offerte: 22 febbraio 2022 ore 15:00

PREMESSO

- che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con Delibera del Direttore Generale n. 319 del 28 dicembre 2021, ha autorizzato la procedura di affidamento in oggetto da aggiudicarsi; per singoli Lotti (n. 26 Lotti), ex art. 95 co. 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, a favore del prezzo più basso, come indicato a pag. 1 del Disciplinare di gara n. 2021/148380287;
- visto il verbale n. 1 del 23/24 febbraio 2022 di apertura plichi e verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per l'ammissione alla procedura, nonché della verifica formale del contenuto delle "Buste schede tecniche" da cui è risultata la regolarità e la conseguente ammissione alle successive fasi di gara di tutte le imprese offerenti;
- considerato che sono pervenute le offerte da parte delle Ditte:
 1. Bio-Rad Laboratories S.r.l. – lotto 16
 2. Carlo Erba Reagents S.r.l. – lotti 1-3-4-6-7-8
 3. Euroclone S.p.A. – lotto 5
 4. Generon S.p.A. – lotti 5-7-14-23-24
 5. Innovative Diagnostics Sarl – lotti 18-24-26
 6. Life Technologies Italia – lotti 2-4-5-9-12-13-15-16-23
 7. Promega Italia S.r.l. – lotti 2-5
 8. Qiagen S.r.l. – lotti 1-2-3-6-8-14-21-23
 9. Roche Diagnostics S.p.A. – lotti 1-5
 10. Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. – lotto 16
 11. Voden Medical Instruments S.p.A. – lotto 2
 12. VWR International S.r.l. – lotti 3-4-5-8-23
- Provveduto a trasmettere in data 25 febbraio 2022 con prot. 2003, 2005, 2006 e 2008 (agli atti) ai responsabili delle S.C. competenti, Dott.sse Caramelli, Decastelli, Gorla e dott. Dondo, la



documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti per la verifica di conformità rispetto alle specifiche minime richieste nei documenti di gara;

- Viste le note prot. 2029 del 28/02/2022, 2493 e 2519 del 10/03/2022 e 3398 del 31/03/2022, allegate al presente verbale, di esito della verifica della documentazione tecnica presentata dalle imprese concorrenti;

il giorno 1 aprile 2022 alle ore 10:10 presso l'U.O. Gare e Contratti, alla presenza dei signori

Rag. Fiorenza BURZIO Collaboratore amm.vo Responsabile U.O. Gare e Contratti - S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie;

Dott. Roberto COLOSI Collaboratore amm.vo addetto U.O. Gare e Contratti - S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie;

Dott.ssa Sara QUATTRONE Assistente amm.vo addetto U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi - S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie;

si provvede a verificare l'esito della valutazione tecnica.

Si rileva che risultano le seguenti non idoneità tecniche:

- Bio-Rad Laboratories S.r.l. – lotto 16 (cod. 12673): la formulazione e la chimica di amplificazione sono differenti dal prodotto richiesto in quanto il prodotto si presenta in formato 4X (anziché 5X) e con tutti i reagenti preassemblati e non forniti separatamente.
- Carlo Erba Reagents S.r.l. – lotto 4 (cod. 10200): il prodotto non è equivalente a quello richiesto per il tempo di esecuzione, sensibilmente più lungo della fase di purificazione post lisi.
- Generon S.p.a.:
 - lotto 5 (cod. 10570): il prodotto non è equivalente a quello richiesto in quanto prevede l'utilizzo di un protocollo di estrazione purificazione differente (impiego di isopropanolo, non viene specificato il carrier o l'impiego di un carrier, eluizione in acqua).
 - lotto 23 (cod. 14695): il prodotto non è equivalente a quello richiesto perché trattasi di enzima formulato per PCR Real Time e non per PCR end-point come richiesto.
- Innovative Diagnostics Sarl – lotto 18 (cod. 13419): il prodotto offerto non è equivalente a quello richiesto poiché non prevede l'applicazione a matrici ambientali per impiego a contrastare eventi di bioterrorismo e non si armonizza con i kit in uso per altri target ricercati per eventi di bioterrorismo (v. antrace, francisella e peste).
- Life Technologies Italia:
 - lotto 5 (cod. 10570): periodo di shelf life < al richiesto.
 - lotto 23 (cod. 14695): il prodotto non è equivalente a quello richiesto perché trattasi di enzima formulato per PCR Real Time e non per PCR end-point come richiesto.
- Promega Italia S.r.l. - lotto 5 (cod. 10570): il prodotto offerto non può essere considerato equivalente a quello richiesto perché utilizza un protocollo chimico differente (non viene indicato l'impiego di un carrier, non vi sono precipitazioni alcoliche, né eluizione in buffer).
- Qiagen S.r.l. – lotto 14 (cod. 10306): il certificato di validazione aggiornato al 2022 non è disponibile.

• VWR International S.r.l.:

- lotto 4 (cod. 10200): il prodotto non può essere considerato equivalente a quello richiesto per l'impiego di un principio chimico differente per lisi e purificazione post lisi (mediante l'uso di alcool assoluto rispetto al prodotto richiesto; utilizzo di lisozima in concentrazione fissa per fase di lisi).
- lotto 5 (cod. 10570): non prevede di essere applicato su matrice sangue, ma solo su fluidi biologici privi di cellule.
- lotto 23 (cod. 14695): il prodotto richiesto ha i componenti confezionati separatamente e non preassemblati come quello offerto che ne limita conseguentemente la flessibilità di impiego.

Risultano invece idonee le schede tecniche presentate per i seguenti lotti:


- Carlo Erba Reagents S.r.l. - lotti 1-3-6-7-8
- Euroclone S.p.A. - lotto 5
- Generon S.p.A. - lotti 7-14-24
- Innovative Diagnostics Sarl - lotti 24-26
- Life Technologies Italia - lotti 2-4-9-12-13-15-16
- Promega Italia S.r.l. - lotto 2
- Qiagen S.r.l. - lotti 1-2-3-6-8-21-23
- Roche Diagnostics S.p.A. - lotti 1-5
- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. - lotto 16
- Voden Medical Instruments S.p.A. - lotto 2
- VWR International S.r.l. - lotti 3-8

che vengono quindi ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche.

La seduta è chiusa alle ore 11:15.

Fatto, letto, sottoscritto

Rag. Fiorenza BURZIO



Dott. Roberto COLOSI



Dott.ssa Sara QUATTRONE

Allegati:

- prot. 2029 del 28/02/2022 - n. 1 pagina
- prot. 2493 del 10/03/2022 - n. 1 pagina
- prot. 2519 del 10/03/2022 - n. 13 pagine
- prot. 3398 del 31/03/2022 - n. 2 pagine.


PROCEDURA APERTA N. 2021/280

PROCEDURA APERTA 2021/148380287

		PROCEDURA APERTA N. 2021/280			DITTE OFFERENTI	
		PROCEDURA APERTA 2021/148380287				
Lotto	Codice articolo Istituto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste in unità di misura	Modalità di valutazione	INNOVATIVE DIAGNOSTICS S.R.L.
26	16380	KIT ELISA PER COMPETIZIONE PER RICRCA QUALITATIVA (PRESENZA /ASSENZA) DI ANTICORPI ANTIGLICOPROTEINA P80 DEL VIRUS BVDV (BOVINE VIRAL DIARRHOEA) IN SIERO E PLASMA BOVINO E IN LATTE BOVINO INDIVIDUALEE DI MASSA. KIT COSTITUITO DA PIASTRE IN FORMATO STRIPS CONCERTIFICATO DI QUALITA' PER OGNI LOTTO, SCHEDA DI SICUREZZA E SCADENZA SUPERIORE A MIESE 12. UTILIZZABILE CON PROTOCOLLO DI INCUBAZIONE BREVE E OVERNIGHT. IL KIT DEVE ESSERE SUPPORTATO DA UNO STUDIO DI VALIDAZIONE. SPECIFICITA' DIAGNOSTICA: >= 99%. SENSIBILITA' DIAGNOSTICA >=98%. RIPETIBILITA' TRA PIASTRE: CV <= 10%. CONF. MAX 480 TEST	TST	20800	Scheda tecnica più campionatura all'aggiudicazione	Si

IL RESPONSABILE S.C. DIAGNOSTICA GENERALE

Dott. A. Dondo



IZSTO\I\U\0002493\10-03-2022\Protocollo S.S. GENETICA E TECNICHE OMICHE AVANZATE

PROCEDURA APERTA N. 2021/1511

VALUTAZIONE IDONEITA' PROCEDURA APERTA N. 2021/148380287

LOTTO	Codice articolo Istituto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste in unità di misura	Modalità di valutazione	CARLO ERBA REAGENTS	QIAGEN SRL	GENERON SPA	VWR INTERNATIONAL SRL
6	11038	KIT PER ESTRAZIONE RNA TOTALE OTTIMIZZATO PER TESSUTI RICCHI IN LIPIDI E COMPATIBILE CON L'OMOGENIZZATORE FASTPREP.VALIDITA' 12MESI.	TST	2000	Scheda tecnica	SI	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO
7	13937	KIT DI ESTRAZIONE DEL DNA DA MATRICI ALIMENTARI PROCESSATE E COMPLESSE, SENZA L'UTILIZZO DI CLOROFORMIO E FENOLI, CON LA POSSIBILITA' DI PROCESSARE FINO A 1 GRAMMO DI CAMPIONE VALIDITA' 12 MESI CONF.MAX.250 TST	TST	1850	Scheda tecnica	SI	NON OFFERTO	SI	NON OFFERTO
8	14228	KIT ESTRAZIONE RNA TOTALE E SMALL RNA/MIRNA CON ELUZIONI SEPARATE VALIDITA' 6 MESI CONF. MAX 250 TST	TST	300	Scheda tecnica	SI	SI	NON OFFERTO	SI

IL RESPONSABILE S.C. NEUROSCIENZE

Dott.ssa M. Caramelli

Si fa presente che i prodotti valutati sono di competenza e utilizzo della S.S. GENETICA E TOA (S.C. DIAGNOSTICA SPECIALISTICA)

Dr Elena BOZZETTA
Responsabile SC Diagnostica
Specialistica

IZSTO\I/U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI


4510 \1/ U \0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI

PROCEDURA APERTA N. 2021/148182/STP

VALLUTAZIONE IDONEITA' PROCEDURA APERTA N. 2021/148182/STP

LUTTO	Codice articolo lotto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richiesta in unità di misura	Modello di valutazione	QUANTITÀ REL	CABLO DBA REAGENTI S.R.L.	BOCIE DIAGNOSTICA S.P.A.	PROTEGA ITALIA S.R.L.	VODER MEDICAL INSTRUMENTS S.P.A.	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	VITA INTERNATIONAL SRL	EUBIOCLONE SPA	GEMERON SPA	SIB-MAD LABORATORIES ITALIA	TUBERO SYSTEM DIAGNOSTICS	INNOVATIVE DIAGNOSTICS SRL
1	408	QUANTO DNA MINI LOT QUANTO PER SINTESI DI DNA A PARTIRE DA DNA SEMPLICE, MITOCONDRIALE, BATTERICO O VIRALE. IL KIT DEVE INCLUERE DA 100 A 1000 REAGENTI PER LA SINTESI DI DNA A PARTIRE DA UNO DEI SEGUENTI: DNA SEMPLICE, DNA SEMPLICE E CELLULE DA CULCURE DI UNO DEI SEGUENTI: COLONNARI CON UNO DEI SEGUENTI: MIZANAZIONE, QUANTIFICAZIONE, MIZANAZIONE, CODICE QUANTITATIVO O EQUIVALENTE	KIT	200	Kit di lavoro	SI	SI	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO
2	701	KIT PER LA PURIFICAZIONE DI PRODOTTI DI INTERESSE MOLECOLARE DA ADATTARE PRESSO I NON STRUMENTI DI LABORATORIO (MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE)	KIT	1170	Kit di lavoro	SI	SI	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO
3	704	COLONNARE PER PURIFICAZIONE MOLECOLARE (MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE) PER PURIFICAZIONE PRESSIONE DIVERSO PORT INCLUSIVE BIG DYE TERMINATION.	KIT	2160	Kit di lavoro	SI	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO
4	1028	KIT PER LA PURIFICAZIONE DI DNA SEMPLICE (MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE) PER PURIFICAZIONE PRESSIONE DIVERSO (MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE) VALUTATA 12	KIT	1000	Kit di lavoro	NON OFFERTO	NO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	SI	NO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO
5	1070	KIT PURE VIRAL NUCLEIC ACID KIT CODICE MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE VALUTATA 12 (M)	KIT	20	Kit di lavoro per purificazione di acidi nucleici	NON OFFERTO	NON OFFERTO	SI	NO	NON OFFERTO	NO	NO	NON OFFERTO	NO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO
6	1074	CONIUMBIOTICI (SFERICI) CLONIA 1 ML DNA CRONOCODA 03-1 ML DI BIERO UNANO CODICE THERMO FISHER CAT: 0311941 O EQUIVALENTE VALUTATA 12 (M)	KIT	100	Kit di lavoro	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO
7	1078	KIT PER LA PURIFICAZIONE MOLECOLARE (MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE) PER PURIFICAZIONE PRESSIONE DIVERSO (MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE) VALUTATA 12 (M)	KIT	100	Kit di lavoro	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO
8	1029	INCHIOSTRO PER STRIP CODICE MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE VALUTATA 12 (M)	KIT	1	Kit di lavoro	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO
9	9020	INCHIOSTRO PER STRIP CODICE MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE VALUTATA 12 (M)	KIT	1	Kit di lavoro per purificazione di acidi nucleici	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO
10	1411	KIT PER LA PURIFICAZIONE MOLECOLARE (MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE) PER PURIFICAZIONE PRESSIONE DIVERSO (MACHERY-NAGEL O EQUIVALENTE) VALUTATA 12 (M)	KIT	1	Kit di lavoro per purificazione di acidi nucleici	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	SI	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO	NON OFFERTO

IZSTO\I\U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**

IL PRODOTTO 14695 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO


DALLA DITTA UWR NON E' IDONEO

IN QUANTO: IL PRODOTTO RICHIESTO HA I COMPONENTI
CONFEZIONATI SEPARATAMENTE E NON PREASSEMBLATI
COME QUELLO OFFERTO CHE ^{ME} LIMITA CONSEGUENTEMENTE
LA FLESSIBILITA' DI IMPIEGO

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dr.ssa M. GORIA
Biologo
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

IZSTO\I/U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzlo

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**

IL PRODOTTO 146 ps (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO

DALLA DITTA GENEON NON E' IDONEO

IN QUANTO: IL PRODOTTO NON E' EQUIVALENTE A QUELLO RICHIESTO
PERCHE' TRATTASI DI ENZIMA FORMULATO PER PCR
DELE TIME E NON X PCR END-POINT COME RICHIESTO

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dr. ssa M. GORIA
Biologo
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

IZSTO\I/U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it


DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE

IL PRODOTTO 146PS (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO


DALLA DITTA LIFE TECHNOLOGIES NON E' IDONEO

IN QUANTO: IL PRODOTTO NON E' EQUIVALENTE ALLA RICHIESTA
PERCHE' TRATTASI DI ENZIMA FORMULATO PER PCR
REAL TIME e NON PER PCR END-POINT COME RICHIESTO

IL RESPONSABILE COMPETENTE


Dr.ssa M. GORIA
Biologa
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

IZSTO\I\U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Firenze Burzlo

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**

IL PRODOTTO 13419 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO

DALLA DITTA INNOVATIVE DIAGNOSTICS SARL NON E' IDONEO

IN QUANTO: IL PRODOTTO OFFERTO NON E' EQUIVALENTE
A QUELLO RICHIESTO POICHE' NON PREVEDE L'APPLICAZIONE
A MATRICE AMBIENTALE X IMPIEGIO A CONTRASIARE
EVENTI DI BIOTERRORISMO E NON SI ARMONIZZA
CON I KIT IN USO PER ALTRI TARGUET RICERCATI PER
EVENTI DI BIOTERRORISMO (V. ANTRACE, PERNICIOSA E PESCE)

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dr. ssa M. GORIA
Biologo
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

IZSTO\I/U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**

IL PRODOTTO 12673 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO


DALLA DITTA Biohit NON E' IDONEO

IN QUANTO: LA FORMULAZIONE E LA CHIMICA DI AMPLIFICAZIONE
SONO DIFFERENTI DAL ^{PRODOTTO} ~~kit~~ RICHIESTO IN QUANTO
IL PRODOTTO SI PRESENTA IN FORMATO 4X (anziché 5x)
e con tutti i reagenti PRE-ASSEMBLATI e non forniti
SEPARATAMENTE

IL RESPONSABILE COMPETENTE


Dr. ssa M. GORIA
(Biologo)
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

IZSTO\I/U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Firenze Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**

IL PRODOTTO 20570 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO

DALLA DITTA JWR - OMEGA BIO-TEK NON E' IDONEO

IN QUANTO: NON PREVEDE DI ESSERE APPLICATO SU
MATRICE SANGUE, MA SOLO SU FLUIDI BIOLOGICI
PRIN DI CELLULE

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dr. ssa M. GORIA
Biologo
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

IZSTO\I/U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it


**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**

IL PRODOTTO 10570 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO


DALLA DITTA PRONEGA NON E' IDONEO

IN QUANTO: IL PRODOTTO OFFERTO NON PUO' ESSERE CONSIDERATO EQUIVALENTE A QUELLO RICHIESTO PERCHE' UTILIZZA UN PROTOCOLLO CROMATICO DIFFERENTE (NON VIENE INDICATO L'IMPIEGHO DI UN CARRIER, NON VI SONO PRECIPITAZIONI ALCOOLICHE, MA' ELUZIONE IN BUFFER)

IL RESPONSABILE COMPETENTE


Dr. ssa M. GORIA
Biologo
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

IZSTO\I\U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**

IL PRODOTTO 60570 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO

DALLA DITTA GENERON NON E' IDONEO

IN QUANTO: IL PRODOTTO NON E' EQUIVALENTE A QUELLO
RICHiesto IN QUANTO PREVEDE L'UTILIZZO DI UN
PRODOTTO DI ESTRAZIONE PURIFICAZIONE DIFFERENTE
(IMPIEGO DI ISOPROPANOLO; NON VIENE SPECIFICATO IL CARRIER
O L'IMPIEGO DI UN CARRIER; EMOZIONE IN ACQUA)

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dr.ssa M. GORIA
Biologo
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ente Sanitario di diritto pubblico
Via Bologna 148, 10154 - Torino, IT
Tel. +39 01126861 - PEC: izsto@legalmail.it

IZSTO\I/U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**


IL PRODOTTO 10570 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO
DALLA DITTA LIFE TECHNOLOGIES NON E' IDONEO
IN QUANTO: PERIODO DI SHELF LIFE < AL RICHIESTO

IL RESPONSABILE COMPETENTE


Dr. ssa M. GORIA
Biologo
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ente Sanitario di diritto pubblico
Via Bologna 148, 10154 - Torino, IT
Tel. +39 01126861 - PEC: izsto@legalmail.it

IZSTO\I/U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**

IL PRODOTTO 10200 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO

DALLA DITTA UWR NON E' IDONEO


IN QUANTO: IL PRODOTTO NON PUO' ESSERE CONSIDERATO EQUIVALENTE A QUELLO RICHIESTO PER L'IMPIEGHO DI UN PRINCIPIO CHIMICO DIFFERENTE PER USI E PURIFICAZIONE POST LISI (MEDIANTE L'USO DI ALCOL ASSOLUTO RISPETTO AL PRODOTTO RICHIESTO) UTILIZZO DI USO/UMA IN CONCENTRAZIONE FISSA A FASE DI USI) -

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dr.ssa M. GORIA
Biologo
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ente Sanitario di diritto pubblico
Via Bologna 148, 10154 - Torino, IT
Tel. +39 01126861 - PEC: izsto@legalmail.it

IZSTO\I\U\0002519\10-03-2022\Protocollo S.C. BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PRODUZIONI



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
S.S. ACQUISTO BENI E SERVIZI
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

**DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE**

IL PRODOTTO 10200 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO

DALLA DITTA CARLO ERBA NON E' IDONEO

INQUANTO: IL PRODOTTO NON E' EQUIVALENTE A QUELLO
DICHIESO PER IL TEMPO DI ESECUZIONE, SENSIBILMENTE
PIU' LUNGO, DELLA FASE DI PURIFICAZIONE POST-LISI

IL RESPONSABILE COMPETENTE


Dr.ssa M. GORIA
Biologo
S.C. BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PRODUZIONI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ente Sanitario di diritto pubblico
Via Bologna 148, 10154 - Torino, IT
Tel. +39 01126861 - PEC: izsto@legalmail.it

IZSTO\I/U\0002005\25-02-2022\Protocollo S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE [A4.4] Pagina 1 di 1

IZSTO\I/U\0003398\31-03-2022\Protocollo S.C. SICUREZZA E QUALITA' DEGLI ALIMENTI

PROCEDURA APERTA N. 2021/313

VALUTAZIONE IDONEITA' PROCEDURA APERTA N. 2021/148380287

LOTTO	Codice articolo Istituto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste in unità di misura	Modalità di valutazione	DITTE OFFERENTI	
						QIAGEN SRL	GENERON SPA
14	10306	KIT PER LA DETERMINAZIONE DI SALMONELLA SPP CON VALIDAZIONE INTERNAZIONALE SECONDO ISO 16140 SU ALIMENTI AD USO UMANO, PER ANIMALI E AMBIENTI DI LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI PER PIATTAFORMA REAL-TIME VALIDITA' 12 MESI CONF. MAX 100 TEST	TST	4416	Scheda tecnica più campionatura all'aggiudicatario	NO	SI

IL RESPONSABILE S.C. SICUREZZA E QUALITA' DEGLI ALIMENTI

Dott.ssa L. Decastelli



IZSTO\I/U\0003398\31-03-2022\Protocollo S.C. SICUREZZA E QUALITA' DEGLI ALIMENTI

IZSTO\I/U\0002005\25-02-2022\Protocollo S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
[Al.4] Pagina 1 di 1



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

S.C. ACQUISTO BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
U.O. GARE E CONTRATTI
Rag. Fiorenza Burzio

Tel. n. +39 0112686379/205/206
e-mail: gare@izsto.it

DICHIARAZIONE DI NON IDONEITA'
PROCEDURA APERTA 2021/148380287
(ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT PER
ESTRAZIONE E AMPLIFICAZIONE

LOTTO 14

IL PRODOTTO 10306 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTO
DALLA DITTA GIAGEN SRL NON E' IDONEO

IN QUANTO:

IL CERTIFICATO DI VALIDAZIONE AGGIORNATO AL
2022 NON E' DISPONIBILE

IL RESPONSABILE COMPETENTE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Via Bologna 140, 10154 - Torino, IT
Tel. +39 01126861 - PEC: izsto@izsto.it