

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

ESITO DI GARA RDO NR. 2437534

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di più operatori economici per l'affidamento della fornitura di un Analizzatore di mercurio, per il Laboratorio Contaminanti Ambientali della Sede dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

CIG ZF12A80D42 CPV 38430000

Importo totale a base d'asta € 28.700,00 oltre IVA 35.014,00 IVA inclusa).

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 DEL 30/01/2020

LOTTO UNICO –Analizzatore di mercurio codice scheda ANAL GH 1


ditta	Punteggio tecnico	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
FKV SRL	58,00	€ 24.000,00	40	98,00


Ditta aggiudicataria: FKV – € 24.000,00 oltre Iva (€ 29.280,00 IVA inclusa)

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa.

Torino, li 30/01/2020

IL RESPONSABILE
S.C. TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo VICARIO)



MLP/mg


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 70 del 30/01/2020

Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RDO n. 2437534 su piattaforma MEPA per l'affidamento i della fornitura di un analizzatore di mercurio per il Laboratorio Contaminanti Ambientali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Importo totale di aggiudicazione Euro 24.000,00 oltre IVA (Euro 29.280,00 IVA inclusa).

Il Dirigente dott. Massimo Vicario

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 21/02/2018

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.

E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 30/01/2020 per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione _____

Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RDO n. 2437534 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di un analizzatore di mercurio per il Laboratorio Contaminanti Ambientali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Importo totale di aggiudicazione Euro 24.000,00 oltre IVA (Euro 29.280,00 IVA inclusa).

Su proposta dell'U.O. Programmazione e gestione Beni e Servizi

- Visti
- La Delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto "Dott. Vicario Massimo – proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa "Tecnico Logistico ed Appalti";
- Il D.Lgs. 19 aprile n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare, l'art. 26, comma 6;
- Dato atto che con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, il legislatore ha disposto, tra le altre misure, che gli *enti del servizio sanitario nazionale utilizzano per l'acquisto di beni e servizi, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento* (art. 5 co. 13, lett. d);
- la delibera del Direttore Generale n. 509 del 18 ottobre 2019 di approvazione del nuovo Regolamento per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Vista la richiesta per l'affidamento della fornitura di un analizzatore di mercurio per il laboratorio Contaminanti Ambientali della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, vistata dal Direttore Generale (acquisti contemplati nel programma aziendale per l'acquisizione di attrezzature tecnico scientifiche mobili e arredi e attrezzature elettroniche – anni 2019/2020 – Delibera del Direttore Generale n. 262 del 03/05/2019) agli atti;
- Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che i prodotti oggetto del presente provvedimento sono presenti nelle categorie merceologiche rientranti negli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. sul portale www.acquistinretepa.it, e segnatamente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza

nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

- Visto l'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nelle "Condizioni particolari di Rdo", "Criteri di aggiudicazione" (Nuovo codice dei contratti pubblici);
- Preso atto che si è proceduto con confronto concorrenziale aperto a qualsiasi fornitore del mercato elettronico abilitato all'iniziativa del Mepa "Beni/Ricerca/Rilevazione Scientifica e Diagnostica", e dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma MEPA, in data 7 Novembre 2019 della RDO n. 2437534 per la fornitura sopra emarginata, da aggiudicarsi per singolo lotto unico, delle condizioni particolari di RDO, delle condizioni particolari di contratto e della scheda tecnica inserite nella procedura (allegato "A" n. 18 pagine);
- Constatato che entro il termine stabilito (ore 12:00 del 26 Novembre 2019) ha presentato offerta solo la ditta Fkv Srl;
- Visto che in data 27 Novembre 2019 si è svolta la prima seduta virtuale di esame della documentazione amministrativa a seguito della quale risulta ammessa alle successive fasi la ditta Fkv, unica ditta ad aver presentato offerta (agli atti);
- Considerato che l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dispone che in caso di procedure con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione, composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, costituita da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto;
- Vista la Determinazione Dirigenziale del Responsabile della S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti n. 452 del 5 Dicembre 2019 di ammissione del partecipante alla gara e di nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. 50/2016, per l'esame dell'offerta tecnica;
- Preso atto che il Presidente della Commissione giudicatrice, in data 13 Dicembre 2019 alle ore 9,30 ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura dei files che compongono la "Busta elettronica concernente l'offerta tecnica" del concorrente, verificando la presenza della documentazione tecnica richiesta; dalla verifica è risultato che l'impresa ha presentato la documentazione tecnica prevista nelle condizioni particolari di RDO. L'offerta presentata dall'impresa soddisfa i requisiti minimi richiesti, quindi si è proceduto all'attribuzione dei punteggi;
- Visto il verbale di apertura ed esame dell'offerta tecnica ed economica in data 13 Dicembre 2019, allegato "B", n. 5 pagine, dal quale risulta idonea l'unica offerta pervenuta dell'impresa Fkv Srl, con un punteggio complessivo di 98,000 (allegato "A" n. 5 pagine);
- Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione della procedura Rdo 2437534 alla ditta Fkv Srl con sede legale in Largo delle Industrie, 10 – Torre Boldone (BG), per un importo complessivo di Euro 24.000,00 oltre IVA (Euro 29.280,00 IVA inclusa);

- Rilevato che il costo della sicurezza per rischi interferenziali relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Programmazione e gestione Beni e Servizi;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Dato atto che l'approvvigionamento di cui al presente atto viene acquisito, per quanto esplicitato in premessa, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 3 e 3-bis, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Visto il Verbale di apertura offerta tecnica e economica della procedura negoziata Rdo n. 2437534 allegato sotto la lettera "B", a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista l'offerta economica della ditta Fkv Srl (agli atti);
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

1. Di approvare tutti gli atti della procedura negoziata n. 2437534 su piattaforma telematica Mepa e di affidare la fornitura di un analizzatore di mercurio, all'impresa Fkv Srl, con sede legale in Largo delle Industrie,10 – Torre Boldone (BS), per un importo complessivo ad Euro 24.000,00 oltre IVA – (Euro 29.280,00 IVA inclusa) per le motivazioni esposte in premessa (allegati A-B a costituirne parte integrante e sostanziale);
2. Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione al soggetto e nelle forme di cui all'art. 76 D.Lgs. n. 50/2016;
3. Di dare atto che direttore dell'esecuzione del contratto sarà la Dott.ssa Maria Cesarina Abete, Responsabile S.C. Contaminanti Ambientali;
4. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Maria Chieppa (Assistente Amministrativo U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi);
5. Di disporre che la liquidazione verrà effettuata a seguito di verifica della regolare esecuzione del contratto;
6. Di dare atto che il costo di cui al presente provvedimento, per Euro 24.000,00 oltre IVA – (Euro 29.280,00 IVA inclusa), trova idonea copertura nel conto aziendale n. 1120401 del budget di struttura assegnato aut. n. 2020/8:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Costo	Budget Anno/num./sub
FKV SRL (cod. 663)	1120401	€ 29.280,00	2020/8/10

- A. Condizioni particolari di Rdo, Condizioni particolari di contratto e scheda tecnica, n. 18 pagine;
 B. verbale di apertura ed esame offerte tecniche ed economiche del 13 Dicembre 2019, n. 5 pagine.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile U.O. / S.S. proponente
IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI (Dott. Massimo Vicario)	<i>Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel presente atto deliberativo.</i> IL RESPONSABILE DELLA S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Allegato ¹¹ A₁ alla
Determinazione Dirigenziale
n. del
composto da n. 18 pagine

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
"I. Altara"
VIA BOLOGNA 148 - TORINO
TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770
PARTITA I.V.A.: 05160100011**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO SU MEPA

Iniziativa del MEPA CONSIP - BENI - "RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA"

Procedura previa consultazione di più operatori economici per l'affidamento della fornitura di un Analizzatore di mercurio, per il Laboratorio Contaminanti Ambientali della Sede dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

RDO n. 2437534

CIG ZF12A80D42 CPV 38430000

Importo totale a base d'asta € 28.700,00 oltre IVA 35.014,00 IVA inclusa).

Responsabile del procedimento: Maria Chieppa tel. 0112686277- 218

Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. *Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I.. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.*

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di un Analizzatore di mercurio da utilizzare presso il Laboratorio Contaminanti Ambientali della Sede dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA (di seguito ISTITUTO).
2. Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti la fornitura è emerso che non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale. In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.
3. Le modalità di esecuzione della fornitura sono contenute nelle Condizioni particolari di contratto della presente procedura.

2 - VISIONE DEI LUOGHI

Il concorrente può, previo appuntamento, prendere visione dei luoghi e degli impianti e di tutto

quanto eventualmente necessario per il buon funzionamento dell'attrezzatura/arredo.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri necessari al perfetto funzionamento dell'attrezzatura/arredo per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, come meglio definiti nelle condizioni particolari di contratto della RDO.

3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – CAPACITA' TECNICA – SCHEDE PRODOTTO

- Il concorrente dovrà obbligatoriamente trasmettere telematicamente, nella sezione *Documenti richiesti ai partecipanti*,
- il DGUE, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale
- il modulo "Dichiarazioni integrative" debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale
- il file *Condizioni particolari di contratto*, sottoscritto per accettazione con firma digitale
- Il file ***SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO***, completato, non trasformato in PDF sottoscritto con firma digitale

Le specifiche tecniche dell'attrezzatura richiesta sono riportate nel documento allegato ***SCHEDA PRODOTTO***

Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi perché l'offerta possa essere presentata e costituiranno oggetto della verifica di conformità della fornitura.

Ove nelle specifiche tecniche riportate nella scheda articolo sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica, si intende apposta la dicitura "o equivalente". Il concorrente pertanto potrà offrire prodotto equivalenti sotto il profilo funzionale e tecnico.

Al fine di consentire la verifica della capacità tecnica dell'attrezzatura richiesta, ed entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, restituire per il lotto offerto la scheda prodotto (*documento SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO*) allegata alla RDO debitamente completata nella parte riservata al fornitore a conferma della conformità del bene ai singoli requisiti tecnici richiesti, inoltre è necessario indicare espressamente il valore offerto in relazione ai parametri e criteri di valutazione. Tale scheda non deve riportare, a pena di esclusione, indicazioni di prezzo dell'apparecchiatura.

La mancata presentazione o l'omessa o incompleta compilazione della scheda prodotto comporterà l'impossibilità di valutare la capacità tecnica del concorrente e la sua conseguente esclusione.

La modifica o la cancellazione, anche parziale, delle indicazioni riportate nella parte riservata all'Istituto comporterà l'esclusione del concorrente dal lotto.

La scheda prodotto dovrà essere inviata telematicamente, utilizzando la piattaforma MEPA, firmata digitalmente.

L'offerta economica sarà aperta solo dopo la verifica di conformità dei prodotti offerti. È interesse dell'Impresa concorrente, pertanto, fornire tutte le informazioni necessarie ed utili per la preliminare valutazione dell'idoneità del prodotto. In ogni modo, comunque, l'attrezzatura sarà valutata in relazione alle esigenze tecniche a fronte delle quali l'Istituto ha indetto la procedura di affidamento.

NON SARANNO AMMESSE OFFERTE CONDIZIONATE, INDETERMINATE, PLURIME E/O ALTERNATIVE.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
Totale	100

L'offerta tecnica verrà valutata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri di seguito indicati, riferiti ai parametri individuati nella scheda attrezzatura come "valutazione a punteggio":

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO			
2.	Numero di celle	3 celle 2 celle	18 8		
	3.	Range di lettura	tra 0,001 e < 0,005 tra ≥ 0,005 e < 0,01 tra ≥ 0,01 e < 0,05	18 8 2	
6.		Modifica tempi e temperatura	tempo > 900 secondi temperatura decomposizione > 900°C	8	
			tempo ≤ 900 secondi temperatura decomposizione > 900°C	6	
	tempo > 900 secondi temperatura decomposizione ≤ 900°C		4		
	tempo ≤ 900 secondi temperatura decomposizione ≤ 900°C		2		
	7.		Utilizzo di ossigeno ed Aria	ossigeno e aria solo ossigeno o solo aria	8 4
				12.	Touch Control e PC
18.	Corso di formazione	3 giorni in house formatore con comprovata esperienza pluriennale, lingua italiana	3		
		2 giorni in house formatore con comprovata esperienza pluriennale, lingua italiana	2		

Per tutti i punti è prevista l'attribuzione del punteggio tabellare da parte della Commissione secondo i criteri di valutazione sopra descritti.

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti da attribuirsi mediante la formula "concava alla migliore offerta", di seguito riportata:

$$PE = PEmax * [(BA - P) / (BA - Pmin)]^\alpha$$

Dove:

PEmax: massimo punteggio attribuibile (30)

BA: prezzo a base d'asta (valore soglia)

P: prezzo offerto dal concorrente

Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

α: esponente che regola il grado di concavità della curva pari a 1

La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

Tutti i punteggi vengono attribuiti con troncamento al secondo decimale.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari importo l'Amministrazione procederà mediante sorteggio pubblico tra le offerte medesime in luogo, data e ora che saranno comunicate ai concorrenti interessati.

In caso di aggiudicazione, il documento di stipula generato dal Mercato elettronico sarà assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. Spetterà al fornitore l'onere di dimostrare all'Ente l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013. Il mancato assolvimento del tributo comporterà la prescritta segnalazione, entro il termine di 30 giorni, alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 642/1972.

4 – RTI/CONSORZI

In caso di partecipazione di RTI o consorzi, si richiama quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

5 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Istituto i seguenti documenti:

- In caso di R.T.I. non costituito, l'Atto notorio di costituzione del raggruppamento temporaneo con il quale le imprese conferiscono, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, con relativa procura conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario (art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva). La cauzione definitiva, ove richiesta, dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale. Non sarà chiesta cauzione definitiva per contratti di importo inferiore a € 20.000,00.

6 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal primo aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito per brevità "Regolamento", si precisa che l'ISTITUTO provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che cartacei, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ISTITUTO, ed in particolare ai fini della partecipazione del Fornitore alla selezione e dell'eventuale emissione del contratto di fornitura e della gestione del contratto stesso, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del medesimo contratto, relativamente ai quali il

conferimento dei dati personali è obbligatorio. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra. Il Fornitore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'art. 12 del Regolamento.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA, con sede in Via Bologna, 148 – 10154 Torino.

8- COMUNICAZIONI

- 1 Si consiglia di controllare la presenza di comunicazioni/chiarimenti all'interno della RDO prima della presentazione dell'offerta.
- 2 Le richieste di chiarimenti devono essere presentate attraverso la piattaforma MEPA.
- 3 L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti o agli aggiudicatari attraverso la piattaforma MEPA o posta elettronica certificata.

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

"I. Altara"

VIA BOLOGNA 148 - TORINO

TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770

PARTITA I.V.A.: 05160100011

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
RDO 2437594 PER LA FORNITURA DI UN ANALIZZATORI DI MERCURIO**

La fornitura si svolgerà in osservanza, in via gradata, delle seguenti Condizioni particolari di contratto, del *Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (edrev. 3/0)*, disponibile sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: http://www.izsto.it/images/CAPITOLATO_GENERALE_3_0.pdf e, per quanto non previsto, delle Condizioni generali di contratto dell'iniziativa.

1 - OGGETTO

1. La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un contratto per la fornitura di Analizzatore di mercurio codice scheda ANAL HG 1 (lotto unico) da utilizzare presso il Laboratorio Contaminanti Ambientali della Sede dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA (di seguito ISTITUTO), da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione come descritte nel presente documento.

2 - INFORMAZIONI GENERALI

1. All'esito della procedura di aggiudicazione della fornitura del lotto, di cui al presente Capitolato, l'ISTITUTO invierà al fornitore ordine di acquisto.

3 - ORDINATIVI – TEMPI E MODALITÀ DELLE CONSEGNE

1. L'ordine sarà inoltrato dall'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi tramite piattaforma MEPA.
2. In deroga alle condizioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'Operatore economico si impegna ad eseguire ordinativo di importo imponibile inferiore agli Euro 400,00, senza ulteriore aggravio di spesa. Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.
3. La consegna dovrà essere effettuata presso il presidio appresso indicati entro 45 gg. solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo.

4. Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di quindici giorni lavorativi.
5. La consegna dovrà essere effettuata al piano e nei locali indicati, anche nel caso in cui manchi impianto elevatore.
6. Si evidenzia che l'Istituto non dispone di un servizio di facchinaggio interno; pertanto l'aggiudicatario dovrà provvedere direttamente alla consegna, installazione e collaudo.
7. Costituisce quindi onere del concorrente richiedere prima della presentazione dell'offerta le informazioni necessarie all'esecuzione completa della fornitura come sopra specificato o eseguire un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e degli accessi.
8. L'Istituto potrà, con comunicazione inviata via PEC o raccomandata RR, differire il termine di consegna per un periodo non superiore a mesi sei, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura per l'aggiudicatario in conseguenza del differimento.

4 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

1. Sono a carico dell'esecutore gli oneri e obblighi seguenti, conglobati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:
 - l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il carico e scarico, il sollevamento a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc., delle attrezzature comprese nel presente appalto ed il relativo montaggio, nonché la sostituzione o ripristino del materiale deteriorato;
 - il ritiro e lo smaltimento dell'usato, dove richiesto nella sezione "luoghi di consegna";
 - la pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari e la riconsegna degli ambienti per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio ed installazione;
 - la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli allacciamenti impiantistici necessari (idrico-fognante, elettrico, gas, canali di espulsione aria per armadi ecc.), anche se non specificatamente indicati nelle specifiche tecniche, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, a partire dai punti di derivazione più vicina sino a raggiungere tutte le attrezzature/arredi oggetto della fornitura che necessitano di allacci tecnologici (banconi, armadi, cappe e quant'altro), il tutto eseguito secondo la normativa vigente in materia; le prove di tenuta di tutte le reti impiantistiche realizzate, in conformità alle normative vigenti in materia, compreso il rilascio delle prescritte dichiarazioni di cui al D.M. n.37/2008 e s.m.i., nonché gli elaborati grafici "as built" degli impianti elettrici, gas, idrici e scarichi. La fornitura e posa in opera si intende pertanto comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, idraulici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente

dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionanti le attrezzature fornite senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l'Amministrazione di questo Istituto.

- ogni prestazione in cantiere per la posa in opera con gli oneri relativi ad essa attinenti, comprese le eventuali opere di finitura;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;
- l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale.

5 – RITIRO DELL'USATO

1. Ove previsto nelle presenti condizioni di contratto, il ritiro di Apparecchiatura Elettrica Elettronica (AEE) usata a fronte della consegna di AEE nuova, viene definita uno contro uno RAEE.
2. Ai fini della responsabilità estesa del produttore (art.8, art 14 2008/98 CE), il ritiro dell'usato e la gestione del rifiuto durante l'intero ciclo vita, compresi i costi di tale gestione, sono a carico del produttore dell'AEE (art 178 bis D. lgs 152/06)
3. Il ritiro dovrà essere effettuato a carico del Produttore/distributore in una delle seguenti modalità:
 - In caso di riutilizzo ex art. 178 bis D. lgs 152/06, con documento di trasporto dal luogo di ritiro alla sede del produttore e senza nessuna emissione di formulario da parte dell'Istituto medesimo, provvedendo il produttore, conseguiti gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio, al successivo smaltimento in assoluta autonomia
 - con le modalità semplificate previste dall'art. 6, co. 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2005 e dal D. Lgs. n. 49/2014, utilizzando documento semplificato di trasporto dei RAEE conforme al modello di cui al D.M. n. 65/2010.
 - Con Formulario rifiuti (responsabilità estesa). Con questa modalità occorre che una ricevuta del FIR timbrato dall'impianto di trattamento sia consegnata anche all' IZSPLVA (188 comma1 152/2006). Si precisa che l'Istituto NON è il produttore come definito dal D. lgs 49/2014 di conseguenza non saranno accettati documenti (FIR) che lo indichino come tale.

6 - COLLAUDO

1. Ove previsto nelle SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURA/ARREDO, le attrezzature dovranno essere collaudate a cura e spese dell'aggiudicatario, in presenza del Responsabile del Reparto di destinazione o di un suo delegato.

2. Il collaudo deve accertare che i beni corrispondano a quanto offerto nella documentazione di gara e presentino i requisiti richiesti dal Disciplinare.
3. Il montaggio e le prove tecniche di funzionamento sono a carico dell'aggiudicatario; al termine di tali operazioni, questi deve darne comunicazione all'Istituto.
4. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, dovrà essere effettuato e verbalizzato il collaudo e la presa in consegna delle attrezzature: entrambe le operazioni dovranno svolgersi in presenza del personale utilizzatore e del collaudatore. La firma del verbale di collaudo da parte del personale del fornitore certifica che l'attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento, e ne consente formalmente l'utilizzo.
5. Sino al collaudo e alla presa in consegna, l'attrezzatura rimane di proprietà del fornitore e l'Istituto non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.
6. L'Istituto, tramite i suoi funzionari, si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché a richiedere modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto è stato offerto ed ordinato ed alle normative vigenti. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie per garantire il funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sottoparti.
7. Il verbale di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso, dovrà contenere la descrizione dettagliata delle apparecchiature messe a disposizione, essere redatto e firmato dal soggetto aggiudicatario e controfirmato dal Responsabile della struttura interessata a testimonianza dell'effettuazione delle verifiche di competenza.
8. Il verbale medesimo dovrà essere redatto in tre copie, di cui due saranno consegnate all'incaricato dell'Istituto.
9. Il collaudo si considera positivamente accettato alla data in cui le prescrizioni dell'Istituto sono state eseguite dall'aggiudicatario ed in cui i funzionari collaudatori, appositamente convocati, accertano la presenza e la conformità dell'ultima consegna; se, per esempio, il soggetto aggiudicatario consegna in data successiva al collaudo la traduzione in italiano dei manuali e/o alcuni accessori, componenti o materiali indispensabili o previsti in fornitura, la data valida per il conteggio della garanzia e dei pagamenti è quella alla quale i funzionari collaudatori, appositamente convocati, accertano la presenza e la conformità dell'ultima consegna.
10. Ogni costo derivante dalle operazioni di prove tecniche di funzionamento e collaudo è a carico dell'aggiudicatario (mano d'opera del tecnico specializzato, set iniziale di funzionamento, uso delle apparecchiature di simulazione e misura, ecc.). Per attrezzature

di limitata tecnologia e/o costo, le verbalizzazioni delle prove di funzionamento e del collaudo possono essere contestuali; per apparecchiature di particolare complessità deve decorrere il tempo necessario affinché il personale, adeguatamente istruito sull'uso, sia in grado di verificarne il funzionamento.

11. Non sono previste forme di pagamento o collaudo parziali nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di consegnare una parte di quanto offerto ed ordinato e richieda il superamento del collaudo ed il pagamento della quota relativa alla parte consegnata e collaudabile.

7 - GARANZIA

1. Il materiale fornito deve essere privo di difetti dovuti a errata progettazione o cattiva esecuzione od a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti richiesti dall'Istituto e/o indicati dall'Impresa nella sua documentazione.
2. Per il periodo minimo indicato nelle SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURA/ARREDO, a partire dalla data del positivo collaudo, o per il termine più lungo indicato in offerta, gli strumenti dovranno essere coperti da garanzia full inclusive presso il nostro presidio e senza alcuna spesa a carico dell'Istituto (comprensiva di una visita annuale di manutenzione preventiva, ove richiesta nella scheda tecnica) mediante assistenza diretta del personale del costruttore. La manutenzione dovrà prevedere la visita programmabile dal cliente con almeno 48 ore di preavviso e dovrà comprendere quanto previsto dalle procedure (che devono essere rilasciate) della Ditta stessa atte a comprovare il buon funzionamento delle apparecchiature.
3. Sono da ritenersi incluse le parti di ricambio sostituite durante gli interventi di manutenzione correttiva a seguito malfunzionamento per le quali il fornitore utilizzerà prodotti originali nuovi.
4. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati con assistenza diretta del personale del costruttore e devono essere comunicati al Responsabile del Laboratorio utilizzatore.
5. L'Impresa ha l'obbligo di rilasciare al cliente copia cartacea del report finale di avvenuta manutenzione.
6. Durante tutto il periodo di garanzia l'Impresa deve inoltre fornire al cliente:
 - assistenza tecnica tramite numero di telefono dedicato ed e-mail;
 - aggiornamenti software critici e non critici;
 - supporto per le applicazioni ed accesso a moduli di training online.
7. Dalla garanzia sono espressamente esclusi:
 - gli interventi che si rendessero necessari in seguito al verificarsi di eventi straordinari (ad es. incendio, furto, terremoto, alluvione, crollo, guerre ed insurrezioni, catastrofi, etc.);

- gli interventi che si dovessero rendere necessari a causa di uso improprio, abuso, dolo, colpa e manomissione da parte degli utilizzatori degli strumenti o da terze parti opportunamente comprovati dall'aggiudicatario. Ove emergesse l'opportunità di interventi relativi alle esclusioni sopra citate, a seguito di valutazione, caso per caso, in contraddittorio con l'Istituto, il costo degli stessi sarà fatturato separatamente, previo regolare ordinativo dell'Istituto.
- 8. Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di progettazione o di esecuzione determinino l'indisponibilità dello strumento o di parte di esso, l'Impresa dovrà intervenire entro il tempo massimo di 3 giorni dall'apertura della chiamata, con espressa esclusione delle giornate di sabato, domenica ed altre festività infrasettimanali, senza soluzione di continuità nel periodo estivo.
- 9. Il tempo di fermo del sistema ha pertanto convenzionalmente inizio 3 giorni lavorativi dopo la chiamata dell'impresa, anche a mezzo telefono, e fine con il ripristino della piena funzionalità del sistema. In relazione all'ammontare dei giorni di fermo durante il periodo di garanzia, si applica una penalità dallo 0,2% (zero virgola due percento) al 4% (quattro per cento) del costo di acquisto dell'apparecchiatura, secondo la gravità e le circostanze del fermo.
- 10. Nel caso di ripetuti fermi totali o parziali dell'apparecchiatura eccedenti i 20 giorni nell'anno, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto.

8 - OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1 L'impresa si impegna a far rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* – e dal Codice di comportamento pubblicato sul sito dell'Istituto al link
<http://www.izsto.it/images/stories/concorsi/CODICE DI COMPORTAMENTO IZS 2017 .pdf>, a tutti i propri collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.
- 2 In caso di violazione di tali obblighi l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

9 - SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP SPA

1. Qualora Consip S.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto una convenzione relativa alla medesima fornitura, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione

stipulata da Consip S.p.a. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalla convenzione in parola risultassero più convenienti di quelle offerte dall'aggiudicatario, verrà richiesto a quest'ultimo di adeguarli a quelli risultanti dalla Convenzione; nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provvedesse all'adeguamento il responsabile del procedimento procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'ISTITUTO ha diritto di recedere qualora la fornitura di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il fornitore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

10 - PAGAMENTI

1. Il pagamento per prestazione o fornitura regolarmente eseguita avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o, se questa è anteriore, dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Per singoli bonifici di importo superiore a € 1.000,00 i pagamenti saranno assoggettati ad una commissione bancaria fissa per spese di bonifico a carico del beneficiario

- bonifici da € 1.000 a € 10.000	€ 2,50
- bonifici superiori ad € 10.000	€ 3,50

2. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
3. In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospendere l'esecuzione.

11 - REQUISITI

1. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 (commi 1, lettera a), e 3) del Codice dei contratti pubblici, l'Istituto procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

RDO_ATTR_CPDC

1. L'appaltatore assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*).
2. L'appaltatore deve comunicare all'ISTITUTO gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (al num. 011/2474779) alla S.C. Economico Finanziario dell'ISTITUTO (vedi modello sul sito internet dell'ISTITUTO alla voce *amministrazione-bandì di gara*).
3. In pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2, l'ISTITUTO non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
4. L'ISTITUTO procederà a risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'ISTITUTO, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

13 – LUOGHI E ORARI DI CONSEGNA

ORARI DI CONSEGNA

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

LUOGO DI CONSEGNA E RITIRO USATO presso il laboratorio Contaminanti Ambientali – Palazzina “E” piano 1° - Via Paganini, 25 Torino (è presente montacarichi dimensioni porta d'ingresso mt. 1 x 1,99 – interno mt. 1,67 x 1,40 – altezza mt. 2,10)

Ritiro di uno spettrofotometro - Identificativo SP08MP – N. cespìte 00534 – Marca Milestone Fkv – Modello DMA80.

Si approvano le condizioni particolari di contratto ed il Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed./rev. 3.0, nonché specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli del Capitolato generale:

art. 13 - durata

art. 18 – condotta da parte dell'affidatario

art. 19 – periodo di prova – collaudo ed accettazione

art. 20 - forniture rifiutate all'accettazione o al collaudo

art. 21 – fatturazione pagamento: modalità

art. 22 - sospensione dei pagamenti

art. 23 - motivi per applicazione di penalità

art. 24 - penalità

art. 25 – procedimento relativo all'applicazione di penalità

art. 26 - recesso e risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.)

art. 27 - effetti della risoluzione: esecuzione in danno

art. 28 - trasferimento di proprietà dei beni e rischi

art. 31 - tracciabilità dei flussi finanziari ulteriori clausole risolutive espresse

art. 32 - foro competente

Art. 33 - Clausola di trasparenza

Il Rappresentante legale dell'Impresa (firma digitale)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO			
SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO			
MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0
GESTIONE TECNOLOGIE			
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEDA: ANAL HG 1	
			Ediz./Rev. 00.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

ANALIZZATORE DI MERCURIO SENZA TRATTAMENTO DI PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

DETERMINAZIONE DEL MERCURIO SU QUALSIASI TIPO DI MATRICE

CASA COSTRUTTRICE: _____

MODELLO OFFERTO: _____

VS. CODICE: _____

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Possibilità di analizzare campioni solidi, liquidi e gas senza trattamenti di preparazione chimica del campione	
2. Banco ottico con una o più celle reali di lettura con gestione automatica della curva di calibrazione e integrazione dei segnali (Valutazione a punteggio)	
3. Range di lettura con sensibilità $\leq 0,05$ e fino a 1000 ng di mercurio (Valutazione a punteggio)	
4. Possibilità di effettuare curve di calibrazione con campioni standard solidi e liquidi	
5. Sistema di pre-concentrazione con possibilità di eseguire più cicli di estrazione con arricchimento di mercurio su trappola in amalgama d'oro e successivo strippaggio	
6. Eventuale possibilità di modificare tempi e temperature di essiccazione e decomposizione (Valutazione a punteggio)	
7. Possibilità di utilizzare sia ossigeno sia aria in fase di decomposizione (Valutazione a punteggio)	
8. Autocampionatore con almeno 40 posizioni e sistema automatico di introduzione del campione	
9. Possibilità di utilizzare navicelle porta campioni in quarzo o in metallo, direttamente su auto campionatore	
10. Acquisizione della pesata del campione con possibilità di interfacciamento a bilancia elettronica	

11. L'apparecchio dovrà essere fornito di navicelle per solidi e liquidi	
12. Sistema di controllo con schermo Touch Control dedicato, o in alternativa, personal computer compatibile all'unità completo di software di gestione strumentale in ambiente Windows. Per entrambe le soluzioni si richiede una stampante o comunque la possibilità di stampare i risultati delle operazioni	
13. Possibilità di gestione dei dati secondo le norme GLP, TQM e ISO	
14. Alimentazione 220-240 V	
15. Marcatura CE Conformità a norme antinfortunistiche vigenti	
16 Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
17. Installazione e collaudo a cura e spesa della Ditta fornitrice, eseguito presso il nostro presidio con presenza di personale tecnico della stessa	
18. Corso di formazione sull'utilizzo dell'attrezzatura (Valutazione a punteggio)	
19. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per 24 mesi dalla data del positivo collaudo	

POSIZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
2.	Numero di celle	18
3.	Range di lettura	18
6.	Modifica tempi e temperatura di essiccamento	8
7.	Utilizzo di ossigeno ed Aria	8
12.	Touch Control e PC	5
18.	Corso di formazione	3
TOTALE PUNTO PER VALORE TECNICO		80

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
2.	Numero di celle	3 celle 18 2 celle 8
3.	Range di lettura	tra 0,001 e < 0,005 18 tra ≥ 0,005 e < 0,01 8 tra ≥ 0,01 e < 0,05 2 tempo > 900 secondi 8
6.	Modifica tempi e temperatura	temperatura decomposizione > 900°C 8 tempo ≤ 900 secondi 6 temperatura decomposizione > 900°C 6 tempo > 900 secondi 4 temperatura decomposizione ≤ 900°C 4 tempo ≤ 900 secondi 2 temperatura decomposizione ≤ 900°C 2
7.	Utilizzo di ossigeno ed Aria	ossigeno e aria 8 solo ossigeno o solo aria 4 Touch Control + PC dedicato 5 Solo Touch Control 3 Solo PC dedicato 3
12.	Touch Control e PC	3 giorni in house formatore con comprovata esperienza plurennale, lingua italiana 3
18.	Corso di formazione	2 giorni in house formatore con comprovata esperienza plurennale, lingua italiana 2

Gara telematica con procedura negoziata mediante RDO n. 24375347 per l'affidamento della fornitura di n. 1 ANALIZZATORE DI MERCURIO per la S.S. Laboratorio CONTAMINANTI AMBIENTALI della Sede di Torino

Allegato alla
Determinazione Dirigenziale
n. del 5
composto da n. pagine

VERBALE DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE

N. 1

L'anno duemiladiciannove addì 13 del mese di Dicembre alle ore nove e trenta, in Torino, C.so Brescia 53/A, presso la S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta si è riunita la Commissione per l'apertura in seduta pubblica virtuale delle "Busta offerta tecnica" relative alla procedura di gara in epigrafe, e per la successiva valutazione delle medesime, in seduta riservata, nelle seguenti persone:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Dott.ssa Maria Cesarina Abete | Presidente |
| 2. Dott.ssa Stefania Squadrone | Componente |
| 3. Sig.ra Renata Tarasco | Componente |
| 4. Sig.ra Maria Chieppa | Segretario |

LA COMMISSIONE

- Dato atto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ha indetto procedura negoziata mediante RDO n. 2437534 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di n. 1 Analizzatore di mercurio per la S.S. Contaminanti Ambientali della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, da aggiudicarsi, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri indicati nelle condizioni particolari di RDO;
- Considerato che entro il termine di presentazione delle offerte (26 Novembre 2019 ore 20:00) è pervenuta n. 1 offerta da parte della seguente impresa:
 - Fkv S.r.l.
- Vista la Determina Dirigenziale del Responsabile della S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti n. 452 del 5 dicembre 2019 di ammissione della ditta Fkv alla gara e di nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. 50/2016 per l'esame dell'offerta tecnica;
- Preso atto che come indicato nelle condizioni particolari di RDO «l'offerta tecnica verrà valutata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri indicati riferiti ai parametri individuati nella scheda attrezzatura come "valutazione a punteggio"» di seguito riepilogati:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
2.	Numero di celle	3 celle	18
		2 celle	8
3.	Range di lettura	tra 0,001 e < 0,005	18
		tra ≥ 0,005 e < 0,01	8
		tra ≥ 0,01 e < 0,05	2
6.	Modifica tempi e temperatura	tempo > 900 secondi temperatura decomposizione > 900°C	8
		tempo ≤ 900 secondi temperatura decomposizione > 900°C	6
		tempo > 900 secondi temperatura decomposizione ≤ 900°C	4
		tempo ≤ 900 secondi temperatura decomposizione ≤ 900°C	2
7.	Utilizzo di ossigeno ed Aria	ossigeno e aria	8
		solo ossigeno o solo aria	4
12.	Touch Control e PC	Touch Control + PC dedicato	5
		Solo Touch Control	3
		Solo PC dedicato	3
18.	Corso di formazione	3 giorni in house formatore con comprovata esperienza pluriennale, lingua italiana	3
		2 giorni in house formatore con comprovata esperienza pluriennale, lingua italiana	2

Per tutti i punti è prevista l'attribuzione del punteggio tabellare da parte della Commissione secondo i criteri di valutazione sopra descritti.

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti da attribuirsi mediante la formula "concava alla migliore offerta", di seguito riportata:

$$PE = P_{Emax} * [(BA - P) / (BA - P_{min})]^{\alpha}$$

Dove:

P_{Emax}: massimo punteggio attribuibile (40)

BA: prezzo a base d'asta (valore soglia)

P: prezzo offerto dal concorrente

P_{min}: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

α: esponente che regola il grado di concavità della curva pari a 1

La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

Tutti i punteggi vengono attribuiti con troncamento al secondo decimale.

Handwritten signature and number 2

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

Per tutte le offerte pervenute si procederà preliminarmente alla verifica della presenza delle specifiche minime richieste nella scheda tecnica

CIO' PREMESSO

Vista la Ditta ammessa, i componenti della Commissione dichiarano che non sussistono nei loro confronti le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. nonché, per quanto riguarda i singoli Commissari, l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 42, D.Lgs. n. 50/2016 e 35-bis D.Lgs. n. 165/2001 (dichiarazioni agli atti).

Alle ore 9,30 Il Presidente procede in seduta pubblica virtuale all'apertura dei files che compongono la "busta elettronica concernente l'Offerta tecnica" del concorrente, verificando la presenza della documentazione tecnica richiesta.

Dalla verifica risulta che l'impresa ha presentato la documentazione tecnica prevista nelle condizioni di RDO.

L'offerta presentata dall'impresa soddisfa i requisiti minimi richiesti. Si procede all'attribuzione dei punteggi che vengono dettagliati negli allegati di riepilogo.

A conclusione dell'esame dell'offerta tecnica si riepiloga il punteggio dell'offerta tecnica

	FKV
Punteggio complessivo offerta tecnica	58

Senza soluzione di continuità, la Commissione procede all'apertura dell'offerta economica.

L'offerta economica del concorrente risulta conforme alle prescrizioni delle "Condizioni particolari di RDO n. 2437534".


Si allega prospetto di attribuzione dei punteggi da cui si evince l'aggiudicatario provvisorio (allegato "A", n. 1 pagina).

ditta	Punteggio tecnico	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
FKV SRL	58,00	€ 24.000,00	40	98,00

La Commissione termina i lavori relativi all'esame dell'offerta tecnica ed economica alle ore 10,40.

Letto e sottoscritto.

Dott. Maria Cesarina Abete




Dott. Stefania Squadrone

Sig. Renata Tarasco

Sig.ra Maria Chiappa

Stefania Squadrone
Renata Tarasco
Maria Chiappa

PARAMETRI DI VALUTAZIONE		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
2.	Numero di celle	3 celle	18	18
		2 celle	8	
3.	Range di lettura	tra 0,001 e < 0,005	18	18
		tra $\geq 0,005$ e < 0,01	8	
		tra $\geq 0,01$ e < 0,05	2	
6.	Modifica tempi e temperatura	tempo > 900 secondi temperatura decomposizione > 900°C	8	8
		tempo \leq 900 secondi temperatura decomposizione > 900°C	6	
		tempo > 900 secondi temperatura decomposizione \leq 900°C	4	
		tempo \leq 900 secondi temperatura decomposizione \leq 900°C	2	
7.	Utilizzo di ossigeno ed Aria	ossigeno e aria	8	8
		solo ossigeno o solo aria	4	
12.	Touch Control e PC	Touch Control + PC dedicato	5	3
		Solo Touch Control	3	
		Solo PC dedicato	3	
18.	Corso di formazione	3 giorni in house formatore con comprovata esperienza pluriennale, lingua italiana	3	3
		2 giorni in house formatore con comprovata esperienza pluriennale, lingua italiana	2	


 S P R