

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

ESITO DI GARA - RDO N. 2419711

Iniziativa del MEPA CONSIP - BENI/RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA

Procedura previa consultazione di più operatori economici per la fornitura di attrezzature varie per i Laboratori della Sede e le Sezioni Provinciali dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Importo totale presunto € 38.100,00 oltre IVA (€ 46.482,00 IVA inclusa).

**LOTTO 1 importo presunto € 8.500,00 oltre IVA CIG Z662A2739B CPV 39141500-7
CUP J13I18000500001**

LOTTO 2 importo presunto € 16.000,00 oltre IVA CIG ZD12A27403 CPV 38430000-8

LOTTO 3 importo presunto € 8.500,00 oltre IVA CIG Z702A27457 CPV 38311100-9

LOTTO 4 importo presunto € 5.100,00 oltre IVA CIG Z052A33807 CPV 38000000

Responsabile del procedimento: Maria Chieppa tel. 0112686277- 218

In data 22/11/2019 la ditta Orma contestava e motivava l'esclusione per la non idoneità del lotto 3, la dichiarazione aggiuntiva è stata trasmessa al Responsabile ricevente, che l'ha ritenuta sufficientemente valida per la riammissione alle successive fasi di gara.

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 23/01/2020

Ditte partecipanti:

Lotto 1 (codice scheda prodotto CAP BIO 3) - Deserto

Carlo Erba Reagents – non idonea in quanto la cappa non rispetta al:

punto 1: le dimensioni massime richieste per l'attrezzatura non sono idonee in quanto maggiori di quelle richieste;

punto 2: non è indicato lo spessore della struttura della base di appoggio;

punto 3: non si evince che il pannello è in acciaio inox AISI 304;

punto 4: le pareti laterali non sono in vetro;

punto 5: lo schermo frontale proposto non è in vetro, non è apribile a ribaltina con allarme acustico di errata condizione operativa, come richiesto;

punto 5.3: l'apertura frontale è inferiore a quanto richiesto (<880mm);

punto 6: non si evince che il piano di lavoro rinforzato possa sopportare un peso \geq 40Kg in continua vibrazione;



punto 19.4: non è presente il pulsante di emergenza con possibilità di aumentare la velocità del flusso di aria in espulsione e sul piano di lavoro.

Lotto 2 (codice scheda prodotto FOTOME 1 + FOTOME 1 A)

Bio-rad Laboratories – idonea - € 6.789,70 oltre IVA (€ 8.283,43 IVA inclusa);

Ahsi – idonea - € 6.950,00 oltre IVA (€ 8.479,00 IVA inclusa);

Tecan Italia - Esclusa in quanto non è stata compilata la scheda prodotto nella parte riservata alla ditta a pena d'esclusione come previsto nelle "Condizioni particolari di Rdo" punto 3 "Capacità tecnica - scheda prodotto"

Ditta aggiudicataria: Bio-rad Laboratories - € 6.789,70 oltre IVA (€ 8.283,43 IVA inclusa).

Lotto 3 (codice scheda prodotto BILA AN 2)

Orma – idonea - € 2.200,00 oltre IVA (€ 2.684,00 IVA inclusa) ;

As Instruments- idonea - € 4.169,00 oltre IVA (€ 5.086,18 IVA inclusa);

Sartorius Italy – idonea - € 4.657,00 oltre IVA (€ 5.681,54 IVA inclusa);

Gibertini Elettronica – idonea - € 6.016,00 oltre IVA (€ 7.339,52 IVA inclusa);

Savatec Strumenti – non idonea in quanto al punto 6 della scheda prodotto eccentricità richiesta $\pm 0,15$ mg., dichiarata 0,20 mg;

Sigma Aldrich - - Esclusa in quanto non è stata compilata la scheda prodotto nella parte riservata alla ditta a pena d'esclusione come previsto nelle "Condizioni particolari di Rdo" punto 3 "Capacità tecnica - scheda prodotto"

Ditta aggiudicataria: Orma – € 2.200,00 oltre IVA (€ 2.684,00 IVA inclusa).

Lotto 4 (codice scheda prodotto LAVA PIA 1)

Bio-rad Laboratories – idonea - € 5.569,20 oltre IVA (€ 6.794,42 IVA inclusa);

Ahsi – idonea - € 7.015,00 oltre IVA (€ 8.558,30 IVA inclusa);

Tecan Italia – non idonea in quanto l'apparecchiatura non è dotata di coperchio per la protezione da aerosol inoltre il porta piastrine non risulta autoclavabile.

Ditta aggiudicataria: Bio-rad Laboratories – € 5.569,20 oltre IVA (€ 6.794,42 IVA inclusa).

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686277 – tfx. 011/0469194).

Torino, li 28/01/2020

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 39 del 23/01/2020

Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti

Oggetto: Aggiudicazione RDO n. 2419711 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di attrezzature da laboratorio per i Laboratori della Sede e le Sezioni Provinciali di Genova e Savona dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta .Euro 14.558,90 oltre IVA (Euro 17.761,86 IVA inclusa).

Il Dirigente dott. Massimo Vicario

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 21/02/2018

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.

E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 23/01/2020 per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione _____

Aggiudicazione RDO n. 2419711 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di attrezzature da laboratorio per i Laboratori della Sede e le Sezioni Provinciali di Genova e Savona dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta .

Euro 14.558,90 oltre IVA (Euro 17.761,86 IVA inclusa).

Su proposta dell'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi

- Visti
 - La Delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto "Dott. Vicario Massimo – proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa "Tecnico Logistico ed Appalti";
 - Il D.Lgs.19 aprile n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare, l'art. 26, comma 6;
- Dato atto che con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, il legislatore ha disposto, tra le altre misure, che *gli enti del servizio sanitario nazionale utilizzano per l'acquisto di beni e servizi, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento* (art. 5 co. 13, lett. d);
- Vista le richieste per l'affidamento della fornitura di una cappa di sicurezza biologica per il laboratorio Tse (nell'ambito della ricerca 19 CEA), di uno spettrofotometro con accessorio per la Sezione Provinciale di Savona, di un lavapiastre automatico il Laboratorio di Virologia della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, (acquisti contemplati nel programma aziendale per l'acquisizione di attrezzature tecnico scientifiche mobili e arredi e attrezzature elettroniche – anni 2019/2020 – Delibera del Direttore Generale n. 262 del 03/05/2019), e di una bilancia analitica in deroga al programma attrezzature, richieste vistate dal Direttore Generale (agli atti);
- Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che i prodotti oggetto del presente provvedimento sono presenti nelle categorie merceologiche rientranti negli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. sul portale www.acquistinretepa.it, e segnatamente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto

non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

- Visto l'art. 36, co. 2, lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici);
- Preso atto che si è proceduto con confronto concorrenziale aperto a qualsiasi fornitore del mercato elettronico abilitato all'iniziativa del Mepa "Beni/Ricerca/Rilevazione Scientifica e Diagnostica", e dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma MEPA, in data 18 Ottobre 2019 della RDO n. 2417911 per la fornitura sopra emarginata, da aggiudicarsi per singoli lotti (4), delle condizioni particolari di RDO, delle condizioni particolari di contratto e delle schede tecniche inserite nella procedura (allegato "A" n. 28 pagine);
- Constatato che entro il termine stabilito (ore 12:00 del 6 Novembre 2019) hanno presentato offerta le ditte, regolarmente iscritte al momento della pubblicazione:
 1. Ashi (Lotti 2-4);
 2. As Instruments (Lotto 3);
 3. Bio-rad Laboratories (Lotti 2-4);
 4. Carlo Erba Reagents (Lotto 1);
 5. Gibertini Elettronica Srl (Lotto 3);
 6. Orma Srl (Lotto 3);
 7. Sartorius Italy Srl (Lotto 3);
 8. Savatec Strumenti Srl (Lotto 3);
 9. Sigma Aldrich (Lotto 3);
 10. Tecan Italia Srl (Lotti 2-4).
- Visto che in data 11 Novembre 2019 il punto istruttore ha proceduto all'apertura della documentazione amministrativa e all'apertura delle offerte tecniche sulla piattaforma Mepa;
- Preso atto che in data 12 Novembre 2019 sono state trasmesse le offerte tecniche per la valutazione tecnica di idoneità all' U.O. Gestione e Tecnologie (agli atti);
- Visto che in data 20 Novembre 2019 sono pervenute le valutazioni tecniche dai Responsabili della Struttura richiedenti (agli atti);
- Preso atto che in data 22 Novembre 2019 è stato pubblicato sulla piattaforma Mepa il "Verbale di Ammissione", prendendo atto che per il lotto 1 (cappa di sicurezza biologica codice scheda CAP BIO 3) l'unica ditta ad aver presentato offerta (Carlo Erba Reagents) non è risultata idonea, e che per il lotto 3 (bilancia analitica codice scheda BIL AN 2) la ditta Orma contestava e motivava l'esclusione per la non idoneità; si è proceduto quindi alla trasmissione della dichiarazione aggiuntiva della ditta Orma al Responsabile ricevente, che l'ha ritenuta sufficientemente valida per la riammissione alle successive fasi di gara (agli atti);
- Preso atto che in data 16 Gennaio 2020 è stato pubblicato il "Secondo Verbale di Ammissione" con la quale si riammetteva la ditta Orma per il lotto 3 alle fasi successive di gara, e contestualmente il punto istruttore ha proceduto all'apertura delle offerte economiche sulla piattaforma MEPA, come risulta dal verbale di gara RDO n. 2417911; (allegato "B" n. 2 pagine)

in base al quale risulta la seguente aggiudicazione fornitura di:

- Lotto 1 - n. 1 cappa di sicurezza biologica codice scheda CAP BIO 3 – deserta;
- Lotto 2 - n. 1 spettrofotometro con accessori (codice scheda FOTOME 1+A) – ditta Bio-rad Laboratories – Euro 6.789,70 oltre IVA (Euro 8.283,43 IVA inclusa);
- Lotto 3 – n. 1 bilancia analitica (codice scheda BILA AN 2) – ditta Orma Srl - Euro 2.200,00 oltre IVA (Euro 2.684,00 IVA inclusa);
- Lotto 4 – n. 1 lavapiastine automatico (codice scheda LAVAPIA 1) – ditta Bio-rad Laboratories - Euro 5.569,20 oltre IVA (Euro 6.794,42 IVA inclusa);
- Precisato che:
 - il contratto verrà stipulato attraverso la piattaforma MEPA;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti “Condizioni particolari di Contratto 2419711”, “Condizioni particolari di RDO 2419711” Schede tecniche allegare e dettaglio economico sotto la lettera “A”;
- tutto cio' premesso,

IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visto il verbale di gara Rdo nr. 2417911 allegato sotto la lettera “B”, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Viste le offerte economiche delle ditte: Bio-rad Laboratories (per i lotti 2-4), Orma (per il lotto 3), (agli atti);
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

- Di approvare tutti gli atti della Rdo nr. 2417911 tramite piattaforma Mepa e di affidare la fornitura di:
 - Lotto 2 - n. 1 spettrofotometro con accessori (codice scheda FOTOME1 + A) per la Sezione provinciale di Savona - ditta Bio-rad Laboratories Srl – Via Cellini, 18/A - Segrate (MI) - per un importo complessivo di Euro 6.789,20 oltre IVA (Euro 8.283,43 IVA inclusa);
 - Lotto 3 - n. n. 1 bilancia analitica (codice scheda BILA AN 2) per la Sezione Provinciale di Genova – ditta Orma Srl - Via Catone, 19 - Milano - Euro 2.200,00 oltre IVA (Euro 2.684,00 IVA inclusa);
 - Lotto 4 – n. 1 lavapiastine automatico (codice scheda LAVAPIA 1) per il Laboratorio di

Virologia – ditta Bio-rad Laboratories - Euro 5.569,20 oltre IVA (Euro 6.794,42 IVA inclusa) per le motivazioni esposte in premessa (allegati A-B a costituirne parte integrante e sostanziale);

- Di dare atto che i Direttori dell'esecuzione dei contratti saranno per i lotti 2-3 il dott. Carlo Ercolini, per il lotto 4 la Dott.ssa Loretta Masoero;
- Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è Maria Chieppa (Assistente Amministrativo U.O. Programmazione e gestione Beni e Servizi);
- di disporre che la liquidazione verrà effettuata a seguito di verifica della regolare esecuzione del contratto;
- di dare atto che l'importo complessivo di cui al presente provvedimento, per Euro 14.558,90 oltre IVA (Euro 17.761,86 IVA inclusa) trova idonea copertura nel conto aziendale n. 1120401 sul budget aut. n. 2020/8:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Importo	Budget Anno/num
BIO-RAD LABORATORIES (Cod. 3175)	1120401	Euro 15.077,86	2020/8/7
ORMA (Cod. 87958)	1120401	Euro 2.684,00	2020/8/7

Allegati:

- A) Condizioni particolari di RDO nr. 2417911 e Condizioni particolari di contratto nr. 2417911, schede tecniche e dettaglio economico nr. 28 pagine;
- B) Verbale di gara nr. 2 pagine;

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile U.O. / S.S. proponente
IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI (Dott. Massimo Vicario)	<i>Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel presente atto deliberativo.</i> IL RESPONSABILE DELLA S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
"I. Altara"
VIA BOLOGNA 148 - TORINO
TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770
PARTITA I.V.A.: 05160100011**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO SU MEPA

Iniziativa del MEPA CONSIP - BENI/RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA

Procedura previa consultazione di più operatori economici per la fornitura di attrezzature varie per i Laboratori della Sede e le Sezioni Provinciali dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

RDO n. 2419711

Importo totale presunto € 38.100,00 oltre IVA (€ 46.482,00 IVA inclusa).

LOTTO 1 importo presunto € 8.500,00 oltre IVA CIG Z662A2739B CPV 39141500-7

CUP J13I18000500001

LOTTO 2 importo presunto € 16.000,00 oltre IVA CIG ZD12A27403 CPV 38430000-8

LOTTO 3 importo presunto € 8.500,00 oltre IVA CIG Z702A27457 CPV 38311100-9

LOTTO 4 importo presunto € 5.100,00 oltre IVA CIG Z052A33807 CPV 38000000

Responsabile del procedimento: Maria Chieppa tel. 0112686277- 218

Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. *Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I.. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.*

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di attrezzature varie da utilizzare presso i Laboratori della Sede e le Sezioni Provinciali dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA (di seguito ISTITUTO), da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione come descritte nel presente

documento.

2. La fornitura è divisa nei seguenti lotti
 - Lotto 1 – n. 1 Cappa di sicurezza biologica codice scheda CAP BIO 3;
 - Lotto 2 – n. 1 Spettrofotometro per piastre microtiter con accessori codice scheda FOTOME 1+FOTOME 1 A;
 - Lotto 3 - n. 1 Bilancia analitica doppio range di pesata codice scheda BILA AN 2;
 - Lotto 4 - n. 1 Lavapiastine automatico per piastre elisa codice scheda LAVAPIA 1.
3. Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti la fornitura è emerso che non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale. In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.
4. Le modalità di esecuzione della fornitura sono contenute nelle Condizioni particolari di contratto della presente procedura.

2 - VISIONE DEI LUOGHI

- 1 Il concorrente può prendere visione dei luoghi e degli impianti e di tutto quanto eventualmente necessario per il buon funzionamento dell'attrezzatura.
Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri necessari al perfetto funzionamento dell'attrezzatura/arredo per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, come meglio definiti nelle condizioni particolari di contratto della RDO.
- 2 SONO SEMPRE COMPRESI TUTTI GLI ONERI PER IL RIPRISTINO "AL FINITO" DEI LOCALI E LE PULIZIE FINALI DEGLI AMBIENTI, PER DARE IL TUTTO FINITO A REGOLA D'ARTE E PRONTO ALL'UTILIZZO.
- 3 Il concorrente dovrà obbligatoriamente trasmettere telematicamente, nella sezione *Documenti richiesti ai partecipanti*,
il file ***SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO*** di ogni lotto a cui partecipa, completato, non trasformato in PDF sottoscritto con firma digitale
il file *Condizioni particolari di contratto*, con le relative dichiarazioni, sottoscritto per accettazione con firma digitale
il file *Dettaglio economico per il lotto 2*, compilato, non trasformato in PDF sottoscritto con firma digitale

3 - CAPACITA' TECNICA – SCHEDE PRODOTTO

- 1 Le specifiche tecniche delle attrezzature richieste sono riportate nel documento allegato ***SCHEDE PRODOTTO LOTTO***
- 2 Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi perchè l'offerta possa essere presentata e costituiranno oggetto della verifica di conformità della fornitura.

- 3 Ove nelle specifiche tecniche riportate nelle schede articoli sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica, si intende apposta la dicitura "o *equivalente*". Il concorrente pertanto potrà offrire prodotti equivalenti sotto il profilo funzionale e tecnico.
- 4 Al fine di consentire la verifica della capacità tecnica dei prodotti richiesti, per ogni prodotto offerto ed entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, restituire per ogni lotto offerto le schede prodotto (*documento SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURA/ARREDO*) allegate alla RDO debitamente completate nella parte riservata al fornitore a conferma della conformità dei beni ai singoli requisiti tecnici richiesti. Tali schede non devono riportare, a pena di esclusione, indicazioni di prezzo dei prodotti.
- 5 La mancata presentazione o l'omessa o incompleta compilazione delle schede prodotto comporterà l'impossibilità di valutare la capacità tecnica del concorrente e la sua conseguente esclusione.
- 6 La modifica o la cancellazione, anche parziale, delle indicazioni riportate nella parte riservata all'Istituto comporterà l'esclusione del concorrente dal lotto.
- 7 Le schede dovranno essere inviate telematicamente, utilizzando la piattaforma MEPA, firmate digitalmente.
- 8 L'offerta economica sarà aperta solo dopo la verifica di conformità dei prodotti offerti. È interesse dell'Impresa concorrente, pertanto, fornire tutte le informazioni necessarie ed utili per la preliminare valutazione dell'idoneità del prodotto. In ogni modo, comunque, i prodotti saranno valutati in relazione alle esigenze tecniche a fronte delle quali l'Istituto ha indetto la procedura di affidamento.

4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 1 Non saranno ammesse offerte condizionate, indeterminate, plurime e/o alternative.
- 2 Per fornire a quest'Amministrazione il dettaglio degli elementi identificativi dei prodotti offerti ed i relativi prezzi, il concorrente dovrà utilizzare il file *Dettaglio_Economico* che dovrà essere allegato alla RDO, nel campo allegati.
- 3 **IL FILE DEVE ESSERE TRASMESSO TELEMATICAMENTE E NON TRASFORMATO IN PDF.**
- 4 **Per le informazioni richieste sul modello deve intendersi quanto di seguito specificato.**

Nella colonna "*Marca*" la marca commerciale del prodotto offerto. Si tratta del nome dell'azienda produttrice del Bene.

Nella colonna "*Codice prodotto produttore*" il codice alfa-numerico che, per il Produttore, individua il bene.

Nella colonna "*Codice prodotto fornitore*" il codice alfa-numerico che, per il Fornitore, individua il bene. Se il bene è presente sul Mercato Elettronico andrà indicato lo stesso codice.

Nella colonna "*Quantità offerta*" la quantità del prodotto offerto.

Nella colonna "**Prezzo unitario**" il prezzo unitario del prodotto, al netto dell'IVA.

Nella colonna "**Prezzo totale per riga**" il foglio calcolerà il prezzo totale di riga (al secondo decimale) risultante dal prodotto tra "**Quantità richieste in unità di misura**" e "**Prezzo unitario**". Tale prezzo concorrerà alla somma per determinare il prezzo a corpo dell'intero lotto. Nella cella **Prezzo "a corpo" dell'intera fornitura** è calcolato l'importo da riportare nell'offerta economica su MEPA.

- 5 **I calcoli automatici inseriti nel foglio hanno la funzione di agevolare l'attività di inserimento dell'offerta. E' comunque onere del fornitore verificarne l'esattezza.**

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo del lotto e la somma dei prezzi unitari offerti, sarà tenuto valido il prezzo complessivo e tutti i prezzi unitari verranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

- 6 Si precisa, inoltre, che nel caso di presentazione di offerte plurime o alternative relative al medesimo prodotto, nessuna di esse sarà presa in considerazione, con esclusione della Ditta.

5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

- 1 L'aggiudicazione seguirà per singolo lotto a favore del prezzo più basso *ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016*. Si procederà all'aggiudicazione per singoli lotti unici tra le offerte complete di tutti i prodotti richiesti per ciascun lotto; ove manchino offerte complete il lotto medesimo sarà dichiarato deserto.
- 2 Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione delle offerte e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.
- 3 La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
- 4 L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.
- 5 Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari importo l'Amministrazione procederà mediante sorteggio pubblico tra le offerte medesime in luogo, data e ora che saranno comunicate ai concorrenti interessati.
- 6 In caso di aggiudicazione, il documento di stipula generato dal Mercato elettronico sarà assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. Spetterà al fornitore l'onere di dimostrare all'Ente l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013. Il mancato assolvimento del tributo comporterà la prescritta segnalazione, entro il termine di 30 giorni, alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 642/1972.

6 - RTI/CONSORZI

1. In caso di partecipazione di RTI o consorzi, si richiama quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

7- ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

- 1 Il soggetto aggiudicatario, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Istituto i seguenti documenti:
- 2 In caso di R.T.I. non costituito, l'Atto notorio di costituzione del raggruppamento temporaneo con il quale le imprese conferiscono, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, con relativa procura conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario (art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
- 3 Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva). La cauzione definitiva, ove richiesta, dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale. Non sarà chiesta cauzione definitiva per contratti di importo inferiore a € 20.000,00.

8 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

1. In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal primo aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

9 - TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito per brevità "Regolamento", si precisa che l'ISTITUTO provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che cartacei, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ISTITUTO, ed in particolare ai fini della partecipazione del Fornitore alla selezione e dell'eventuale emissione del contratto di fornitura e della gestione del contratto stesso, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del medesimo contratto, relativamente ai quali il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra. Il

Fornitore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'art. 12 del Regolamento.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA, con sede in Via Bologna, 148 – 10154 Torino.

10- COMUNICAZIONI

- 1 Si consiglia di controllare la presenza di comunicazioni/chiarimenti all'interno della RDO prima della presentazione dell'offerta.
- 2 Le richieste di chiarimenti devono essere presentate attraverso la piattaforma MEPA.
- 3 L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti o agli aggiudicatari attraverso la piattaforma MEPA o posta elettronica certificata.

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

"I. A l t a r a"

VIA BOLOGNA 148 - TORINO

TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770

PARTITA I.V.A.: 05160100011

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

RDO 2419711

Per la fornitura di attrezzature varie per i Laboratori della Sede e delle Sezioni Provinciali dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

La fornitura si svolgerà in osservanza, in via gradata, delle seguenti Condizioni particolari di contratto, del *Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (ed/rev. 3/0)*, disponibile sul sito web dell'Istituto al seguente Indirizzo: http://www.izsto.it/images/CAPITOLATO_GENERALE_3_0.pdf e, per quanto non previsto, delle Condizioni generali di contratto dell'iniziativa.

1 - OGGETTO

1. La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un contratto per la fornitura di attrezzature varie da laboratorio da utilizzare presso i Laboratori della Sede e le Sezioni Provinciali dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA (di seguito ISTITUTO), da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione come descritte nel presente documento.
2. La fornitura è divisa nei seguenti lotti
 - Lotto 1 – n. 1 Cappa di sicurezza biologica codice scheda CAP BIO 3;
 - Lotto 2 – n. 1 Spettrofotometro per piastre microtiter con accessori codice scheda FOTOME I+FOTOME I A;
 - Lotto 3 - n. 1 Bilancia analitica doppio range di pesata codice scheda BILA AN 2;
 - Lotto 4 - n. 1 Lavapiastine automatico per piastre elisa codice scheda LAVAPIA 1.

2 - INFORMAZIONI GENERALI

1. All'esito della procedura di aggiudicazione della fornitura di ciascun lotto, di cui al presente Capitolato, l'ISTITUTO invierà al fornitore ordine di acquisto.

RDO_ATTR_CPDC

3 - ORDINATIVI – TEMPI E MODALITÀ DELLE CONSEGNE

1. Gli ordini saranno inoltrati dall'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi tramite piattaforma MEPA.
2. In deroga alle condizioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'Operatore economico si impegna ad eseguire ordinativi di importo Imponibile inferiore agli Euro 400,00, senza ulteriore aggravio di spesa. Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.
3. Le consegne dovranno essere effettuate presso i presidi appresso indicati entro 45 gg. solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo.
4. Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di quindici giorni lavorativi.
5. La consegna dovrà essere effettuata al piano e nei locali indicati, anche nel caso in cui manchi impianto elevatore.
6. Si evidenzia che l'Istituto non dispone di un servizio di facchinaggio interno; pertanto l'aggiudicatario dovrà provvedere direttamente alla consegna, installazione e collaudo.
7. Costituisce quindi onere del concorrente richiedere prima della presentazione dell'offerta le informazioni necessarie all'esecuzione completa della fornitura come sopra specificato o eseguire un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e degli accessi.
8. L'Istituto potrà, con comunicazione inviata via PEC o raccomandata RR, differire il termine di consegna per un periodo non superiore a mesi sei, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura per l'aggiudicatario in conseguenza del differimento.

4 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

1. Sono a carico dell'esecutore gli oneri e obblighi seguenti, conglobati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:
 - l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il carico e scarico, il sollevamento a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc., delle attrezzature comprese nel presente appalto ed il relativo montaggio, nonché la sostituzione o ripristino del materiale deteriorato;
 - il ritiro e lo smaltimento dell'usato, per i lotti 2-3-4 indicato nella sezione "luoghi di consegna";
 - la pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari e la riconsegna degli ambienti per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio ed installazione;

- la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli allacciamenti impiantistici necessari (idrico-fognante, elettrico, gas, canali di espulsione aria per armadi ecc.), anche se non specificatamente indicati nelle specifiche tecniche, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, a partire dai punti di derivazione più vicina sino a raggiungere tutte le attrezzature/arredi oggetto della fornitura che necessitano di allacci tecnologici (banconi, armadi, cappe e quant'altro), il tutto eseguito secondo la normativa vigente in materia; le prove di tenuta di tutte le reti impiantistiche realizzate, in conformità alle normative vigenti in materia, compreso il rilascio delle prescritte dichiarazioni di cui al D.M. n.37/2008 e s.m.i., nonché gli elaborati grafici "as built" degli impianti elettrici, gas, idrici e scarichi. La fornitura e posa in opera si intende pertanto comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, idraulici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionanti le attrezzature fornite senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l'Amministrazione di questo Istituto.
- ogni prestazione in cantiere per la posa in opera con gli oneri relativi ad essa attinenti, comprese le eventuali opere di finitura;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;
- l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale.

5 – RITIRO DELL'USATO

1. Ove previsto nelle presenti condizioni di contratto, il ritiro di Apparecchiatura Elettrica Elettronica (AEE) usata a fronte della consegna di AEE nuova, viene definita uno contro uno RAEE.
2. Ai fini della responsabilità estesa del produttore (art.8, art 14 2008/98 CE), il ritiro dell'usato e la gestione del rifiuto durante l'intero ciclo vita, compresi i costi di tale gestione, sono a carico del produttore dell'AEE (art 178 bis D. lgs 152/06)
3. Il ritiro dovrà essere effettuato a carico del Produttore/distributore in una delle seguenti modalità:
 - In caso di riutilizzo ex art. 178 bis D. lgs 152/06, con documento di trasporto dal luogo di ritiro alla sede del produttore e senza nessuna emissione di formulario da parte dell'Istituto medesimo, provvedendo il produttore, conseguiti gli obiettivi minimi di

recupero e di riciclaggio, al successivo smaltimento in assoluta autonomia

- con le modalità semplificate previste dall'art. 6, co. 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2005 e dal D. Lgs. n. 49/2014, utilizzando documento semplificato di trasporto dei RAEE conforme al modello di cui al D.M. n. 65/2010.
- Con Formulario rifiuti (responsabilità estesa). Con questa modalità occorre che una ricevuta del FIR timbrato dall'impianto di trattamento sia consegnata anche all' IZSPLVA (188 comma1 152/2006). Si precisa che l'Istituto NON è il produttore come definito dal D. lgs 49/2014 di conseguenza non saranno accettati documenti (FIR) che lo indichino come tale.

6 - COLLAUDO

1. Ove previsto nelle SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURA/ARREDO, le attrezzature dovranno essere collaudate a cura e spese dell'aggiudicatario, in presenza del Responsabile del Reparto di destinazione o di un suo delegato.
 2. Il collaudo deve accertare che i beni corrispondano a quanto offerto nella documentazione di gara e presentino i requisiti richiesti dal Disciplinare.
 3. Il montaggio e le prove tecniche di funzionamento sono a carico dell'aggiudicatario; al termine di tali operazioni, questi deve darne comunicazione all'Istituto.
 4. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, dovrà essere effettuato e verbalizzato il collaudo e la presa in consegna delle attrezzature: entrambe le operazioni dovranno svolgersi in presenza del personale utilizzatore e del collaudatore. La firma del verbale di collaudo da parte del personale del fornitore certifica che l'attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento, e ne consente formalmente l'utilizzo.
 5. Sino al collaudo e alla presa in consegna, l'attrezzatura rimane di proprietà del fornitore e l'Istituto non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.
 6. L'Istituto, tramite i suoi funzionari, si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché a richiedere modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto è stato offerto ed ordinato ed alle normative vigenti. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie per garantire il funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sottoparti.
 7. Il verbale di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso, dovrà contenere
- RDO_ATTR_CPDC

la descrizione dettagliata delle apparecchiature messe a disposizione, essere redatto e firmato dal soggetto aggiudicatario e controfirmato dal Responsabile della struttura interessata a testimonianza dell'effettuazione delle verifiche di competenza.

8. Il verbale medesimo dovrà essere redatto in tre copie, di cui due saranno consegnate all'incaricato dell'Istituto.
9. Il collaudo si considera positivamente accettato alla data in cui le prescrizioni dell'Istituto sono state eseguite dall'aggiudicatario ed in cui i funzionari collaudatori, appositamente convocati, accertano la presenza e la conformità dell'ultima consegna; se, per esempio, il soggetto aggiudicatario consegna in data successiva al collaudo la traduzione in italiano dei manuali e/o alcuni accessori, componenti o materiali indispensabili o previsti in fornitura, la data valida per il conteggio della garanzia e dei pagamenti è quella alla quale i funzionari collaudatori, appositamente convocati, accertano la presenza e la conformità dell'ultima consegna.
10. Ogni costo derivante dalle operazioni di prove tecniche di funzionamento e collaudo è a carico dell'aggiudicatario (mano d'opera del tecnico specializzato, set iniziale di funzionamento, uso delle apparecchiature di simulazione e misura, ecc.). Per attrezzature di limitata tecnologia e/o costo, le verbalizzazioni delle prove di funzionamento e del collaudo possono essere contestuali; per apparecchiature di particolare complessità deve decorrere il tempo necessario affinché il personale, adeguatamente istruito sull'uso, sia in grado di verificarne il funzionamento.
11. Non sono previste forme di pagamento o collaudo parziali nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di consegnare una parte di quanto offerto ed ordinato e richieda il superamento del collaudo ed il pagamento della quota relativa alla parte consegnata e collaudabile.

7 - GARANZIA

1. Il materiale fornito deve essere privo di difetti dovuti a errata progettazione o cattiva esecuzione od a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti richiesti dall'Istituto e/o indicati dall'Impresa nella sua documentazione.
 2. Per il periodo minimo indicato nelle SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURA/ARREDO, a partire dalla data del positivo collaudo, o per il termine più lungo indicato in offerta, gli strumenti dovranno essere coperti da garanzia full inclusive presso il nostro presidio e senza alcuna spesa a carico dell'Istituto (comprensiva di una visita annuale di manutenzione preventiva, ove richiesta nella scheda tecnica) mediante assistenza diretta del personale del costruttore. La manutenzione dovrà prevedere la visita programmabile dal cliente con almeno 48 ore di preavviso e dovrà comprendere quanto previsto dalle procedure (che devono essere rilasciate) della Ditta stessa atte a comprovare il buon funzionamento delle apparecchiature.
 3. Sono da ritenersi incluse le parti di ricambio sostituite durante gli interventi di manutenzione
- RDO_ATTR_CPDC

correttiva a seguito malfunzionamento per le quali il fornitore utilizzerà prodotti originali nuovi.

4. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati con assistenza diretta del personale del costruttore e devono essere comunicati al Responsabile del Laboratorio utilizzatore.
5. L'Impresa ha l'obbligo di rilasciare al cliente copia cartacea del report finale di avvenuta manutenzione.
6. Durante tutto il periodo di garanzia l'Impresa deve inoltre fornire al cliente:
 - assistenza tecnica tramite numero di telefono dedicato ed e-mail;
 - aggiornamenti software critici e non critici;
 - supporto per le applicazioni ed accesso a moduli di training online.
7. Dalla garanzia sono espressamente esclusi:
 - gli interventi che si rendessero necessari in seguito al verificarsi di eventi straordinari (ad es. incendio, furto, terremoto, alluvione, crollo, guerre ed insurrezioni, catastrofi, etc.);
 - gli interventi che si dovessero rendere necessari a causa di uso improprio, abuso, dolo, colpa e manomissione da parte degli utilizzatori degli strumenti o da terze parti opportunamente comprovati dall'aggiudicatario. Ove emergesse l'opportunità di interventi relativi alle esclusioni sopra citate, a seguito di valutazione, caso per caso, in contraddittorio con l'Istituto, il costo degli stessi sarà fatturato separatamente, previo regolare ordinativo dell'Istituto.
8. Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di progettazione o di esecuzione determinino l'indisponibilità dello strumento o di parte di esso, l'Impresa dovrà intervenire entro il tempo massimo di 3 giorni dall'apertura della chiamata, con espressa esclusione delle giornate di sabato, domenica ed altre festività infrasettimanali, senza soluzione di continuità nel periodo estivo.
9. Il tempo di fermo del sistema ha pertanto convenzionalmente inizio 3 giorni lavorativi dopo la chiamata dell'impresa, anche a mezzo telefono, e fine con il ripristino della piena funzionalità del sistema. In relazione all'ammontare dei giorni di fermo durante il periodo di garanzia, si applica una penalità dallo 0,2% (zero virgola due per cento) al 4% (quattro per cento) del costo di acquisto dell'apparecchiatura, secondo la gravità e le circostanze del fermo.
10. Nel caso di ripetuti fermi totali o parziali dell'apparecchiatura eccedenti i 20 giorni nell'anno, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto.

8 - OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'impresa si impegna a far rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* – e dal Codice di comportamento pubblicato sul sito dell'Istituto al link

<http://www.izsto.it/images/stories/concorsi/CODICE DI COMPORTAMENTO IZS 2017 .pdf>, a tutti i propri collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

2. In caso di violazione di tali obblighi l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

9 - SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP SPA

1. Qualora Consip S.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto una convenzione relativa alla medesima fornitura, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip S.p.a. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalla convenzione in parola risultassero più convenienti di quelle offerte dall'aggiudicatario, verrà richiesto a quest'ultimo di adeguarli a quelli risultanti dalla Convenzione; nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provvedesse all'adeguamento il responsabile del procedimento procederà alla revoca dell'aggiudicazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'ISTITUTO ha diritto di recedere qualora la fornitura di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il fornitore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

10 - PAGAMENTI

1. Il pagamento per prestazione o fornitura regolarmente eseguita avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o, se questa è anteriore, dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Per singoli bonifici di importo superiore a € 1.000,00 i pagamenti saranno assoggettati ad una commissione bancaria fissa per spese di bonifico a carico del beneficiario

- | | |
|----------------------------------|--------|
| - bonifici da € 1.000 a € 10.000 | € 2,50 |
| - bonifici superiori ad € 10.000 | € 3,50 |

2. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
3. In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospendere l'esecuzione.

11 - REQUISITI

1. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 (commi 1, lettera a), e 3) del Codice dei contratti pubblici, l'Istituto procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*).
2. L'appaltatore deve comunicare all'ISTITUTO gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (al num. 011/2474779) alla S.C. Economico Finanziario dell'ISTITUTO (vedi modello sul sito internet dell'ISTITUTO alla voce *amministrazione-bandi di gara*).
3. In pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2, l'ISTITUTO non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
4. L'ISTITUTO procederà a risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'ISTITUTO, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

13 – LUOGHI E ORARI DI CONSEGNA**ORARI DI CONSEGNA**

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

LUOGHI DI CONSEGNA :

LOTTO 1- presso il laboratorio Tse palazzina "B" piano terra - Via Paganini, 25 Torino;

LOTTO 2 – presso la Sezione di Savona – Via Martini, 6 – ritiro usato spettrofotometro – identificativo LS015V - numero cespite 03867 - Marca GDV– Modello MPT Reader DV 990BV4;

LOTTO 3 – presso la Sezione di Genova Piazza Borgo Pila, 39/24 piano 9° (è presente il montacarichi) – ritiro usato Bilancia analitica - identificativo BA02LLC – Marca Sartorius – modello AC2105;

LOTTO 4 – presso il laboratorio di Virologia – palazzina "E" piano terra – Via Paganini, 25 Torino – ritiro usato Lavapiastrine - identificativo LP06VI - numero cespite 10349 – Marca Biorad – modello Washer 1575.

Si dichiara

- Che l'Impresa è iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato per attività coerente con lo specifico settore oggetto della RDO;
- che non ricorrono cause che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di possedere l'idoneità tecnico professionale, ovvero le capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, in relazione al tipo di appalto da realizzare e di impegnarsi ad esibire, su richiesta del Committente, la documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, nonché di essere a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti, norme vigenti che disciplinano il contratto oggetto della procedura.

Si approvano le condizioni particolari di contratto ed il Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed./rev. 3.0, nonché specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli del Capitolato generale:

art. 13 - durata

art. 18 – condotta da parte dell'affidatario

art. 19 – periodo di prova – collaudo ed accettazione

art. 20 - forniture rifiutate all'accettazione o al collaudo

art. 21 – fatturazione pagamento: modalità

art. 22 - sospensione dei pagamenti

art. 23 - motivi per applicazione di penalità

art. 24 - penalità

art. 25 – procedimento relativo all'applicazione di penalità

art. 26 - recesso e risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.)

art. 27 - effetti della risoluzione: esecuzione in danno

art. 28 - trasferimento di proprietà dei beni e rischi

art. 31 - tracciabilità dei flussi finanziari ulteriori clausole risolutive espresse

art. 32 - foro competente

Art. 33 - Clausola di trasparenza

Il Rappresentante legale dell'Impresa (firma digitale)

SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	GESTIONE TECNOLOGIE
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEDA: CAP BIO 3		Ediz./Rev. 00.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

CAPPA DI SICUREZZA BIOLOGICA DI CLASSE II (BIOHAZARD)

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

MANIPOLAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO APPARTENENTE AI GRUPPI 2-3

CASA COSTRUTTRICE: _____

MODELLO OFFERTO: _____

VS. CODICE: _____

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Cappa a flusso laminare verticale ISO 5 (14644-1) / classe 100 (F.S.) DIMENSIONI MASSIME DELLA CABINA L: 990 mm x P: 1000 mm CON EVENTUALE RIDUZIONE MASSIMA DEL 10%	
2. Robusta struttura portante e base d'appoggio a pavimento in lamiera di acciaio spessore 12/10", trattata con vernice a polvere epossidica	
3. Pannello fondale interno in acciaio inox AISI 304 con finitura spazzolata (scotch-brite)	
4. Pareti laterali o finestre laterali in vetro stratificato	
5. Schermo frontale di protezione in vetro temperato antisfondamento (6mm) a ribaltina apribile in due segmenti con posizionamento a 180° con allarme acustico di errata condizione operativa	
5.1 Apertura frontale dotata di pistoncini idraulici atti al mantenimento in posizione aperta del vetro durante le operazioni di pulizia	
5.3 Altezza apertura frontale, a vetro completamente aperto, circa 880mm per permettere l'introduzione di attrezzature all'interno della cappa	
6. Robusto piano di lavoro in acciaio inox, atto a sopportare attrezzature di peso ≥ 40Kg in continua vibrazione, suddiviso in settori removibili facilmente estraibili e sterilizzabili in autoclave	
6.1 n° 3 Blocchi di sicurezza (secure-block) removibili onde evitare la migrazione dello strumento provocata dalle vibrazioni prodotte dallo stesso	
7. Vasca raccolta liquidi sottostante il piano di lavoro, in lamiera di acciaio per contenere accidentali sversamenti	

8. Ricircolo aria : 70% ricircolata e 30% espulsa previa filtrazione assoluta	
9. Sistema filtrante composto da 2 filtri assoluti (aria ricircolata e aria espulsa) tipo HEPA H14 con efficienza superiore al 9,995%MPPS su particelle con $\varnothing \geq 0,3 \mu\text{m}$ conformi a tutte le normative e di facile sostituzione	
10. Presa elettrica di servizio all'interno della cappa per DOP test	
11. Motoventilatore centrifugo silenziato a controllo elettronico in grado di compensare le perdite di carico dovute al progressivo intasamento dei filtri	
12. Regolazione automatica della velocità dell'aria riciclata (bariera frontale) ed espulsa	
13. Velocità dell'aria in bariera $\geq 0,4 \text{ m/sec}$	
14. Area di lavoro illuminata da lampade con intensità $> 800 \text{ lux}$	
15. Altezza utile interna non inferiore a 1.000 mm (vedi punto 5.3)	
16. Lampada UV da 15 W con conta ore di utilizzo e timer a countdown impostabile dall'utente con autospegnimento a fine ciclo (da 1 a 999 minuti)	
17. Pannello di chiusura frontale notturno	
18. Rumorosità $< 60 \text{ dB}$	
19. <u>Pannello comandi esterno:</u>	
19.1 Interruttore generale on/off luminoso	
19.2 Tastiera di controllo a membrana con tasti per:	
19.2.1 Alimentazione presa elettrica interna	
19.2.2 Accensione del motoventilatore	

19.2.3 Accensione lampade interne	
19.2.4 Accensione lampada germicida UV	
19.3 Display digitale con indicazione della velocità del flusso laminare verticale, in tempo reale, espresso in m/sec	
19.4 Pulsante di emergenza con possibilità di aumentare la velocità del flusso di aria in espulsione e sul piano di lavoro (aumento barriera di protezione operatore)	
20. Conta ore di funzionamento generale della macchina	
21. <u>Allarmi acustici e visivi per:</u>	
21.1 Velocità aria insufficiente o troppo elevata	
21.2 Vetro frontale in posizione non corretta	
21.3 Intasamento dei filtri	
21.4 Funzionamento difettoso del motoventilatore	
22. <u>Preallarmi visivi con segnalazione sul display di necessità di prossima sostituzione per:</u>	
22.1 Fine vita lampada UV	
22.2 Raggiunto limite di utilizzo dei filtri installati	
23. Alimentazione 220-230V - 50-60Hz	
24. Dichiarazione di conformità CE e conformità alle norme di sicurezza vigenti	
25. Rispondenza alla normativa internazionale EN 12469	

26. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
27. Installazione e collaudo a cura e spesa della Ditta fornitrice, eseguito presso il nostro presidio con presenza di personale tecnico della stessa	
28. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per 24 mesi dalla data del positivo collaudo comprensiva di una visita annuale di manutenzione preventiva (attraverso assistenza diretta con personale del costruttore). La manutenzione preventiva dovrà prevedere visite programmabili dal cliente con almeno 48 ore di preavviso e dovrà comprendere tutti i controlli, previsti dal manuale di utilizzo, atti a garantire lo stato di funzionalità e sicurezza dell'apparecchiatura	

SCHEMA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	GESTIONE TECNOLOGIE
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEMA: FOTOME 1		Ediz./Rev. 00.02

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

SPETTROFOTOMETRO

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

LETTURA FOTOMETRICA DI REAGENTI IN PIASTRA MICROTITER

CASA COSTRUTTRICE: _____

MODELLO OFFERTO: _____

VS. CODICE: _____

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Lettura verticale mediante almeno 8 canali	
2. Range di lettura: fino a 3000 O.D.	
3. Linearità $\leq 1\%$ da 0 a 2000 O.D.	
4. Accuratezza almeno: $\pm 1,5\%$ a 1000 O.D.	
5. Riproducibilità/Precisione almeno: $\pm 0,5\%$ da 0 a 2000 O.D.	
6. Lunghezza d'onda almeno da: 400 a 750 nm	
7. Velocità di lettura: non superiore a 15 secondi /pietra.	
8. Presenza di sistema di agitazione	
9. Condizioni operative temperatura ambiente (almeno 15-38°C)	
10. Software incorporato, dotato di vari programmi di misura e calcolo (lettura a singola e doppia lunghezza d'onda; più possibilità di bianco; programmi di misura per letture in cinetica e multilunghezza d'onda; programmi di calcolo per letture in concentrazione, limite, doppio limite,	

11. Dimensioni massime: 40X35X25	
12. Possibilità di alloggiare almeno 4 filtri interferenziali oppure presenza di monocromatore	

13. Possibilità di interfacciamento con stampante esterna.	
14. Corredato di computer esterno per il trasferimento automatico dei dati sullo stesso P.C. e software di gestione per l'esportazione dati su foglio Excel.	
15. Tensione di alimentazione: 220V	
16. Completo di cavi di alimentazione elettrica.	
17. Marcatura CE	
18. Conformità a norme antinfortunistiche vigenti.	
19. Libretto di istruzioni in italiano (o traduzione allegata) riportante anche le procedure di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria.	
20. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per almeno 24 mesi dalla data del positivo collaudo.	
21. Installazione e collaudo a cura e spesa della Ditta fornitrice, eseguito presso il nostro presidio con presenza di personale tecnico della stessa	
22. Corso di formazione sull'utilizzo dell'attrezzatura.	

SCHEDA TECNICA ACCESSORIO

MOD.N.	40IZ032	EDIZ./REV.	2.0	GESTIONE TECNOLOGIE
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEDA: FOTOME 1 A		Ediz./Rev. 00.03

DENOMINAZIONE ACCESSORIO

FILTRI INTERFERENZIALI DEDICATI A SPETTROFOTOMETRO

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

LETTURA FOTOMETRICA DI REAGENTI IN PIASTRA MICROTITER

CASA COSTRUTTRICE:

MODELLO OFFERTO:

VS. CODICE:

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Filtro interferenziale lunghezza d'onda 405 nm	
2. Filtro interferenziale lunghezza d'onda 450 nm	
3. Filtro interferenziale lunghezza d'onda 492 nm	
4. Filtro interferenziale lunghezza d'onda 570 nm	
5. Filtro interferenziale lunghezza d'onda 650 nm	
6. Conformità a norme antinfortunistiche vigenti	
7. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per almeno 24 mesi dalla data del positivo collaudo	

SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	GESTIONE TECNOLOGIE
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEDA: BILA AN 2		Ediz./Rev. 00.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

BILANCIA ANALITICA DOPPIO RANGE DI PESATA

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

PESATE DI PRECISIONE

CASA COSTRUTTRICE: _____

MODELLO OFFERTO: _____

VS. CODICE: _____

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Portata massima, <u>minimo</u> : semimicro 60 g - macro 200 g	
2. Risoluzione (unità formato): semimicro 0,01 mg - macro 0,1 mg	
3. Tempo di stabilizzazione (tempo di risposta): ≤ 8 sec.	
4. Ripetibilità: semimicro ≤ 0,04 mg - macro ≤ 0,07 mg	
5. Linearità: semimicro ≤ ± 0,1 mg - macro ≤ ± 0,2 mg	
6. Eccentricità: ± 0,15 mg su carico 100 g	
7. Piatto di pesata circa 80 mm (L/Ø)	
8. Schermo di protezione anticorrente con pannelli laterali e superiore scorrevoli manualmente	
9. Calibrazione con peso/i interno/i e regolazione automatica in funzione della temperatura	
10. Interfaccia dati RS 232 e/o USB per collegamento a PC	

11. Foderina di protezione antipolvere	
12. Alimentazione 220 V, 50/60 Hz	
13. Marcatura CE e conformità a norme antinfortunistiche vigenti	
14. Certificazione Normativa ISO 9001	
15. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
16. Installazione e collaudo a cura e spese della Ditta fornitrice, eseguito presso il nostro presidio con presenza di personale tecnico della stessa	
17. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per 24 mesi dalla data del positivo collaudo	

SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	GESTIONE TECNOLOGIE
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEDA: LAVPIA 1		Ediz./Rev. 00.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

LAVAPIASTRINE AUTOMATICO

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

LAVAGGIO AUTOMATICO PIASTRE ELISA

CASA COSTRUTTRICE: _____

MODELLO OFFERTO: _____

VS. CODICE: _____

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Posizione degli aghi a 8 e a 12 canali	
2. Agitazione della piastra	
3. Volume di dispensazione programmabile	
4. Volume residuo di aspirazione < 2 µL	
5. Rilevatore di livello della bottiglia per la raccolta dei reflui	
6. Possibilità di programmazione dei tempi e dei cicli di lavaggio	
7. Coperchio per la protezione da aerosol	
8. Porta piastrene rimovibile ed autoclavabile	
9. Pompa integrata nello strumento con flussi di aspirazione e di dispensazione tra loro indipendenti	
10. Alimentazione 220 V	

11. Marcatura CE e conformità alle norme antinfortunistiche vigenti	
12. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
13. Installazione e collaudo a cura e spesa della Ditta fornitrice, eseguito presso il nostro presidio con presenza di personale tecnico della stessa e con formazione sull'utilizzo dello strumento	
14. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per 24 mesi dalla data del positivo collaudo	

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

VERBALE DI GARA - RDO N. 2419711

Iniziativa del MEPA CONSIP - BENI/RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA

Procedura previa consultazione di più operatori economici per la fornitura di attrezzature varie per i Laboratori della Sede e le Sezioni Provinciali dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Importo totale presunto € 38.100,00 oltre IVA (€ 46.482,00 IVA inclusa).

**LOTTO 1 importo presunto € 8.500,00 oltre IVA CIG Z662A2739B CPV 39141500-7
CUP J13I18000500001**

LOTTO 2 importo presunto € 16.000,00 oltre IVA CIG ZD12A27403 CPV 38430000-8

LOTTO 3 importo presunto € 8.500,00 oltre IVA CIG Z702A27457 CPV 38311100-9

LOTTO 4 importo presunto € 5.100,00 oltre IVA CIG Z052A33807 CPV 38000000

Responsabile del procedimento: Maria Chiappa tel. 0112686277- 218

In data 22/11/2019 la ditta Orma contestava e motivava l'esclusione per la non idoneità del lotto 3, la dichiarazione aggiuntiva è stata trasmessa al Responsabile ricevente, che l'ha ritenuta sufficientemente valida per la riammissione alle successive fasi di gara.

Ditte partecipanti:

Lotto 1 (codice scheda prodotto CAP BIO 3) - Deserto

Carlo Erba Reagents – non idonea in quanto la cappa non rispetta al:

punto 1: le dimensioni massime richieste per l'attrezzatura non sono idonee in quanto maggiori di quelle richieste;

punto 2: non è indicato lo spessore della struttura della base di appoggio;

punto 3: non si evince che il pannello è in acciaio inox AISI 304;

punto 4: le pareti laterali non sono in vetro;

punto 5: lo schermo frontale proposto non è in vetro, non è apribile a ribaltina con allarme acustico di errata condizione operativa, come richiesto;

punto 5.3: l'apertura frontale è inferiore a quanto richiesto (<880mm);

punto 6: non si evince che il piano di lavoro rinforzato possa sopportare un peso ≥ 40 Kg in continua vibrazione;

punto 19.4: non è presente il pulsante di emergenza con possibilità di aumentare la velocità del flusso di aria in espulsione e sul piano di lavoro.

Lotto 2 (codice scheda prodotto FOTOME 1 + FOTOME 1 A)

Bio-rad Laboratories – idonea - € 6.789,70 oltre IVA (€ 8.283,43 IVA inclusa);

Ahsi – idonea - € 6.950,00 oltre IVA (€ 8.479,00 IVA inclusa);

Tecan Italia - Esclusa in quanto non è stata compilata la scheda prodotto nella parte riservata alla ditta a pena d'esclusione come previsto nelle "Condizioni particolari di Rdo" punto 3 "Capacità tecnica - scheda prodotto"

Ditta aggiudicataria: Bio-rad Laboratories - € 6.789,70 oltre IVA (€ 8.283,43 IVA inclusa).

Lotto 3 (codice scheda prodotto BILA AN 2)

Orma – idonea - € 2.200,00 oltre IVA (€ 2.684,00 IVA inclusa);

As Instruments- idonea - € 4.169,00 oltre IVA (€ 5.086,18 IVA inclusa);

Sartorius Italy – idonea - € 4.657,00 oltre IVA (€ 5.681,54 IVA inclusa);

Gibertini Elettronica – idonea - € 6.016,00 oltre IVA (€ 7.339,52 IVA inclusa);

Savatec Strumenti – non idonea in quanto al punto 6 della scheda prodotto eccentricità richiesta $\pm 0,15$ mg., dichiarata 0,20 mg;

Sigma Aldrich - - Esclusa in quanto non è stata compilata la scheda prodotto nella parte riservata alla ditta a pena d'esclusione come previsto nelle "Condizioni particolari di Rdo" punto 3 "Capacità tecnica - scheda prodotto"

Ditta aggiudicataria: Orma – € 2.200,00 oltre IVA (€ 2.684,00 IVA inclusa).

Lotto 4 (codice scheda prodotto LAVA PIA 1)

Bio-rad Laboratories – idonea - € 5.569,20 oltre IVA (€ 6.794,42 IVA inclusa);

Ahsi – idonea - € 7.015,00 oltre IVA (€ 8.558,30 IVA inclusa);

Tecan Italia – non idonea in quanto l'apparecchiatura non è dotata di coperchio per la protezione da aerosol inoltre il porta piastrelle non risulta autoclavabile.

Ditta aggiudicataria: Bio-rad Laboratories – € 5.569,20 oltre IVA (€ 6.794,42 IVA inclusa).

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686277 – tfx. 011/0469194).

Torino, li 16/11/2020

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)