

Fornitura di Densichek plus standards kit e di vitek 2 AST-N201

| | |
|----------------------------|---|
| Oggetto | Richiesta chiarimenti tecnici ns. codice 15786 |
| Categoria messaggio | Comunicazioni ai partecipanti |
| Data invio | 19/09/2019 09:55 |
| Destinatari | bioMérieux Italia SPA (ufficio.gare@biomerieux.com) |
| Messaggio | <p>Buongiorno,</p> <p>in riferimento alla Vs. offerta relativa al prodotto ns.codice 15786, si chiede chiarimenti in merito al prodotto offerto Vitek 2 AST-N376 (cod. 423025 AST-N376) invece del codice richiesto Vitek 2 AST-N201 (cod. 412862). Le card entrambe per gli antibiogrammi dei batteri Gram negativi differiscono per alcuni antimicrobici; nella composizione offerta mancano ampicillina e l'imipenem.</p> <p>Si resta in attesa di un sollecito riscontro, cordiali saluti</p> |