

Fornitura di Densichek plus standards kit e di vitek 2 AST-N201

Oggetto	Richiesta chiarimenti tecnici ns. codice 15786
Categoria messaggio	Comunicazioni ai partecipanti
Data invio	19/09/2019 09:55
Destinatari	bioMérieux Italia SPA (ufficio.gare@biomerieux.com)
Messaggio	<p>Buongiorno,</p> <p>in riferimento alla Vs. offerta relativa al prodotto ns.codice 15786, si chiede chiarimenti in merito al prodotto offerto Vitek 2 AST-N376 (cod. 423025 AST-N376) invece del codice richiesto Vitek 2 AST-N201 (cod. 412862). Le card entrambe per gli antibiogrammi dei batteri Gram negativi differiscono per alcuni antimicrobici; nella composizione offerta mancano ampicillina e l'imipenem.</p> <p>Si resta in attesa di un sollecito riscontro, cordiali saluti</p>