

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 – 10154 Torino

Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/104

Numero gara: 6112423

Cpv: 33694000-1 (*Agenti diagnostici*)

L'I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con determina dirigenziale del Responsabile S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti n. 326 del 23 ottobre 2015, ha aggiudicato il cottimo fiduciario n. 2015/104 per l'affidamento della fornitura biennale di Kit Elisa per ricerca IBR per i Laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto.

Ditte partecipanti: 5

Ditte ammesse: 5

Ditte aggiudicatarie:

Lotto 1

Ditta: Idexx Laboratortries Italia S.r.l. – Via Guglielmo Silva, 36 – 20149 Milano

Prezzo: € 93.381,12 più Iva

Lotto 2

Ditta: Euroclone S.p.a. – Via Figno, 20/22 – 20016 Pero (MI)

Prezzo: € 56.100,00 più Iva

Lotto 3

Ditta: ID-Vet S.a.r.l. C/o Dott. Cecere Lorenzo – Via Antonioni, n. 5 – 06132 Perugia

Prezzo: € 5.011,20 più Iva

Responsabile del Procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras (tel. 011/2686218 – tff. 011/281071).

**S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti
(Dott. Massimo Vicario)**



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 326 del 23/10/2015

Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti

Oggetto: aggiudicazione definitiva cottimo fiduciario n. 2015/104 per l'affidamento della fornitura biennale di Kit Elisa per ricerca IBR per i Laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto. Importo totale di aggiudicazione euro 188.482,00

Il Dirigente dott. Massimo Vicario

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12/06/2008

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.

E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 23/10/2015 per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione _____

Oggetto: aggiudicazione definitiva cottimo fiduciario n. 2015/104 per l'affidamento della fornitura biennale di Kit Elisa per ricerca IBR per i Laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto.

Importo totale di aggiudicazione euro 188.482,00 Iva inclusa.

Su proposta dell'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori

- Richiamata la determina dirigenziale del Responsabile della S.C. Tecnico-Logistica e Appalti n. 219 dell'8 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata autorizzata la procedura di affidamento in oggetto da aggiudicarsi a favore del prezzo più basso previa verifica di idoneità delle schede tecniche dei prodotti offerti e campionatura alla ditta aggiudicataria secondo quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare di fornitura n. 2015/104;
- Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che i prodotti oggetto del presente provvedimento non sono presenti nelle categorie merceologiche rientranti negli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. o da S.C.R. Piemonte S.p.a. (Centrale di committenza regionale Regione Piemonte);
- Visti:
 - il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 *"Riordinamento degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"*;
 - la Legge della Regione Piemonte 6 ottobre 2014, n. 13 *"Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11"* e l'allegato accordo tra le Regioni;
 - il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 4 del 12 giugno 2008;
 - la delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto: *"Dott. Massimo Vicario - proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa "Tecnico Logistica ed Appalti"*;
 - il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *"Codice dei contratti pubblici"*;
 - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici"*;
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
 - l'art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e i successivi provvedimenti sul contenimento della spesa pubblica;
 - il regolamento dell'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Direttore Generale n. 751 del 22 dicembre 2010;

- Dato atto che in data 14 luglio 2015 l'Amministrazione ha pubblicato sul profilo di committente tutta la documentazione di gara contenente le clausole essenziali del contratto e le norme per la partecipazione alla procedura dandone avviso tramite e-mail ad un elenco di fornitori specializzati individuati dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi, come da allegato "B" al provvedimento di indizione sopra richiamato (agli atti);
- Dato atto altresì che dello svolgimento della procedura è stato dato avviso mediante pubblicazione per estratto sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 17 luglio 2015;
- Considerato che le offerte dovevano pervenire (a pena di esclusione) entro le ore 12:00 del 5 agosto 2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto – Via Bologna, 148 – 10154 Torino, restando inteso che il recapito dei plichi rimaneva ad esclusivo rischio dei concorrenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non fossero pervenuti a destinazione in tempo utile;
- Preso atto che entro il termine perentorio stabilito sono pervenuti n. 5 plichi da parte delle ditte:
 1. Agrolabo S.p.a. - Via Masero, 59 – 10010 Scarmagno (TO);
 2. Euroclone S.p.a. - Via Figino, 20/22 – 20016 Pero (MI);
 3. Idexx Laboratories Italia S.r.l. – Via Guglielmo Silva, 36 – 20149 Milano;
 4. ID-Vet S.a.r.l. - Via Antonioni, 5 – 06132 Perugia;
 5. Qiagen S.r.l. – Via Filippo Sasseti, 16 – 20124 Milano;
- Visto il verbale n. 1 del 6 agosto 2015 di apertura plichi, esame della documentazione amministrativa e verifica presenza documentazione tecnica dal quale risulta che tutte le imprese offerenti sono state ammesse alle successive fasi di gara (allegato "A", n. 3 pag.);
- Dato atto, in base a quanto stabilito all'art. 5, comma 5, del Disciplinare di fornitura n. 2015/104, che la capacità tecnica del concorrente, ex art. 42, comma 1, lett. I), D.Lgs. n. 163/2006, è stata valutata dall'Istituto sulla base delle descrizioni risultanti dalle schede tecniche presentate, per cui non è stato necessario effettuare il sorteggio ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto il modulo di verifica idoneità/non idoneità schede tecniche trasmesso dal Responsabile di Struttura competente (allegato sotto la lettera "B", n. 8 pag.);
- Dato atto che si è reso necessario acquisire chiarimenti tecnici dalla Ditta Euroclone S.p.a. in merito al prodotto offerto per il Lotto 2;
- Vista la nota prot. n. 12485 del 18 agosto 2015 con la quale l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori ha trasmesso la richiesta di chiarimenti *de qua* (agli atti);
- Dato atto che i documenti richiesti alla Ditta Euroclone S.p.a. sono regolarmente pervenuti entro i termini stabiliti e che la verifica dei medesimi dal parte del Responsabile competente ha dato esito positivo (documenti agli atti);
- Dato atto che in data del 18 agosto 2015 l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori ha trasmesso le seguenti comunicazioni di esclusione per inidoneità tecnica (agli atti):

1. ID-Vet S.a.r.l. - prot. n. 12492 - esclusione dai Lotti 1 e 2;
 2. Qiagen S.r.l. - prot. n. 12489 - esclusione dal Lotto 1;
 3. Agrolabo S.p.a. - prot. 12487 - esclusione dal Lotto 1;
 4. Idexx Laboratories S.r.l. - prot. 12497 - esclusione dal Lotto 2;
- Viste le contestazioni scritte pervenute dalle Ditte ID-Vet S.a.r.l. (prot. n. 12591 del 20 agosto 2015) e Qiagen S.r.l. (prot. n. 13258 del 7 settembre 2015) circa le rispettive motivazioni di esclusione e le conseguenti controdeduzioni del Responsabile competente con le quali, valutate tutte le eccezioni sollevate dai concorrenti, è stata confermata l'esclusione di entrambi (tutta la documentazione è agli atti);
 - Provveduto a comunicare alle ditte partecipanti la data di apertura delle offerte economiche (nota prot. n. 13071 del 2 settembre 2015, agli atti);
 - Visto il verbale n. 2 dell'8 settembre 2015 di apertura delle Buste offerta economica ed elaborazione della graduatoria provvisoria (allegato "B", n. 4 pag.);
 - Dato, ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di fornitura n. 2015/104, che per confermare l'aggiudicazione è prevista la verifica della campionatura successiva dei prodotti offerti dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario;
 - Viste la nota prot. 13302 dell'8 settembre 2015 con la quale l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori ha chiesto al Responsabile competente di valutare l'opportunità di procedere a verifica della campionatura dei prodotti offerti dai concorrenti provvisoriamente aggiudicatari e la relativa risposta del medesimo con la quale si evidenzia la necessità di procedere a verifica della campionatura dei prodotti di cui al Lotto 3 (cod. prodotto 13816) offerti dalla Ditta ID-Vet S.a.r.l (agli atti);
 - Vista di conseguenza la nota prot. n. 13511 dell'11 settembre 2015 con la quale l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori, ha chiesto alla ditta ID-Vet S.a.r.l di fornire idonea campionatura dei prodotti di cui al Lotto 3 (agli atti);
 - Preso atto che la verifica della campionatura richiesta, pervenuta nei termini stabiliti, ha dato esito positivo (allegato "D", n. 1 pagina);
 - Ritenuto quindi di aggiudicare la fornitura in oggetto alle Ditte risultate migliori offerenti, come indicato nei verbali di gara sopra richiamati;
 - Rilevato che il costo della sicurezza per rischi interferenziali relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
 - Dato atto che tutte le ditte aggiudicatarie hanno presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute o richiamate nel Disciplinare di gara n. 2015/104 (approvato e parte integrante della determina dirigenziale di indizione sopra richiamata);

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Gare, Contratti ed Albo fornitori;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visti i verbali di gara allegati al presente atto sotto le lettere A, B, C e D a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che l'approvvigionamento di cui al presente atto viene acquisito, per quanto esplicitato in premessa, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 3 e 3-bis, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

1. Di approvare tutti i verbali e tutti gli atti del cottimo fiduciario n. 2015/104 e di affidare la fornitura biennale di Kit Elisa per ricerca IBR per i Laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto, alle seguenti Ditte, migliori offerenti così come riportato nei verbali di gara sopra richiamati:
Lotto 1 - Idexx Laboratories Italia S.r.l. – Via Guglielmo Silva, 36 – 20149 Milano - € 93.381,12 più Iva (€ 113.924,97 Iva inclusa);
Lotto 2 - Euroclone S.p.a. - Via Figino, 20/22 – 20016 Pero (MI) - € 56.100,00 più Iva (€ 68.442,00 Iva inclusa);
Lotto 3 - ID-Vet S.a.r.l. - Via Antonioni, 5 – 06132 Perugia - € 5.011,20 più Iva (€ 6.113,66 Iva inclusa);
per complessivi € 154.492,32 più Iva (€ 188.480,63 Iva inclusa);
2. Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva conformemente a quanto stabilito all'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006;
3. Di procedere alla stipula dei contratti decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006;
4. Di dare atto, ex art. 331 D.P.R. n. 207/2010, che l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul profilo di committente e sull'Albo on line dell'Istituto, oltre che sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";
5. Di dare atto che gli aggiudicatari sono stati preventivamente informati che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
6. Di dare atto che Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.a Loretta Masoero, Responsabile S.C. Virologia, ed assistenti al Direttore dell'esecuzione i Responsabili delle strutture utilizzatrici dei prodotti;

7. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e sostanziale;
8. Di dare atto che la cauzione definitiva, dove richiesta, si riterrà svincolata a seguito attestazione di regolare esecuzione del contratto da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione;
9. Di dare atto che il costo di cui al presente provvedimento, per complessivi € 188.482,00 Iva inclusa, trova idonea copertura nel conto aziendale n. 3100101 del budget di struttura assegnato aut. n. 1/2015 e 1/2016 come di seguito specificato:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Costo	Budget Anno/num.	Sub	Disponibilità residua
Idexx Laboratories S.r.l. (cod. 2760)	3100101	€ 4.747,00	2015	351	€ 92.713,39
Idexx Laboratories S.r.l. (cod. 2760)	3100101	€ 56.963,00	2016	351	€ 542.480,40
Euroclone S.p.a. (cod. 61757)	3100101	€ 34.221,00	2016	437	//
ID-Vet S.a.rl. (cod. 30723)	3100101	€ 3.057,00	2016	438	//

10. Di dare atto che le somme di competenza dell'anno 2017, per complessivi € 89.494,00 Iva inclusa, troveranno copertura a seguito dell'approvazione del relativo bilancio preventivo economico patrimoniale come di seguito specificato:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Costo	Budget Anno/num.
Idexx Laboratories S.r.l. (cod. 2760)	3100101	€ 52.216,00	2017
Euroclone S.p.a. (cod. 61757)	3100101	€ 34.221,00	2017
ID-Vet S.a.rl. (cod. 30723)	3100101	€ 3.057,00	2017

Allegati:

- A) Verbale 1 del 6 agosto 2015 di apertura plichi, esame documentazione amministrativa e verifica presenza documentazione tecnica, n. 3 pagine;
- B) Moduli verifica idoneità schede tecniche, n. 8 pag.;
- C) Verbale 2 dell'8 settembre 2015 di apertura Buste offerta economica, n. 4 pag.;
- D) Modulo verifica idoneità campionatura successiva Lotto 3, n. 1 pagina.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile U.O. / S.S. proponente

IL DIRIGENTE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)

*Si prende visione delle disposizioni contabili
contenute nel presente atto deliberativo.*
IL RESPONSABILE DELLA S.C.
ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE APERTURA PLICHI
COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/104

VERBALE N. 1

Oggetto: cottimo fiduciario n. 2015/104 per l'affidamento della fornitura biennale di Kit Elisa per ricerca IBR per i Laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto.

Numero procedura: n. 2015/104

Data pubblicazione disciplinare: 14 luglio 2015

Data scadenza presentazione offerte: h. 12:00 del 5 agosto 2015


L'anno duemilaquindici addì 6 del mese di agosto alle ore nove e minuti trenta presso la S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti dell'Istituto, in Torino, C.so Brescia n. 53/A, si è riunito il Seggio di gara per l'apertura dei plichi relativi alla gara in oggetto, nelle seguenti persone:

Dott. Massimo VICARIO	Dirigente S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Presidente;
Sig.ra Fiorenza BURZIO	Collaboratore Amm.vo Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente con funzioni di segretario;
Sig.ra Amelia CARUSO	Assistente Amm.vo addetto U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente;

I singoli componenti il seggio di gara dichiarano l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis* D.Lgs. n. 165/2001.

P R E M E S S O

- che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con determina dirigenziale del Responsabile della S.C. Tecnico-Logistica e Appalti n. 219 dell'8 luglio 2015, ha autorizzato la procedura di affidamento in oggetto da aggiudicarsi, per ciascuno dei singoli Lotti (n. 3) in cui è suddiviso l'importo complessivo biennale a base di gara dell'appalto, a favore del prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. n. 163/2006 previa verifica di idoneità delle schede tecniche dei prodotti offerti e campionatura alla ditta aggiudicataria secondo quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare di fornitura n. 2015/104;
- che la determina a contrarre *de qua* prevedeva, quale modalità di indizione della procedura di affidamento in oggetto, la pubblicazione di tutti gli atti di gara sul profilo di committente dell'Istituto (www.izsto.it), l'informazione scritta dell'avvenuta pubblicazione degli atti ad un elenco di fornitori specializzati nel settore individuati dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi (allegato "B" alla determina dirigenziale, agli atti) nonché l'avviso di indizione sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";



- che la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo di committente dell'Istituto in data 14 luglio 2015 e sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" in data 17 luglio 2015;
- che le imprese di cui all'allegato B alla determina dirigenziale sopra richiamata, già note all'Istituto per precedenti indagini/gare effettuate, sono state informate a mezzo e-mail dell'avvenuta pubblicazione degli atti di gara nonché del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (la comunicazione è agli atti);
- che si è provveduto a pubblicare sul profilo di committente la rettifica n. 1 in data 16 luglio 2015, contestualmente trasmessa via e-mail ai concorrenti che hanno comunicato di aver scaricato la documentazione di gara;

IL SEGGIO DI GARA

come sopra costituito, procede con le operazioni relative alla prima seduta pubblica di gara consistenti nell'apertura dei plichi pervenuti, nella verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per l'ammissione alla procedura nonché della presenza della documentazione tecnica richiesta.

Sono presenti:

- la Sig.ra Simona Brusati in rappresentanza della Ditta Agrolabo S.p.A.;
- la Sig.ra Simona Molinari in rappresentanza della Ditta Idexx Laboratories Italia S.r.l.

Si rileva che entro le ore 12:00 del giorno ultimo per la presentazione delle offerte (termine perentorio) sono pervenuti n. 5 plichi da parte delle seguenti ditte:

1. Agrolabo S.p.A. - Via Masero, 59 - 10010 Scarmagno (TO)
2. Euroclone S.p.A. - Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI)
3. Idexx Laboratories Italia S.r.l. - Via Guglielmo Silva, 36 - 20149 Milano
4. ID-Vet S.a.r.l. - Via Antonioni, 5 - 06132 Perugia
5. Qiagen S.r.l. - Via Filippo Sassetti, 16 - 20124 Milano

Dopo averne verificata l'integrità e la chiusura, i plichi sono stati aperti ed esaminati secondo l'ordine alfabetico e si è constatato che risultano presenti le tre buste richieste (*Busta documenti*, *Busta schede tecniche* e *Busta offerta economica*) chiuse secondo le prescrizioni del Disciplinare di fornitura n. 2015/104. Si rileva che la Ditta Idexx Laboratories Italia S.r.l. nega l'accesso a parte della documentazione tecnica trasmessa, allegando relativa motivazione. L'Istituto valuterà, all'occorrenza, la pertinenza e la congruità della motivazione.

Il seggio di gara procede quindi a verificare, all'interno di ciascuna "*Busta documenti*", la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla gara.

Tutti i concorrenti hanno presentato la documentazione amministrativa conformemente alle prescrizioni del Disciplinare di fornitura n. 2015/104.

Il seggio di gara procede quindi all'apertura delle "*Buste schede tecniche*" e alla verifica della presenza, all'interno di ciascuna, della documentazione tecnica richiesta dal Disciplinare di fornitura n. 2015/104.

Si rimanda al competente personale tecnico la verifica del contenuto e della completezza di tutta la documentazione pervenuta.



Risulta il seguente prospetto riassuntivo:

Ditta	Busta documenti	Busta offerta tecnica	Busta offerta economica	Ammissione
Agrolabo S.p.A.	SI	Lotto 1 n. 37 pagine	SI	SI
Euroclone S.p.A.	SI	Lotto 2 n. 24 pagine	SI	SI
Idexx Laboratories Italia S.r.l.	SI	Lotti 1-2-3 n. 146 pagine	SI	SI
ID-Vet S.a.r.l.	SI	Lotti 1-2-3 n. 56 pagine	SI	SI
Qiagen S.r.l.	SI	Lotti 1-3 n. 70 pagine	SI	SI

Tutti i concorrenti vengono quindi ammessi alle successive fasi di gara.

Il Presidente dà atto che non si procede al sorteggio pubblico ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 poiché, come previsto all'art. 5, co. 5, del Disciplinare di gara, la capacità tecnica è valutata sulla base delle descrizioni risultanti dalle schede tecniche presentate.

La documentazione tecnica sarà custodita in armadio chiuso a chiave presso l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori e verrà consegnata al competente personale tecnico ai fini dell'istruttoria necessaria per la valutazione dell'idoneità dei prodotti offerti.

Le "Buste offerta economica", firmate a garanzia della non sostituzione e integrità, saranno custodite in armadio blindato presso la S.C. Tecnico-Logistica e Appalti.


La seduta è chiusa alle ore 10.10.

Fatto, letto, sottoscritto.

Dott. Massimo VICARIO

Sig.ra Fiorenza BURZIO

Sig.ra Amelia CARUSO



Lotto	Cod. IZS	Descrizione	UM	Q.tà richiesta in UM	AGROLABO SPA	EUROCLONE SPA	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	ID-VET SARL	QIAGEN SRL
1	14519	<p>KIT Elisa per competizione, ricerca qualitativa (presenza/assenza) di anticorpi anti-gE del virus BHV-1 "Rinotracheite Infettiva bovina (IBR)" in siero e plasma bovino. Kit costituito da reagenti pronti all'uso (non sono ammessi reagenti liofilizzati da ricostituire o reagenti concentrati da diluire tranne la soluzione di lavaggio) con piastre a strips, certificato di qualità per ogni lotto, scheda di sicurezza e scadenza superiore a mesi 12. Espressione del risultato in percentuale di inibizione. Kit approvato da un laboratorio di referenza OIE per la Rinotracheite infettiva del bovino (vedi elenco manuale OIE). Referenze documentate che dimostrino i risultati ottenuti col kit nei programmi di eradicazione nazionali ed internazionali. La Ditta produttrice deve essere certificata ISO 9001. Il kit deve essere corredato di documentazione che riporti lo studio della validazione: numerosità campionaria con descrizione dei criteri adottati per la validazione dello stato immunitario reale dei soggetti campionati. Capacità di riconoscere correttamente lo standard internazionale OIE IBR-EU3 come negativo. Capacità di riconoscere correttamente gli standard internazionali OIE IBR-EU1, IBR-EU2 come positivi. Capacità di riconoscere i sieri di referenza internazionali da R1 a R32. Specificità diagnostica: limite inferiore $\geq 99,7\%$ (IC 95%) - Specificità analitica: studio della cross reattività con altre patologie bovine e dimostrazione della non interferenza. Sensibilità diagnostica: studio che dimostri la capacità del Kit di rilevare la stereoconversione a 9/10 giorni post. infezione. Ripetibilità tra lotti diversi: CV $\leq 10\%$. Confezione massima 576 TST.</p>	TST	222.320	NO	NON OFFERTO	SI	NO	NO
<i>Scheda tecnica più campionatura all'aggiudicatario</i>									
2	13817	<p>Kit Elisa metodo indiretto, screening (in formato monocupola) per ricerca qualitativa (presenza/assenza) di anticorpi totali anti virus BHV-1 responsabile della Rinotracheite Infettiva bovina (IBR), in siero e plasma bovino. Kit costituito da reagenti pronti all'uso con piastre a strips, certificato di qualità per ogni lotto e scadenza superiore a mesi 12. Protocollo per incubazione overnight e breve. Kit approvato da un Centro di Referenza Europeo. Il kit deve essere corredato di documentazione che riporti lo studio della validazione: numerosità campionaria con descrizione dei criteri adottati per la definizione dello stato immunitario reale dei soggetti campionati - specificità diagnostica: limite inferiore $\geq 95\%$ - capacità di riconoscere correttamente lo Standard Internazionale OIE IBR-EUR3 come negativo - sensibilità - rilevabilità: capacità di riconoscere correttamente gli Standard internazionali OIE (IBR-EU1, IBR-EU2) come positivi.</p>	TST	288.000	NON OFFERTO	SI VEDI ALLEGATO	NO	NO	NON OFFERTO
<i>Scheda tecnica più campionatura all'aggiudicatario</i>									

SEZIONE REGIONALE
VALUTAZIONE
9/07/2016
VALUTAZIONE

Lotto	Cod. IZS	Descrizione	UM	Q.tà richiesta in UM	AGROLABO SPA	EUROCLONE SPA	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	ID-VET SARL	QIAGEN SRL
3	13816	KIT Elisa per competizione, ricerca qualitativa (presenza/assenza) di anticorpi anti-gB del virus BHV-1 responsabile della Rinotracheite Infettiva bovina (IBR) in siero, plasma e latte bovino. Kit costituito da reagenti pronti all'uso con piastre a strips, certificato di qualità per ogni lotto e scadenza superiore a mesi 12. Protocollo per incubazione overnight e breve. Kit approvato da un Centro di Riferenza Europeo. Il kit deve essere corredato di documentazione che riporti lo studio della validazione: numerosità campionaria con descrizione dei criteri adottati per la definizione dello stato immunitario reale dei soggetti campionati - specificità diagnostica: limite inferiore $\geq 95\%$ - capacità di riconoscere correttamente lo Standard Internazionale OIE IBR-EU3 come negativo - sensibilità-rilevabilità: capacità di riconoscere correttamente gli Standard Internazionali OIE (IBR-EU1, IBR-EU2) come positivi.	TST	26.980	NON OFFERTO	NON OFFERTO	SI	SI	SI

Scheda tecnica più campionatura all'aggiudicatario

ARRIVATA IL
 17 AGO 2015
 S.C. TECNICO-AGGIUDICAZIONE ED
 APPEAL

Motivazione di non idoneità


I PRODOTTI 14159 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTI DALLA
DITTA AGROLABO SPA NON SONO IDONEI IN

QUANTO:

- 1) manca la scheda di sicurezza
- 2) manca l'approvazione di un laboratorio di riferimento OIE.
- 3) mancano referenze documentate che dimostrino l'utilizzo del kit nei programmi di eradicazione nazionali ed internazionali.
- 4) nelle validazioni manca la descrizione dei criteri adottati per la definizione dello stato immunitario reale di soggetti campionati
- 5) non si deduce il valore di specificità diagnostica
- 6) non è riportato lo studio relativo alle cross reattività con altre patologie batteriche.
- 7) non è dimostrata la capacità del kit di rilevare virus con titoloni e 9-10 potni

~~IL RESPONSABILE COMPETENTE~~

~~IL RESPONSABILE COMPETENTE~~



Dot.ssa Loretta Masoero
Responsabile S.C. Virologia
Istituto Zoonotico Sperimentale
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Motivazione di non idoneità


I PRODOTTI 14519
14159 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTI DALLA
DITTA QIAGEN SRL NON SONO IDONEI IN

QUANTO:

- 1) manca la fede di acquisto
- 2) mancano referenze documentate circa l'utilizzo del kit nei programmi di eradicazione
- 3) non è documentata la capacità di riconoscere gli standard internazionali IBREU1 - IBREU2 - IBREU3.
- 4) non è riportato lo studio relativo alle cross reattività con altre patologie brucellari.
- 5) non è dimostrata la capacità del kit di rilevare le Brucellatosi a 9-10 giorni.

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dott.ssa Loretta Masoero
Responsabile S.C. Virologia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta



Motivazione di non idoneità


I PRODOTTI 14159 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTI DALLA
DITTA ID-VET SARL NON SONO IDONEI IN

QUANTO:

- 1) Le specifiche di questo kit che nei limiti inferiori non di quello richiesto.
- 2) Insufficienti referenze documentate circa l'utilizzo del kit nei programmi di eradicazione nazionale ed internazionali.

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dott.ssa Loretta Maspero
Responsabile S.C. Virologia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta



Motivazione di non idoneità

I PRODOTTI 13817 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTI DALLA
DITTA ID VET NON SONO IDONEI IN

QUANTO:

Il Coniugato non è pronto all'uso

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dott.ssa Loretta Masozzo
Responsabile S.C. Virologia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

ARRIVATA IL
7 AGO 2015
S.C. TECNICO-ESCLUSIVA ED
APPALTI

Motivazione di non idoneità

I PRODOTTI 13817 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTI DALLA
DITTA XXX NON SONO IDONEI IN

QUANTO:

Il conio non è pronto all'uso

IL RESPONSABILE COMPETENTE

[Signature]
Dott.ssa Loretta Maspero
Responsabile S.C. Virologia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

TESTO
ARRIVATA IL
7 AGO 2015
S.C. TECNICO-LOGICA ED
APPALTI

~~Motivazione di non idoneità~~


ALLEGATO ALL'IDONEITÀ


I PRODOTTI 13817 (indicare il cod. del prodotto) OFFERTI DALLA

DITTA EUROCLONE SPA ~~NON SONO IDONEI~~

~~QUANTO~~ denominato SVANOVIR IBR-Ab (screening) risulta essere approvato da un Centro di Riferenza Europeo (CEI) come da tabelle allegato (documento n° CEI-B-546) pertanto si chiede alle Ditte offerenti di produrre idonee documenti.

IL RESPONSABILE COMPETENTE


Dott.ssa Loretta Masoero
Responsabile S.C. Virologia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta



VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTA ECONOMICA

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/104

VERBALE N. 2

Oggetto: cottimo fiduciario n. 2015/104 per l'affidamento della fornitura biennale di Kit Elisa per ricerca IBR per i Laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto.

L'anno duemilaquindici addì 8 del mese di settembre alle ore nove e minuti trentadue presso la S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti dell'Istituto, in Torino, C.so Brescia n. 53/A, si è riunito il Seggio di gara per l'apertura dei plichi "*Busta offerta economica*" relativi alla gara in oggetto, nelle seguenti persone:

Dott. Massimo VICARIO	Dirigente S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Presidente;
Sig.ra Amelia CARUSO	Assistente Amm.vo addetta U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori – Componente;
Dott. Marco VALERIO	Collaboratore Amm.vo addetto U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori – Componente con funzioni di segretario;

I singoli componenti il seggio di gara dichiarano l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis* D.Lgs. n. 165/2001.

PREMESSO

- Visto il verbale n. 1 del 6 agosto 2015 di apertura plichi, verifica della documentazione amministrativa e apertura buste schede tecniche, dal quale risulta l'ammissione di tutte le imprese offerenti alle successive fasi di gara (agli atti);
- Dato atto che non si è proceduto al sorteggio pubblico *ex art.* 48 D.Lgs. 163/2006 poiché, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del Disciplinare di fornitura n. 2015/104, la capacità tecnica è stata verificata sulla base delle descrizioni risultanti dalle schede tecniche presentate;
- Visti i moduli di verifica idoneità/non idoneità schede tecniche trasmessi dal Responsabile di Struttura competente (agli atti);
- Dato atto che si è reso necessario procedere con richiesta di chiarimenti tecnici alla Ditta Euroclone S.p.a. in merito all'offerta presentata per il Lotto 2;
- Dato atto che la documentazione richiesta al concorrente *de quo* è regolarmente pervenuta e che la medesima è risultata idonea e conforme alla richiesta (nota del Responsabile competente prot. 13063 del 2 settembre 2015, agli atti);
- Viste le contestazioni scritte pervenute dalle Ditta ID-Vet. Sarl (prot. n. 12593 del 20 agosto 2015) e Qiagen S.r.l. (prot. n. 13258 del 7 settembre 2015) circa l'esclusione dal Lotto 1 per inidoneità delle schede tecniche presentate (agli atti);
- Viste le controdeduzioni formulate dal Responsabile competente con le quali è stata confermata, per entrambi i concorrenti e con diverse motivazioni, l'esclusione dal Lotto 1 per inidoneità tecnica (agli atti);


1 di 2

- Provveduto a comunicare ai partecipanti la data di apertura delle offerte economiche (nota prot. n. 13071 del 2 settembre 2015, agli atti);

IL SEGGIO DI GARA

come sopra costituito, procede con le operazioni relative alla seconda seduta pubblica di gara consistenti nell'apertura delle *Buste offerta economica*.

Sono presenti:

- la Dott.a Simona Molinari in qualità di rappresentante della Ditta Idexx Laboratories Italia S.r.l.;
- la Dott.a Maria Montini in qualità di rappresentante della Ditta Euroclone S.p.a..

Il Presidente, preliminarmente e prima di procedere alla materiale apertura dei plichi *Busta offerta economica* secondo l'ordine alfabetico, dà lettura degli esiti della verifica di idoneità delle schede tecniche, come da prospetti sopra richiamati, mettendo a disposizione dei presenti copia dei medesimi.

Verificata l'integrità del plico contenente le *Buste offerta economica*, garantita dai sigilli di chiusura e dalle controfirme dei componenti il seggio di gara, le Buste dei concorrenti ammessi, chiuse e sigillate come prescritto e di cui si è verificata l'integrità e le firme di garanzia, vengono aperte e contrassegnate in ciascun foglio dal seggio di gara.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle offerte e alla verifica dell'ammissibilità delle medesime con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare di fornitura n. 2015/104.

Risultano le offerte come da prospetto allegato al verbale sotto la lettera "A", n. 2 pagine.

Per quanto sopra, si perviene alla seguente proposta di aggiudicazione provvisoria:

Lotto 1

Ditta: Idexx Laboratories Italia S.r.l. – Via Guglielmo Silva, 6 – 20153 Milano;

Importo: € 93.381,12 più Iva (€ 113.924,97 Iva inclusa);

Lotto 2

Ditta: Euroclone S.p.a. – Via Figino 20/22 – 20122 Pero (MI);

Importo: € 56.100,00 più Iva (€ 68.442,00 Iva inclusa);

Lotto 3

Ditta: ID-Vet Sarl – Rue Louis Pasteur – 34790 Grabels (FR);

Importo: € 5.011,20 più Iva (€ 6.113,66 Iva inclusa).

Come previsto all'art. 4, co. 1, del Disciplinare di fornitura n. 2015/104, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, si acquisirà il parere del Responsabile competente circa la necessità di procedere alla valutazione della campionatura successiva dei prodotti offerti dai concorrenti provvisoriamente aggiudicatari.


La seduta è chiusa alle ore 09:40.

Fatto, letto, sottoscritto.

Dott. Massimo VICARIO

Sig.ra Amelia CARUSO

Dott. Marco VALERIO



Allegati:

A) Prospetto offerte economiche e importi di aggiudicazione (n. 2 pagine).

Ditta	Lotto	Codice ottiamm	Prezzo finale	Graduatoria per lotto	Q.tà richiesta	Imp base di gara	Conf. Max	Conf. offerta	Num. conf. offerte	Prezzo per conf.	Prezzo complessivo	Q.tà totale off.	Check confezione	Check quantità	Check prezzo	Prezzi aggiudicazione
Idexx Laboratories S.r.l.	1	14519	€ 93.381,12	1	222.320	€ 121.054,00	576	576,00	386,00	€ 241,92	€ 93.381,12	222.336	OK	OK	OK	€ 93.381,12
Agrolabo S.p.a.	1	14519	Non idoneo	2	222.320	€ 121.054,00	576				€ 0,00	0	OK	NO	OK	Non idoneo
ID-Vet S.a.r.l.	1	14519	Non idoneo	3	222.320	€ 121.054,00	576				€ 0,00	0	OK	NO	OK	Non idoneo
Qiagen S.r.l.	1	14519	Non idoneo	4	222.320	€ 121.054,00	576				€ 0,00	0	OK	NO	OK	Non idoneo
Euroclone S.p.a.	1	14519	NON OFF.	5	222.320	€ 121.054,00	576				€ 0,00	0	OK	NO	OK	NON OFF.
Euroclone S.p.a.	2	13817	€ 56.100,00	1	288.000	€ 62.410,00		960,00	300,00	€ 187,00	€ 56.100,00	288.000	OK	OK	OK	€ 56.100,00
Idexx Laboratories S.r.l.	2	13817	Non idoneo	2	288.000	€ 62.410,00					€ 0,00	0	OK	NO	OK	Non idoneo
ID-Vet S.a.r.l.	2	13817	Non idoneo	3	288.000	€ 62.410,00					€ 0,00	0	OK	NO	OK	Non idoneo
Agrolabo S.p.a.	2	13817	NON OFF.	4	288.000	€ 62.410,00					€ 0,00	0	OK	NO	OK	NON OFF.
Qiagen S.r.l.	2	13817	NON OFF.	5	288.000	€ 62.410,00					€ 0,00	0	OK	NO	OK	NON OFF.
ID-Vet S.a.r.l.	3	13816	€ 5.011,20	1	26.980	€ 12.230,00		960,00	29,00	€ 172,80	€ 5.011,20	27.840	OK	OK	OK	€ 5.011,20
Idexx Laboratories S.r.l.	3	13816	€ 7.797,60	2	26.980	€ 12.230,00		480,00	57,00	€ 136,80	€ 7.797,60	27.360	OK	OK	OK	€ 7.797,60
Qiagen S.r.l.	3	13816	€ 8.208,00	3	26.980	€ 12.230,00		480,00	57,00	€ 144,00	€ 8.208,00	27.360	OK	OK	OK	€ 8.208,00
Agrolabo S.p.a.	3	13816	NON OFF.	4	26.980	€ 12.230,00					€ 0,00	0	OK	NO	OK	NON OFF.
Euroclone S.p.a.	3	13816	NON OFF.	5	26.980	€ 12.230,00					€ 0,00	0	OK	NO	OK	NON OFF.

Idexx Laboratories S.r.l.	1	14519	€ 93.381,12	1	222.320	€ 121.054,00	576	576,00	386,00	€ 241,92	€ 93.381,12	222.336	OK	OK	OK	€ 93.381,12
Importo totale di aggiudicazione			€ 93.381,12													
Pitt Iva 22%			€ 20.543,85													
Importo complessivo			€ 113.924,97													

Euroclone S.p.a.	2	13817	€ 56.100,00	1	288.000	€ 62.410,00		960,00	300,00	€ 187,00	€ 56.100,00	288.000	OK	OK	OK	€ 56.100,00
Importo totale di aggiudicazione			€ 56.100,00													
Pitt Iva 22%			€ 12.342,00													
Importo complessivo			€ 68.442,00													

"Allegato A"

ID-Vet S.a.r.l.	3	13816	€ 5.011,20	1	26.980	€ 12.230,00		960,00	29,00	€ 172,80	€ 5.011,20	27.840	OK	OK	OK	€ 5.011,20
<i>Importo totale di aggiudicazione</i>			€ 5.011,20													
<i>Più Iva 22%</i>			€ 1.102,46													
Importo complessivo			€ 6.113,66													

12


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lotto	Cod. IZS	Descrizione	ID-Vet campionatura
3	13816	KIT Elisa per competizione, ricerca qualitativa (presenza/assenza) di anticorpi anti-gB del virus BHV-1 responsabile della Rinotracheite Infettiva bovina (IBR) in siero, plasma e latte bovino. Kit costituito da reagenti pronti all'uso con piastre a strips, certificato di qualità per ogni lotto e scadenza superiore a mesi 12. Protocollo per incubazione overnight e breve. Kit approvato da un Centro di Referenza Europeo. Il kit deve essere corredato di documentazione che riporti lo studio della validazione: numerosità campionaria con descrizione dei criteri adottati per la definizione dello stato immunitario reale dei soggetti campionati - specificità diagnostica: limite inferiore \geq 95% - capacità di riconoscere correttamente lo Standard Internazionale OIE IBR-EU3 come negativo - sensibilità-rilevabilità: capacità di riconoscere correttamente gli Standard Internazionali OIE (IBR-EU1, IBR-EU2) come positivi.	IDONEO

IL RESPONSABILE COMPETENTE

Dott.ssa Loretta Masoero
Responsabile S.C. Virologia
Istituto Zoonosologico Sperimentale
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta


8/10/15