

ESITO DI GARA - RDO N. 1963520

**Iniziativa del MEPA CONSIP - “BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E
DIAGNOSTICA“**

Fornitura di un Dispensatore automatico e un Bagnomaria termostatico per la Sezione di La Spezia e per il Laboratorio di Sierologia della Sede dell'I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

Importo totale presunto € 21.025,00 oltre IVA (€ 25.650,00 IVA inclusa).

Lotto 1 importo presunto € 20.492,00 oltre IVA

CIG ZE223B7CC5 - CPV 38000000

Lotto 2 importo presunto € 533,00 oltre IVA

CIG ZF523B7CFD - CPV 42943000-8

Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 227 del 16/08/2018.

Ditte partecipanti:

Lotto 1 (codice scheda prodotto PIPETAUT 2)

Ditta: Qiagen – idonea - € 20.000,00 oltre IVA – (€ 24.400,00 IVA inclusa);

Ditta: Gilson Italia – non idonea in quanto il sistema offerto non risponde ai requisiti minimi richiesti ai punti 17 e 18 della scheda prodotto per mancanza di filtri Hepa e di sistema Uv che garantiscono la sicurezza degli operatori e dei campioni..

Ditta aggiudicataria Qiagen € 20.000,00 oltre IVA – (€ 24.400,00 IVA inclusa).

Lotto 2 (codice scheda prodotto BAGNOMA 2)

Ditta: As Instruments – idonea € 1.273,00 oltre IVA (€ 1.553,06 IVA inclusa);

Ditta: Nuova Criotecnica Amcota – idonea € 1.350,00 oltre IVA (€ 1.647,00 IVA inclusa);

Ditta: Aurogene – non idonea in quanto il volume nominale della vasca è superiore a quello richiesto;

Ditta: Enrico Bruno – non idonea in quanto l'uniformità della temperatura è superiore alla specifica richiesta;

Ditta: Orma – non idonea in quanto il volume nominale della vasca è superiore a quello richiesto.

Ditta aggiudicataria: As Instruments – € 1.273,00 oltre IVA (€ 1.553,06 IVA inclusa).

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686277 – ffx. 011/0469194).

Torino, li 17/08/2018

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 227 del 16/08/2018

Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata RDO n. 1963520 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di un dispensatore automatico e un bagno termostatico per la Sezione di La Spezia e il Laboratorio di Sierologia della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. Euro 21.273,00 oltre IVA (Euro 25.954,00 IVA inclusa).

Il Dirigente dott. Massimo Vicario

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12/06/2008

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.

E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 16/08/2018 per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione _____

Aggiudicazione procedura negoziata RDO n. 1963520 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di un dispensatore automatico e un bagno termostatico per la Sezione di La Spezia e il Laboratorio di Sierologia della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

Euro 21.273,00 oltre IVA (Euro 25.954,00 IVA inclusa).

Su proposta dell'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi

– Visti

- La Delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto "Dott. Vicario Massimo – proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa "Tecnico Logistico ed Appalti";
- Il D.Lgs.19 aprile n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici*" per quanto in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida dell'Anac e dei decreti del MIT attuativi del nuovo Codice dei contratti;
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare, l'art. 26, comma 6;
- Dato atto che con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, il legislatore ha disposto, tra le altre misure, che *gli enti del servizio sanitario nazionale utilizzano per l'acquisto di beni e servizi, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento* (art. 5 co. 13, lett. d);
- Viste le richieste di acquisto, per la fornitura di n. 1 dispensatore automatico (codice scheda PIPETAUT 2) per la Sezione di La Spezia (in deroga al programma attrezzature); di un bagnomaria termostatico (codice scheda BAGNOMA 2) per la S.S. Laboratorio di Sierologia (acquisto contemplato nel programma aziendale per l'acquisizione di attrezzature tecnico scientifiche 2018/2019 – Delibera del Direttore Generale n. 14 del 11/01/2018);
- Dato atto che l'importo complessivo presunto della procedura telematica *de qua* è di € 21.025,00 oltre IVA (€ 25.650,00 IVA inclusa);

Importo presunto per la fornitura oltre IVA	€ 21.025,00
<u>ai quali si sommano:</u>	
IVA 22 %	€ 4.625,50
oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
	€ 420,50
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	
	€ 26.071,00
IMPORTO COMPLESSIVO	

- Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che il prodotto oggetto del presente provvedimento è presente nelle categorie merceologiche rientranti negli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. sul portale www.acquistinretepa.it, e segnatamente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- Preso atto dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma MEPA, in data 24 Maggio 2018 della RDO n. 1963520 lotti 2, per la fornitura sopra emarginata, da aggiudicarsi per singolo lotto secondo le specifiche tecniche, le condizioni particolari di RDO e le condizioni particolari di contratto inserite nella procedura;
- ~~Constatato che entro il termine stabilito (ore 20:00 del 06 Giugno 2018) hanno presentato offerta le seguenti imprese regolarmente iscritte all'iniziativa del Mepa "Beni/IRicerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica" al momento della pubblicazione:~~
 1. As Instruments (lotto 2);
 2. Aurogene (lotto 2);
 3. Enrico Bruno (lotto 2);
 4. Gilson Italia (lotto 1);
 5. Nuova Criotecnica Amcota (lotto 2);
 6. Orma (lotto 2);
 7. Qiagen (lotto1).
- Visto che in data 14 Giugno 2018 il punto istruttore ha proceduto all'apertura della documentazione amministrativa constatandone la regolarità (agli atti);
- Visto che in data 15 Giugno 2018 il punto istruttore ha proceduta all'apertura delle offerte tecniche sulla piattaforma Mepa;
- Preso atto che, in data 15 Giugno 2018, sono state trasmesse le offerte tecniche ai

Responsabili di Struttura Complessa per la valutazione tecnica di idoneità;

- Visto che in data 25 Giugno 2018 (con prot. n. 10289) – 26 Giugno 2018 (prot. 10394) sono pervenute le valutazioni d'idoneità dei 2 lotti (agli atti);
- Visto che in data 13 Luglio 2018 è stato pubblicato sulla piattaforma Mepa il Verbale di ammissione (agli atti);
- Visto che in data 16 Luglio 2018 la ditta Enrico Bruno, (ritenuta non idonea per il lotto 2) chiede attraverso la piattaforma Mepa, il riesame della valutazione tecnica del lotto, in data 17 Luglio 2018 viene richiesto al Richiedente dell'attrezzatura il riesame della valutazione tecnica, in data 24 Luglio (prot. 11604) il Richiedente conferma la non idoneità del lotto 2 (agli atti);
- Preso atto che in data 07 Agosto 2018, il punto istruttore ha proceduto all'apertura dell'offerte economiche sulla piattaforma MEPA, provvedendo all'aggiudicazione provvisoria come risulta dal verbale di gara RDO n. 1963520 (allegato "A", N. 2 pagine):
 - lotto 1: n. 1 dispensatore automatico (codice scheda PIPEAUT 2) – ditta Qiagen € 20.000,00 oltre IVA (€ 24.400,00 IVA inclusa);
 - lotto 2: n. 1 bagnomaria termostatico (codice scheda BAGNOMA 2) – ditta As Instruments per un importo di € 1.273,00 oltre IVA (€ 1.553,06 IVA inclusa);
- Precipato che:
 - il contratto verrà stipulato attraverso la piattaforma MEPA;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti "Condizioni particolari di RDO 1963520", "Condizioni particolari di Contratto 1963520" schede prodotto (allegato "B", n. 12 pagine).

- Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visto il verbale di gara Rdo nr. 1963520 allegato sotto la lettera "A", a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

DETERMINA

- Di approvare il verbale di gara e tutti gli atti della Rdo nr. 1963520 tramite piattaforma Mepa e di affidare la fornitura di:
 - lotto 1: n. 1 dispensatore automatico (codice scheda PIPEAUT 2) per la Sezione di La Spezia – ditta Qiagen € 20.000,00 oltre IVA (€ 24.400,00 IVA inclusa);

- lotto 2 n. 1 bagnomaria termostatico (codice scheda BAGNOMA 2) per il Laboratorio di Sierologia della Sede – ditta As Instruments per un importo di € 1.273,00 oltre IVA (€ 1.553,06 IVA inclusa);
- dare atto che i Direttori dell'esecuzione dei contratti sono: lotti 1 il Dott. Carlo Ercolini, lotto 2 la Dott.ssa Silvia Gennero.
- Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è Maria Chieppa (Assistente Amministrativo dell'U.O. Programmazione e gestione Beni e Servizi);
- di disporre che la liquidazione verrà effettuata a seguito di verifica della regolare esecuzione del contratto;
- di dare atto che l'importo di cui al presente provvedimento, per un totale complessivo di € 21.273,00 oltre IVA - (Euro 25.954,00 IVA inclusa), trova idonea copertura nel conto aziendale n. 1120401 sul budget aut. n. 2018/8 così suddiviso:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Importo	Budget Anno/num
QIAGEN (Cod. 4545)	1120401	€ 24.400,00	2018/8/65
AS INSTRUMENTS (Cod. 91650)	1120401	€ 1.553,06	2018/8/65
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	1120401	€ 420,50	2018/8/600

Allegati:

- A) Verbale di gara, n. 2 pagine;
- B) Condizioni particolari di RDO nr. 1963520, Condizioni particolari di contratto nr. 1963520, schede prodotto nr. 12 pagine;

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile U.O. / S.S. proponente
IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI (Dott. Massimo Vicario)	<i>Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel presente atto deliberativo.</i> IL RESPONSABILE DELLA S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

VERBALE DI AMMISSIONE - RDO N. 1963520

**Iniziativa del MEPA CONSIP - "BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E
DIAGNOSTICA"**

Fornitura di un Dispensatore automatico e un Bagnomaria termostatico per la Sezione di La Spezia
e per il Laboratorio di Sierologia della Sede dell'I. Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

Importo totale presunto € 21.025,00 oltre IVA (€ 25.650,00 IVA inclusa).

Lotto 1 importo presunto € 20.492,00 oltre IVA

CIG ZE223B7CC5 - CPV 38000000

Lotto 2 importo presunto € 533,00 oltre IVA

CIG ZF523B7CFD - CPV 42943000-8

Ditte partecipanti :

Lotto 1 (codice scheda prodotto PIPETAUT 2)

Ditta: Qiagen – idonea;

Ditta: Gilson Italia – non idonea in quanto il sistema offerto non risponde ai requisiti minimi richiesti
ai punti 17 e 18 della scheda prodotto per mancanza di filtri Hepa e di sistema Uv che garantiscono
la sicurezza degli operatori e dei campioni..

Lotto 2 (codice scheda prodotto BAGNOMA 2)

Ditta: As Instruments – idonea;

Ditta: Nuova Criotecnica Amcota – idonea;

Ditta: Aurogene – non idonea in quanto il volume nominale della vasca è superiore a quello
richiesto;


Ditta: Enrico Bruno – non idonea in quanto l'uniformità della temperatura è superiore alla specifica
richiesta;

Ditta: Orma – non idonea in quanto il volume nominale della vasca è superiore a quello richiesto.

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686277 – tfx. 011/0469194).

Torino, li 13/07/2018

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
"I. Altara"
VIA BOLOGNA 148 – TORINO
TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770
PARTITA I.V.A.: 05160100011**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO SU MEPA

**Iniziativa del MEPA CONSIP - "BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E
DIAGNOSTICA"**

Fornitura di un Dispensatore automatico e un Bagnomaria termostatico per la Sezione di La Spezia e per il Laboratorio di Sierologia della Sede dell'I. Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

RDO n. 1963520

Importo totale presunto € 21.025,00 oltre IVA (€ 25.650,00 IVA inclusa).

Lotto 1 importo presunto € 20.492,00 oltre IVA

CIG ZE223B7CC5 - CPV 38000000

Lotto 2 importo presunto € 533,00 oltre IVA

CIG ZF523B7CFD - CPV 42943000-8

Responsabile del procedimento: Maria Chieppa tel. 011.2686277-218.

Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I.. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO N. 1963520

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di un Dispensatore automatico e un Bagnomaria termostatico per la Sezione di La Spezia e per il Laboratorio di Sierologia della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, i luoghi di consegna sono indicati nelle "Condizioni particolari di contratto".

Sono sempre compresi tutti gli oneri per il ripristino "al finito" dei locali e le pulizie finali degli ambienti, per dare il tutto finito a regola d'arte e pronto all'utilizzo.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente trasmettere telematicamente, nella sezione *Documenti richiesti ai partecipanti*,

- Il file SCHEDA PRODOTTO dei lotti, completati, non trasformati in PDF sottoscritti con firma digitale
- il file Condizioni particolari di contratto, con le relative dichiarazioni, sottoscritto per accettazione con firma digitale

CAPACITA' TECNICA – SCHEDA PRODOTTO

Le specifiche tecniche delle attrezzature richieste sono riportate nel documento allegato **SCHEDA PRODOTTO LOTTO....**

Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi perchè l'offerta possa essere presentata e costituiranno oggetto della verifica di conformità della fornitura.

~~Ove nelle specifiche tecniche riportate nella scheda articolo sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica, si intende apposta la dicitura "o equivalente". Il concorrente pertanto potrà offrire prodotto equivalente sotto il profilo funzionale e tecnico.~~

Al fine di consentire la verifica della capacità tecnica delle attrezzature richieste, per le apparecchiature offerte ed **entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta**, il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, restituire per il lotto offerto la scheda prodotto (*documento SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO*) allegate alla RDO debitamente completate nella parte riservata al fornitore a conferma della conformità dei beni ai singoli requisiti tecnici richiesti. **Tale scheda non deve riportare, a pena di esclusione, indicazioni di prezzo dell'apparecchiatura.**

La modifica o la cancellazione, anche parziale, delle indicazioni riportate nella parte riservata all'Istituto comporterà l'esclusione del concorrente dal lotto.

La scheda dovrà essere inviata telematicamente, utilizzando la piattaforma MEPA firmata digitalmente.

L'offerta economica sarà aperta solo dopo la verifica di conformità dell'attrezzatura offerta. È interesse dell'Impresa concorrente, pertanto, fornire tutte le informazioni necessarie ed utili per la preliminare valutazione dell'idoneità dell'apparecchiatura. In ogni modo, comunque, l'attrezzatura sarà valutata in relazione alle esigenze tecniche a fronte delle quali l'Istituto ha indetto la procedura di affidamento.

A norma dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione seguirà a singolo lotto unico a favore del prezzo più basso *ex art.* 95, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, previa valutazione di idoneità delle schede tecniche delle attrezzature offerte. Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione dell'offerta e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari importo l'Amministrazione procederà mediante sorteggio pubblico tra le offerte medesime in luogo, data e ora che saranno comunicate ai concorrenti interessati.

In caso di aggiudicazione, il documento di stipula generato dal Mercato elettronico sarà assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. Spetterà al fornitore l'onere di dimostrare all'Ente l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013. Il mancato assolvimento del tributo comporterà la prescritta segnalazione, entro il termine di 30 giorni, alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 642/1972.

RTI/CONSORZI

In caso di partecipazione di RTI o consorzi, si richiama quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Istituto i seguenti documenti:

- In caso di R.T.I. non costituito, l'Atto notorio di costituzione del raggruppamento temporaneo con il quale le imprese conferiscono, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, con relativa procura conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario (art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva). **La cauzione definitiva, ove richiesta, dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.** La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale. Non sarà chiesta cauzione definitiva per contratti di importo inferiore a € 20.000,00.

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

COMUNICAZIONI

L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti o agli aggiudicatari attraverso la piattaforma MEPA o a mezzo fax o posta elettronica certificata.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

RDO N. 1963520

La fornitura si svolgerà in osservanza, in via gradata, delle seguenti Condizioni particolari di contratto, del *Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (ed/rev. 3/0)*, disponibile sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: http://www.izsto.it/images/CAPITOLATO_GENERALE_3_0.pdf e, per quanto non previsto, delle Condizioni generali di contratto dell'iniziativa.

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore gli oneri e obblighi seguenti, conglobati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- la pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari e la riconsegna degli ambienti per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio ed installazione;
- la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;
- l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale.

ORDINATIVI – TEMPI E MODALITÀ DELLE CONSEGNE

L'ordinativo sarà inoltrato tramite piattaforma MEPA.

Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.

In deroga alle condizioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'Operatore economico si impegna ad eseguire ordinativi di importo imponibile inferiore agli Euro 400,00 + Iva, senza ulteriore aggravio di spesa.

La consegna dovrà essere effettuata presso il presidio appresso indicato entro 30 gg. solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di dodici giorni lavorativi.

La consegna dovrà essere effettuata al piano e nei locali indicati, anche nel caso in cui manchi impianto elevatore.

Si evidenzia che l'Istituto non dispone di un servizio di facchinaggio interno; pertanto l'aggiudicatario dovrà provvedere direttamente alla consegna, installazione e collaudo.

La ditta aggiudicataria per il lotto 2 deve ritirare e smaltire a proprie spese l'attrezzatura usata indicata nel luogo di consegna.

OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa si impegna a far rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* – a tutti i propri collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

In caso di violazione di tali obblighi l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

CONVENZIONE CONSIP

Qualora Consip S.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto una convenzione relativa alla medesima fornitura, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip S.p.a. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalla convenzione in parola risultassero più convenienti di quelle offerte dall'aggiudicatario, verrà richiesto a quest'ultimo di adeguarli a quelli risultanti dalla Convenzione; nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provvedesse all'adeguamento il responsabile del procedimento procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

PAGAMENTI

Il pagamento per prestazione o fornitura regolarmente eseguita avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni (o nel diverso termine, non inferiore, indicato in offerta) dalla data di ricevimento della fattura, o, se questa è anteriore, dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'Istituto propone il termine di 60 giorni.

Per singoli bonifici di importo superiore a € 1.000,00 i pagamenti saranno assoggettati ad una commissione bancaria fissa per spese di bonifico a carico del beneficiario

- bonifici da € 1.000 a € 10.000 € 2,50
- bonifici superiori ad € 10.000 € 3,50

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospendere l'esecuzione.

ORARI DI CONSEGNA

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

LUOGO DI CONSEGNA :

LOTTO 1 - n. DISPENSATORE AUTOMATICO CODICE SCHEDA PIPETAUT 2 – presso la Sezione di La Spezia - Via degli Stagnoni, 96;

LOTTO 2 - N. 1 BAGNO TERMOSTATICO CODICE SCHEDA PRODOTTO BAGNOMA 2

Presso S.S. Laboratorio di Sierologia pal. “E” piano 1° – Via Paganini, 25 Torino (è presente il montacarichi - misure esterne larghezza porta cm. 100, altezza cm. 199 – misure interne LxPxH cm. 140x167x210);

ritiro e smaltimento usato - Marca HETOLAB – Identificativo BM02SR – Modello DT HETOTHERM2DT22-1/1 - N. Cespite 03290.

Si dichiara

- Che l'Impresa è iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato per attività coerente con lo specifico settore oggetto della RDO;
- che non ricorrono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 né altre cause che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di possedere l'idoneità tecnico professionale, ovvero le capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, in relazione al tipo di appalto da realizzare e di impegnarsi ad esibire, su richiesta del Committente, la documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, nonché di essere a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti, norme vigenti che disciplinano il contratto oggetto della procedura.

Si approvano le condizioni particolari di contratto ed il Capitolato generale d'onori per la fornitura di beni e servizi per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed./rev. 3.0, nonché specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli del Capitolato generale:

art. 13 - durata

art. 18 – condotta da parte dell'affidatario

art. 19 – periodo di prova – collaudo ed accettazione

art. 20 - forniture rifiutate all'accettazione o al collaudo

art. 21 – fatturazione pagamento: modalità

art. 22 - sospensione dei pagamenti

art. 23 - motivi per applicazione di penalità

art. 24 - penalità

art. 25 – procedimento relativo all'applicazione di penalità

art. 26 - recesso e risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.)

art. 27 - effetti della risoluzione: esecuzione in danno

art. 28 - trasferimento di proprietà dei beni e rischi

art. 31 - tracciabilità dei flussi finanziari ulteriori clausole risolutive espresse

art. 32 - foro competente

Art. 33 - Clausola di trasparenza

Il Rappresentante legale dell'Impresa (firma digitale)

SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	GESTIONE TECNOLOGIE
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEDA: BAGNOMA 2		Ediz./Rev. 00.01

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

BAGNO TERMOSTATICO (15÷20 litri)

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

TERMOSTAZIONE IN ACQUA

CASA COSTRUTTRICE: _____

MODELLO OFFERTO: _____

VS. CODICE: _____

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Vasca interna in acciaio inox con angoli arrotondati e coperchio	
2. Volume vasca circa 15 ÷ 20 litri	
3. Preferibilmente dotato di rubinetto di scarico per facilitare le operazioni di pulizia	
4. Range di temperatura: da ambiente +5°C a circa +100°C	
5. Display digitale con regolazione tramite microprocessore e controllo di tipo PID (Proporzionale-Integrativo-Derivativo)	
6. Risoluzione 0,1°C	
7. Stabilità e uniformità della temperatura massimo $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	
8. Agitazione dell'acqua senza turbolenze	
9. Termostato di sicurezza regolabile e protezione basso livello liquido	
10. Alimentazione 220V/50hz	
11. Marcatura CE e conformità a norme antinfortunistiche vigenti	
12. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
13. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per 24 mesi dalla data del nostro positivo collaudo interno collaudo	

SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	GESTIONE TECNOLOGIE
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEDA: PIPET AUT 2		Ediz./Rev. 00.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

STAZIONE DI PIPETTAGGIO AUTOMATICA PER PROVE PCR

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

DISPENSAZIONE AUTOMATICA DI LIQUIDI IN METODICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE

CASA COSTRUTTRICE: _____

MODELLO OFFERTO: _____

VS. CODICE: _____

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Stazione di pipettaggio automatica, dotata di coperchio, configurabile con possibilità di impostare e memorizzare diversi protocolli di analisi	
2. Controllo delle fasi di lavoro attraverso PC dedicato incluso nell'offerta	
3. Applicativo software di proprietà con numero illimitato di licenze, compatibile con sistema "Office" e possibilità di fruire gratuitamente di programmi standard pre impostati	
4. Capacità di effettuare in sequenza e/o con ordine anche diverso almeno: aggiunta reagenti, miscelazione reagenti da una provetta all'altra, dispensazioni campioni, trasferimento di campioni da provette a piastra, da piastra a piastra	
5. Possibilità di generare report di lavoro e loro eventuale archiviazione	
6. Sistema di pipettaggio monocanale	
7. Selezione automatica di differenti formati di puntali, caricabili a inizio corsa	
8. Capacità dello strumento di rilevare automaticamente il livello dei liquidi	
9. Possibilità di gestire un numero elevato di master mix (> 12) nella stessa seduta	
10. Possibilità di riutilizzo dei puntali fino ad almeno 8 volte	

11. Range di lavoro compreso tra 1 uL -200 uL o più	
12. precisione di misura < 1% per volumi compresi tra 5-200uL , <5% per volumi compresi tra 2ul -5ul, < 10% per 1ul.	
13.Flessibilità e adattabilità del piano di lavoro, con la possibilità di alloggiare almeno 6 rack porta plastiche.	
14. Dotato rack porta plastiche con possibilità di ospitare almeno 24 posti da assegnare a provette da 0,2-1,5-2,0ml.	
15.Dotato rack refrigerabili per mantenere in temperatura i reagenti per almeno 30 minuti.	
16. Disponibilità di un SET di adattatori standard per i più comuni allestimenti di PCR compatibili con i formati di plastiche in uso in laboratorio	
17.Dotato di filtro HEPA per la purificazione dell'aria interna alla stazione	
18. Dotato di lampada UV per la decontaminazione delle superfici interne	
19. Scarto dei puntali all'esterno dello strumento al fine di ridurre le contaminazioni	
20.Disponibilità di un timer per l'indicazione del tempo rimanente della sessione di lavoro	
21.Sensore che interrompe l'esecuzione della prova in caso di apertura accidentale del coperchio	
22. Scarto dei puntali all'esterno dello strumento al fine di ridurre le contaminazioni	
23. Alimentazione elettrica a 220V 50/60Hz	
24.Marcatura CE e conformità alle normative antinfortunistiche vigenti	
25. Manuale di utilizzo e manutenzione in lingua Italiana	
26. Installazione e collaudo a cura e spese della Ditta fornitrice, eseguito presso il nostro presidio con presenza di personale tecnico dedicato	
27. Corso di formazione sull'utilizzo dell'apparecchiatura	

28. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per **24 mesi** dalla data del positivo collaudo