

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
VIA BOLOGNA 148 - TORINO
TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770**

AVVISO DI ESITO PROCEDURA APERTA N. 2016/40

Numero gara: 6381326

CIG Lotto 1: 66439286D3 - Cpv: 38432200 (Cromatografi)

CIG Lotto 2: 6643938F11 - Cpv 38432210 (Gascromatografi)

L'I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con determina dirigenziale del Responsabile S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti n. 139 del 14 luglio 2016 ha aggiudicato la procedura aperta n. 2016/40 per la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Ditte partecipanti: 4

Ditte ammesse: 4

Ditte aggiudicatarie e importi di aggiudicazione:

Lotto 1 (n. 2 Cromatografi)

Ditta: Thermo Fisher Scientific S.p.a. – Strada Rivoltana km 4 – 20090 Rodano (MI).

Prezzo complessivo: € 498.318,00 più Iva di cui:

- apparecchiatura € 368.898,00 più Iva

- contratto triennale di manutenzione post-garanzia € 129.420,00 più Iva

Lotto 2 (n. 1 Gascromatografo)

Ditta: Shimadzu Italia S.r.l. – Via Cassinis, 7 – 20139 Milano

Prezzo complessivo: € 140.282,40 più Iva di cui:

- apparecchiatura € 110.510,40 più Iva


- contratto triennale di manutenzione post-garanzia € 29.772,00 più Iva 22%

Responsabile unico del procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras tel. 011/2686218.

Torino, 14 luglio 2016.

IL RESPONSABILE S.C. TECNICO, LOGISTICA ED APPALTI

(Dott. Massimo VICARIO)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 139 del 14/07/2016

Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti

Oggetto: aggiudicazione definitiva procedura aperta n. 2016/40 in ambito comunitario per la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Importo totale di aggiudicazione euro 779.094,00 Iva inclusa, di cui per le sole attrezzature euro 584.879,00.

Il Dirigente dott. Massimo Vicario

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12/06/2008

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.

E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 14/07/2016 per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione _____

Oggetto: aggiudicazione definitiva procedura aperta n. 2016/40 in ambito comunitario per la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Importo totale di aggiudicazione euro 779.094,00 Iva inclusa, di cui per le sole attrezzature € 584.879,00.

Su proposta dell'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori

– Visti

- il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 *“Riordinamento degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”*;
- la Legge della Regione Piemonte 6 ottobre 2014, n. 13 *“Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11”* e l'allegato accordo tra le Regioni;
- il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 4 del 12 giugno 2008;
- la delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto: *“Dott. Massimo Vicario - proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa “Tecnico Logistica ed Appalti”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 119 datato 22 dicembre 2015 di nomina della Dott.ssa Maria Caramelli a Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- l'art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e i successivi provvedimenti sul contenimento della spesa pubblica;
- Richiamata la determina dirigenziale n. 74 del 5 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta procedura aperta in ambito UE (n. 2016/40) per l'affidamento della fornitura in oggetto da aggiudicarsi in due Lotti a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri stabiliti nel Bando di gara e in particolare all'art. 4 del Disciplinare di gara e di fornitura n. 2016/40;
- Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che i beni/servizi oggetto del presente provvedimento non sono presenti nelle categorie merceologiche rientranti negli

strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. o da S.C.R. Piemonte S.p.a. (Centrale di committenza regionale Regione Piemonte);

– Considerato che dello svolgimento della procedura è stato dato avviso mediante pubblicazione del bando di gara:

- sulla G.U.U.E. n. 2016/S 070-121937 in data 9 aprile 2016;
- sulla G.U.R.I. 5a serie speciale n. 43 in data 15 aprile 2016;
- sul sito internet dell'Istituto www.izsto.it;
- sui siti web www.serviziocontrattipubblici.it e www.regione.piemonte.it in data 18 aprile 2016;

e per estratto

- su n. 2 quotidiani nazionali "La Repubblica" e "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 18 aprile 2016;
- su n. 2 quotidiani regionali "La Repubblica" e "Il Giornale del Piemonte" del 19 aprile 2016;

– Preso atto che sono stati pubblicati sul sito internet dell'Istituto www.izsto.it i seguenti documenti:

- Avviso n. 1 del 2 maggio 2016;
- Chiarimenti n. 1 del 6 maggio 2016;
- Chiarimenti n. 2 del 10 maggio 2016;
- Chiarimenti n. 3 del 18 maggio 2016;

- Considerato che le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 24 maggio 2016 presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale – in Via Bologna n. 148, 10154 Torino – restando inteso che il recapito dei plichi rimaneva ad esclusivo rischio dei concorrenti, ove, per qualsiasi motivo, i plichi stessi non fossero pervenuti a destinazione in tempo utile;

– Preso atto che entro il termine perentorio stabilito sono pervenuti n. 4 plichi da parte delle ditte:

- AB Sciex S.r.l. – Via Cappuccini, 6 – 20122 Milano (prot. 7216 del 24/05/2016 – ore 9.00)
- Shimadzu Italia S.r.l. – Via G.B. Cassinis, 7 – 20139 Milano (prot. 7107 del 23/05/2016)
- Thermo Fisher Scientific S.p.A. – Strada Rivoltana km 4 – 20090 Rodano (MI) (prot. 7177 del 23/05/2016)
- Waters S.p.A. – Viale dell'Innovazione, 3 – 20126 Milano (prot. 7106 del 23/05/2016)

– Visto il verbale n. 1 del 25 maggio 2016, di apertura plichi, esame della documentazione amministrativa e verifica contenuto Buste offerta tecnica, dal quale risulta che tutti i concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi di gara (allegato A-n. 4 pag.);

– Visto il verbale del 7 giugno 2016 di verifica della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dal quale risulta ammessa alle successive fasi di gara la ditta sorteggiata AB Sciex S.r.l. (allegato B-n. 1 pag.);

– Tenuto conto della Delibera del Direttore Generale n. 303 dell'8 giugno 2016, di nomina della

Commissione per l'esame delle offerte tecniche pervenute;

- Visto di conseguenza il verbale della Commissione tecnica del 9 giugno 2016 dal quale risultano gli esiti delle valutazioni tecniche effettuate (allegato C, n. 7 pagine);
- Vista la nota prot. n. 8464 del 20/06/2016 con la quale l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori ha comunicato ai concorrenti la data e l'ora di apertura delle Buste offerta economica;
- Visto il verbale n. 2 del 23 giugno 2016 di apertura delle Buste offerta economica ed elaborazione della graduatoria provvisoria (allegato D, n. 12 pag.), dal quale risulta la segnalazione dell'impresa Waters S.p.A. circa la mancata attribuzione di punteggio in riferimento al Lotto 1, punto 1.3 della scheda tecnica LC-MS1, alla voce "Possibilità di eseguire gradienti ternari o quaternari";
- Provveduto a riconvocare la Commissione tecnica e preso atto, come da verbale di valutazione tecnica n. 2 del 27 giugno 2016 (allegato E, n. 5 pag.), che la medesima Commissione, riesaminata l'offerta tecnica della ditta Waters S.p.A., ha provveduto a rivalutare il punteggio tecnico attribuendo i 5 punti previsti per il parametro sopra indicato;
- Provveduto quindi a rideterminare la graduatoria provvisoria del Lotto 1 alla luce di quanto sopra, come da comunicazione prot. 8991 del 30 giugno 2016, trasmessa via Pec a tutti i concorrenti;
- Preso atto inoltre, dal medesimo verbale n. 2 del 23 giugno 2016, che occorre procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalle imprese Thermo Fisher Scientific S.p.A. e Shimadzu Italia S.r.l., prime in graduatoria rispettivamente per i Lotti 1 e 2;
- Visto il verbale di verifica congruità offerta Thermo Fisher Scientific S.p.A., n. 1 del 4 luglio 2016 (allegato F, n. 2 pag.), dal quale risulta la necessità di richiedere ulteriori precisazioni in merito alla scomposizione dell'offerta;
- Visto il verbale di verifica congruità n. 2 del 12 luglio 2016 (allegato G, n. 1 pag.) dal quale risulta complessivamente congrua l'offerta delle imprese Thermo Fisher Scientific S.p.A. e Shimadzu Italia S.r.l.;
- Ritenuto quindi di aggiudicare la fornitura in oggetto alle Ditte migliori offerenti come indicato nei verbali di gara allegati;
- Rilevato che il costo della sicurezza per rischi interferenziali relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
- Accertato che gli aggiudicatari hanno presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 nonché accettato le condizioni contrattuali contenute o richiamate nel Disciplinare di gara e di fornitura n. 2016/40 (approvato e parte integrante della determinazione dirigenziale di indizione precedentemente richiamata);
- Provveduto a verificare con esito positivo la capacità tecnica dichiarata in sede di gara dalle imprese aggiudicatarie (documenti agli atti);

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Gare, Contratti ed Albo fornitori;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visti i verbali di gara allegati al presente atto sotto le lettere A, B, C, D, E, F, G a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che l'approvvigionamento di cui al presente atto viene acquisito, per quanto esplicitato in premessa, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 3 e 3-bis, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

1. Di approvare tutti i verbali e tutti gli atti della procedura aperta n. 2016/40 e di affidare, a far data dalla stipula del contratto, la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui:

Lotto 1 (n. 2 cromatografi liquidi)

Ditta: Thermo Fisher Scientific S.p.a. – Strada Rivoltana km 4 – 20090 Rodano (MI).

Prezzo complessivo: € 498.318,00 più Iva (€ 607.947,96 Iva inclusa) di cui:

- apparecchiatura € 368.898,00 più Iva (€ 450.055,56 Iva inclusa)
- contratto triennale di manutenzione post-garanzia € 129.420,00 più Iva 22% (€ 157.892,40 Iva inclusa)

Lotto 2 (n. 1 gascromatografo)

Ditta: Shimadzu Italia S.r.l. – Via Cassinis, 7 – 20139 Milano

Prezzo complessivo: € 140.282,40 più Iva (€ 171.144,53 Iva inclusa) di cui:

- apparecchiatura € 110.510,40 più Iva (€ 134.822,69 Iva inclusa)
- contratto triennale di manutenzione post-garanzia € 29.772,00 più Iva 22% (€ 36.321,84 Iva inclusa);

2. Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui all'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006;
3. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 38;
4. Di dare adeguata informazione dell'esito della procedura mediante pubblicazione dell'avviso di

aggiudicazione ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

5. Di dare atto che direttori dell'esecuzione del contratto saranno i Responsabili delle strutture utilizzatrici:
 - la Dott.ssa Gili, Responsabile S.S. Laboratorio Ricerca residui, per n. 1 cromatografo di cui al Lotto 1;
 - il Dott. Pistone, Responsabile della S.C. Sezione Provinciale di Cuneo, per il Lotto 1 (n. 1 cromatografo) e per il Lotto 2;
6. Di dare atto che l'aggiudicatario è stato preventivamente informato che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
7. Di disporre che la liquidazione verrà effettuata a seguito di verifica della regolare esecuzione del contratto;
8. Di dare atto che la cauzione definitiva si riterrà svincolata a seguito attestazione di regolare esecuzione del contratto da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione;
9. Di dare atto che si provvederà a richiedere il rimborso alla ditta aggiudicataria delle spese di pubblicazione sui quotidiani del bando e dell'avviso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 34, co. 35, D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012;
10. Di dare atto che l'importo di cui al presente provvedimento, relativo alle sole attrezzature, per complessivi € 584.879,00 Iva inclusa trova idonea copertura nei conti aziendali sotto specificati del budget di struttura assegnato aut. n.8/2016:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Costo	Budget Anno/num.	Sub	Disponibilità residua
Thermo Fisher Scientific S.p.a. Cod. 325	1120401	€ 450.056,00	2016/8	11	===
Shimadzu Italia S.r.l Cod. 3048	1120401	€ 134.823,00	2016/8	18	€ 523.540,77

11. Di dare atto che l'opzione per il contratto triennale di manutenzione post-garanzia sarà eventualmente autorizzata con successiva determina dirigenziale della S.S. Gestione Lavori, Patrimonio e Impianti, e il rispettivo costo, pari a € 194.215,00 Iva inclusa, troverà idonea copertura nel conto aziendale n. 3100203 del budget di struttura assegnato a seguito dell'approvazione dei bilanci di competenza regolarmente approvati.

Allegati:

- A. Verbale n. 1 del 25 maggio 2016 di apertura plichi, esame documentazione amministrativa e verifica contenuto *Buste offerta tecnica*, n. 4 pag.;
- B. Verbale del 7 giugno 2016 di verifica della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, n. 1 pag.;
- C. Verbale della Commissione Tecnica del 9 giugno 2016 - esiti delle valutazioni tecniche effettuate, n. 7 pag.;

- D. Verbale n. 2 del 23 giugno 2016 di apertura *buste offerta economica* ed elaborazione graduatoria provvisoria, n. 12 pag.;
- E. Verbale della Commissione Tecnica n. 2 del 27 giugno 2016, rideterminazione della graduatoria provvisoria, n. 5 pag.;
- F. Verbale di verifica congruità offerta n. 1 del 4 luglio 2016, n. 2 pagine;
- G. Verbale di verifica congruità offerta n. 2 del 12 luglio 2016, n. 1 pagina.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile U.O. / S.S. proponente

IL DIRIGENTE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)

*Si prende visione delle disposizioni contabili
contenute nel presente atto deliberativo.*
IL RESPONSABILE DELLA S.C.
ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE APERTURA PLICHI
PROCEDURA APERTA N. 2016/40

VERBALE N. 1

Oggetto: procedura aperta in ambito comunitario per la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Protocollo procedura: n. 2016/40

Data pubblicazione disciplinare: 11 aprile 2016

Data scadenza presentazione offerte: 24 maggio 2016

L'anno duemilasedici addì 25 del mese di maggio alle ore nove e minuti trentadue presso la S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti dell'Istituto, in Torino, C.so Brescia n. 53/A, si è riunito il Seggio di gara per l'apertura dei plichi relativi alla gara in oggetto, nelle seguenti persone:

Dott.a Maria Luisa PIRAS Collaboratore amm.vo prof.le esperto Responsabile U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti e RUP – Presidente;


Sig.ra Fiorenza BURZIO Collaboratore amm.vo Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente;

Dott. Marco VALERIO Collaboratore amm.vo addetto U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente con funzioni di segretario

I singoli componenti il seggio di gara dichiarano l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001.

P R E M E S S O

- che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con determina dirigenziale del Responsabile della S.C. Tecnico-Logistica e Appalti n. 74 del 5 aprile 2016, ha autorizzato la procedura di affidamento in oggetto da aggiudicarsi in due lotti *ex art.* 83 D.Lgs. 163/2006 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato dall'art. 4 del Disciplinare di gara n. 2016/40;
- che dello svolgimento della procedura è stato dato avviso mediante pubblicazione del bando di gara:
 - sulla G.U.U.E. n. 2016/S 070-121937 in data 9 aprile 2016;
 - sulla G.U.R.I. 5^a serie speciale n. 43 in data 15 aprile 2016;
 - sul sito internet dell'Istituto www.izsto.it;
 - sui siti web www.serviziocontrattipubblici.it e www.regione.piemonte.it in data 18 aprile 2016;


1 di 4

e per estratto

- su n. 2 quotidiani nazionali "La Repubblica" e "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 18 aprile 2016;
- su n. 2 quotidiani regionali "La Repubblica" e "Il Giornale del Piemonte" del 19 aprile 2016;
- che si è provveduto a pubblicare sul sito internet dell'Istituto www.izsto.it i seguenti documenti:
 - Avviso n. 1 del 2 maggio 2016;
 - Chiarimenti n. 1 del 6 maggio 2016;
 - Chiarimenti n. 2 del 10 maggio 2016;
 - Chiarimenti n. 3 del 18 maggio 2016;
- che, secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara e di fornitura n. 2016/40, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 24 maggio 2016 presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale – in Via Bologna n. 148, 10154 Torino – restando inteso che il recapito dei plichi rimaneva ad esclusivo rischio dei concorrenti, ove, per qualsiasi motivo, i plichi stessi non fossero pervenuti a destinazione in tempo utile;
- che, secondo quanto precisato nei predetti documenti di gara la prima seduta pubblica di gara, dedicata alla verifica della documentazione richiesta, è stata fissata per le ore 9:30 del giorno 25 maggio 2016 presso la S.C. Tecnico Logistica e Appalti, in Corso Brescia, 53/A - piano secondo – Torino;
- che, in base a quanto stabilito agli artt. 5 e 5-bis del Disciplinare di fornitura n. 2016/40, la verifica del possesso di molti dei requisiti di carattere generale e speciale (sia a seguito del sorteggio ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 sia a carico dei primi due concorrenti in graduatoria), avverrà tramite accesso al sistema AVC_{Pass};

IL SEGGIO DI GARA

come sopra costituito, procede con le operazioni relative alla prima seduta pubblica di gara consistenti nell'apertura plichi e verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per l'ammissione alla procedura, nonché nella verifica formale del contenuto delle "Buste offerta tecnica".

Risultano presenti, in qualità di delegati:

- il Sig. Enrico Rubino in rappresentanza dell'impresa Shimadzu Italia S.r.l.;
- il Sig. Mariano Iaccheo in rappresentanza dell'impresa Waters S.p.A..

Il Presidente, prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti, provvede a controllarne l'integrità e la chiusura in conformità a quanto stabilito dagli atti di gara, nonché a verificare la materiale presenza sui plichi delle diciture previste dai medesimi documenti di gara e la tempestività del loro arrivo.

In esito ai riscontri predetti il seggio di gara, accertato che tutti i plichi pervenuti risultano integri e muniti della chiusura e della dicitura prescritta dal Disciplinare di gara n. 2016/40, prende atto che risultano tempestivamente pervenuti presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24 maggio 2016, i plichi dei concorrenti di seguito elencati secondo l'ordine alfabetico:

- AB Sciex S.r.l. – Via Cappuccini, 6 – 20122 Milano (prot. 7216 del 24/05/2016 – ore 9.00)
- Shimadzu Italia S.r.l. – Via G.B. Cassinis, 7 – 20139 Milano (prot. 7107 del 23/05/2016)

 2 di 4

- Thermo Fisher Scientific S.p.A. – Strada Rivoltana km 4 – 20090 Rodano (MI) (prot. 7177 del 23/05/2016)
- Waters S.p.A. – Viale dell’Innovazione, 3 – 20126 Milano (prot. 7106 del 23/05/2016)

Il Presidente provvede di seguito all’apertura, secondo l’ordine alfabetico, dei plichi ammessi.

Si constata che risultano presenti le buste richieste (*Busta documenti*, *Busta offerta tecnica* e *Busta offerta economica*) chiuse secondo le prescrizioni del Disciplinare di fornitura n. 2016/40, come di seguito riportato:

<i>Ditta</i>	<i>Busta documenti</i>	<i>Busta off. tecnica</i>	<i>Busta off. economica</i>
AB Sciex S.r.l.	<i>Si</i>	<i>Si – Lotto 1</i>	<i>Si</i>
Shimadzu Italia S.r.l.	<i>Si</i>	<i>Si – Lotto 2</i>	<i>Si</i>
Thermo Fisher Scientific S.p.a.	<i>Si</i>	<i>Si – Lotti 1 e 2</i>	<i>Si</i>
Waters S.p.A.	<i>Si</i>	<i>Si – Lotto 1</i>	<i>Si</i>

Il seggio di gara procede poi a verificare, all’interno della “*Busta documenti*”, la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione alla gara.

Si dà atto che tutti i concorrenti hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta conformemente alle prescrizioni indicate nel Disciplinare di fornitura 2016/40.

Si segnala che l’Impresa AB Sciex S.r.l. ha dichiarato di non autorizzare l’accesso a parte della documentazione tecnica (relazione tecnica e AB Sciex 6500 QTRQAP System Specification) in quanto contiene materiale coperto da brevetto. L’Istituto valuterà, all’occorrenza, la pertinenza e la congruità della motivazione.

Il seggio di gara procede quindi all’apertura delle “*Buste offerta tecnica*”, alla verifica della presenza della documentazione tecnica ed alla controfirma della medesima. Per tutti i concorrenti risultano presenti i documenti richiesti da Disciplinare.

Si rimanda alla commissione tecnica, che verrà nominata con apposita delibera, la verifica del contenuto e della sua completezza, come da Disciplinare di fornitura n. 2016/40, ai fini della relativa valutazione.

I concorrenti, di conseguenza, vengono ammessi alle successive fasi di gara, fatte salve le verifiche ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006.

Il Presidente procede quindi al sorteggio ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 per la verifica dei requisiti di capacità tecnica dichiarati, tra i concorrenti che non rientrano nella categoria delle “micro piccole e medie imprese” (AB Sciex e Thermo Fisher). Viene sorteggiato il concorrente AB Sciex S.r.l..

Le buste “*Offerta economica*” firmate a garanzia della non sostituzione e integrità, vengono inserite in una busta, a sua volta controfirmata e sigillata a garanzia della non sostituzione e integrità, che sarà custodita in armadio blindato presso la S.C. Tecnico, Logistica e Appalti.



3 di 4

L'offerta tecnica, siglata dai componenti del seggio di gara, e la documentazione amministrativa saranno custodite in armadio chiuso a chiave presso l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori.


La seduta è chiusa alle ore 10:58.

Fatto, letto, sottoscritto


Dott.a Maria Luisa PIRAS



Sig.ra Fiorenza BURZIO



Dott. Marco VALERIO



VERBALE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO
DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA
PROCEDURA APERTA N. 2016/40

Procedura aperta n. 2016/40 per la fornitura in due lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo Alimenti e Chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il Laboratorio Ricerca Residui della Sede Centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

PREMESSO

- Visto il verbale n. 1 del 25 maggio 2016 di apertura plichi, verifica della documentazione amministrativa, apertura Buste schede tecniche e sorteggio per verifica dei requisiti di capacità a campione ai sensi dell'art. 48 D.Lg.s 163/2006;
- Dato atto che, durante la seduta sopra richiamata, è stata estratta la Ditta *AB Sciex S.r.l.* quale concorrente a cui chiedere la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica;
- Vista la nota prot. 7319 del 25 maggio 2016, agli atti, con la quale l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori ha chiesto al concorrente sorteggiato di rendere disponibile sul sistema *AVC_{Pass}*, il certificato di regolare esecuzione di cui sopra;
- Vista la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica resa disponibile dalla Ditta *AB Sciex S.r.l.* sul sistema *AVC_{Pass}*, e trasmessa contestualmente a mezzo posta (prot. n. 7642 del 1 giugno 2016, agli atti);

il giorno 7 giugno 2016 alle ore 11:15 presso l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori, alla presenza dei signori

Sig. ra Fiorenza BURZIO Collaboratore Amm.vo Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori;

Dott. Roberto INFERRERA Collaboratore Amm.vo U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori;

Dott.ssa Carmela DE VANNA Assistente Amm.vo addetto U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori;

si dà atto che dall'esame del certificato di regolare esecuzione trasmesso dalla Ditta *AB Sciex S.r.l.* risulta comprovato il requisito di capacità tecnica dichiarato e dunque la medesima viene ammessa alle successive fasi di gara.


Il verbale viene chiuso alle ore 11:25.

In originale firmato

Fiorenza BURZIO

Roberto INFERRERA

Carmela DE VANNA



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is 'Fiorenza Burzio', the second is 'Roberto Inferrera', and the third is 'Carmela De Vanna'.

Procedura aperta n. 2016/40 per la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo Alimenti e chimico della sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca Residui della sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.


Verbale di esame delle offerte tecniche

L'anno duemilasedici addì 9 del mese di giugno alle ore 12 e minuti trenta, in Torino, C.so Brescia 53/A, presso la S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta si è riunita la Commissione per la valutazione tecnica delle offerte presentate per la procedura di gara in epigrafe, e per la successiva valutazione, in seduta riservata, delle medesime, nelle seguenti persone:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Dott.ssa Maria Cesarina Abete | Presidente |
| 2. Dott.ssa Barbara Vivaldi | Componente |
| 3. Dott. Gian Luca Ferro | Componente |
| 4. Dott.a Maria Luisa Piras | Segretario |

LA COMMISSIONE

- Dato atto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con Determina Dirigenziale del Responsabile della S.C. Tecnico-Logistica e Appalti n. 74 del 5 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato la procedura per l'affidamento della fornitura sopra emarginata da aggiudicarsi in due lotti ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato dall'art. 4 del Disciplinare di gare n. 2016/40;
- Visti i chiarimenti pubblicati sul profilo di committente dell'Istituto, in particolare:
 - Chiarimenti n. 1 del 6 maggio 2016;
 - Chiarimenti n. 2 del 10 maggio 2016;
 - Chiarimenti n. 3 del 18 maggio 2016
- Preso atto che entro il termine stabilito dal Disciplinare di gara e di fornitura n. 2016/40 sono pervenute le seguenti offerte e che le stesse sono state ammesse alle successive fasi di gara, come da verbale del 25 maggio 2016 di apertura plichi, di esame della documentazione amministrativa (agli atti) e di verifica formale della documentazione tecnica:
 - *AB Sciex S.r.l. - Lotto 1;*
 - *Shimadzu Italia S.r.l. - Lotto 2;*
 - *Thermo Fisher Scientific S.p.a. - Lotti 1 e 2;*
 - *Waters S.p.a. - Lotto 1*



- Dato atto che, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, ai fini del controllo del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, nella stessa seduta veniva sorteggiata l'impresa AB Sciex S.r.l.;
- Visto il verbale del 7 giugno 2016 di verifica della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dal quale risulta ammessa alle successive fasi di gara la ditta interessata;
- Vista la Delibera del Direttore Generale n. 303 dell'8 giugno 2016, di nomina della Commissione per l'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti;

CIO' PREMESSO

Visto l'elenco delle Ditte ammesse, i componenti della Commissione dichiarano che non sussistono nei loro confronti le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. nonché, per quanto riguarda i singoli Commissari, l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 84, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e 35-bis D.Lgs. n. 165/2001.

Il Presidente dà atto che la valutazione delle offerte sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare di gara e di fornitura n. 2016/40 (art. 4 - *Modalità di aggiudicazione* ed allegato 9 - *criteri di aggiudicazione*), attribuendo i punteggi secondo i parametri e i sottoparametri ivi indicati.

Pertanto, per tutte le offerte pervenute si procederà preliminarmente alla verifica dell'idoneità tecnica dell'attrezzatura offerta. Ove dalle schede tecniche presentate risultasse che l'attrezzatura offerta non possiede le specifiche minime richieste nelle schede di cui all'allegato 5 al Disciplinare di gara e di fornitura n. 2016/40, l'offerta sarà ritenuta non idonea ed esclusa dalla gara.

Preliminarmente si procede all'esame dell'idoneità rispetto alle specifiche minime richieste nelle schede tecniche di cui all'allegato 5 al Disciplinare di gara e di fornitura n. 2016/40.

La Commissione inizia con il Lotto 2.

Dall'esame della documentazione presentata risulta quanto segue:

Lotto 2

Shimadzu Italia S.r.l. - idonea

Thermo Fisher Scientific S.p.a. - idonea

Si procede quindi all'attribuzione dei punteggi per le offerte tecnicamente idonee. Risultano i seguenti punteggi riepilogativi, come da dettaglio allegato A) al presente verbale:

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO (riparametrato)
Shimadzu Italia S.r.l.	56,000	65,000
Thermo Fisher Scientific S.p.a.	42,972	49,879

Si precisa che per il punto 8 della scheda tecnica "Possibilità di up-grade futuri", con attribuzione dei punteggi in base a "Numero e tipologia opzioni offerte ed utilità per l'Istituto", risulta quanto segue:

- la ditta Shimadzu Italia offre la possibilità di upgrade con 2 iniettori, 6 rivelatori, 5 autocampionatori e 4 librerie di utilità per le attività dell'Istituto;
- la ditta Thermo Fisher Scientific offre la possibilità di upgrade con 2 iniettori, 6 rivelatori, 2 autocampionatori e 7 librerie di utilità per le attività dell'Istituto.

La commissione stabilisce all'unanimità di attribuire il massimo del punteggio (5 punti) ad entrambe le ditte.

La Commissione sospende i lavori alle ore 13:15 per la pausa pranzo e riprende la seduta alle ore 14,00 procedendo alla verifica di idoneità delle offerte per il Lotto 1.

Dall'esame della documentazione presentata risulta quanto segue:

Lotto 1

AB Sciex S.r.l. - idonea

Thermo Fisher Scientific S.p.a. - idonea

Waters S.p.a. - idonea

Si procede quindi all'attribuzione dei punteggi per le offerte tecnicamente idonee. Risultano i seguenti punteggi riepilogativi, come da dettaglio allegato B) al presente verbale:

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO (riparametrato)
AB Sciex S.r.l.	47,626	65,000
Thermo Fisher Scientific S.p.a.	40,036	54,640
Waters S.p.a.	40,775	55,649

La Commissione termina i lavori alle ore 15:30.


Letto e sottoscritto.

Dott.ssa Maria Cesarina Abete

Dott.ssa Barbara Vivaldi

Dott. Gian Luca Ferro

Dott.ssa Maria Luisa Piras



Allegati: n. 2

- A) prospetto valutazione tecnica Lotto 2 – n. 2 pagine
- B) prospetto valutazione tecnica Lotto 1 - n. 2 pagine

LOTTO 1														
Parametri di valutazione	Pt. max	Criteri di valutazione	Coefficienti	valore migliore	soglia minima / massima	Ab Sciex			Thermo Fisher Scientific S.p.a.			Waters		
						Valore offerta	Coefficiente attribuito	Punteggio	Valore offerta	Coefficiente attribuito	Punteggio	Valore offerta	Coefficiente attribuito	Punteggio
1,3	5	NO / SI	1	////////	////////	NO	0,000	0,000	NO	0,000	0,000	NO	0,000	0,000
2,9	3	NO / SI	1	////////	////////	SI	1,000	3,000	SI	1,000	3,000	SI	1,000	3,000
3,5	10	Presenza sistema di pulizia mediante capillare e/o tubo di trasferimento rimuovibile	0,8	////////	////////	NO	0,000	0,000	SI	0,800	8,000	NO	0,000	0,000
		Rapidità di pulizia e manutenzione dell'interfaccia	1	////////	////////	SI	1,000	10,000	NO	0,000	0,000	0,000	SI	1,000
3,6	1	Possibilità di sorgente APCi NO/SI	1	////////	////////	SI	1,000	1,000	SI	1,000	1,000	SI	1,000	1,000
	1	Possibilità di sorgente APPI NO/SI	1	////////	////////	SI	1,000	1,000	SI	1,000	1,000	SI	1,000	1,000
6,2	1	Possibilità di interfaccia per introduzione diretta di campioni solidi NO/SI	1	////////	////////	NO	0,000	0,000	NO	0,000	0,000	NO	0,000	0,000
	2	Possibilità di interfaccia per abbinare lo spettrometro anche ad un GC per analisi GC-MS/MS NO/SI	1	////////	////////	NO	0,000	0,000	SI	1,000	2,000	SI	1,000	2,000
6,4	5	Possibilità di interfaccia a mobilità ionica NO/SI	1	////////	////////	SI	1,000	5,000	SI	1,000	5,000	NO	0,000	0,000
	5	Proporzionale (soglia minima 1800)	1	3400	1800	2000	0,125	0,625	3400	1,000	5,000	2048	0,155	0,775
6,6	5	Proporzionale (soglia massima 50)	1	15	50	49,99	0,000	0,001	20	0,857	4,286	15	1,000	5,000
	10	Proporzionale (soglia minima 12000)	1	20000	12000	20000	1,000	10,000	15000	0,375	3,750	20000	1,000	10,000
6,7	2	Proporzionale (soglia minima 100)	1	500	100	500	1,000	2,000	500	1,000	2,000	500	1,000	2,000
6,8	10	Proporzionale (da 0 a 180)	1	180	////////	180	1,000	10,000	90	0,500	5,000	90	0,500	5,000
6,9	5	Modalità di acquisizione product ion MS/MS/MS	1	////////	////////	SI	1,000	5,000	NO	0,000	0,000	NO	0,000	0,000
						47,626			40,036			40,775		

RIPARAMETRAZIONE

Punteggio massimo	Punteggio migliore	Ab Sciex	Thermo Fisher	Waters
65	47,626	47,626	40,036	40,775
		65,000	54,640	55,649

POSIZIONE (rif. Scheda tecnica all. 5.2)	PARAMETRI IN VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERI DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI	valore migliore	soglia minima / massima	Shimadzu Italia s.r.l.			Thermo Fisher Scientific S.p.a.		
							Valore offerta	Coefficiente attribuito	Punteggio	Valore offerta	Coefficiente attribuito	Punteggio
1.10	Programmazione del riscaldamento del forno colonna nella configurazione standard non inferiore a 100 °C/min	3	Proporzionale (soglia minima 100)	1	250	100	250	1,000	3,000	125	0,167	0,500
1.12	Raffreddamento da 450°C a 50°C <5 minuti senza l'utilizzo di fluidi criogenici ausiliari (esprimere il tempo in secondi)	3	Proporzionale (soglia massima 300 sec.)	1	204	300	204	1,000	3,000	239	0,635	1,906
1.13	Possibilità di installare contemporaneamente almeno due iniettori e tre rivelatori (di cui un MS e due tradizionali)	2	fino a 2 iniettori	0	////////	2	3	1,000	2,000	2	0,000	0,000
			oltre 2 iniettori	1								
2.2	Range di temperatura ≥ 400°C	5	fino a 3 rivelatori	0	////////	3	4	1,000	2,000	4	1,000	2,000
			oltre 3 rivelatori	1								
2.4	Velocità di riscaldamento dell'iniettore non inferiore a 500°C/min	6	Proporzionale (soglia minima 500)	1	3600	500	3600	1,000	6,000	870	0,119	0,716
2.5	Programmazione della temperatura su almeno 3 rampe	5	Proporzionale (soglia minima 3)	1	9	3	9	1,000	5,000	3	0,000	0,000

E. Alt. Co. R.

Proc. aperta 2016/40 - LOTTO 2

4.3	Pompa turbomolecolare in grado di supportare la ionizzazione chimica con portata non inferiore a 250 litri/secondo	6	Proporzionale (soglia minima 250)	1	400	250	400	1,000	6,000	340	0,600	3,600
5.6	Pulizia e manutenzione	5	Con perdita di vuoto	1	//////////	//////////	NO	0,000	0,000	SI	1,000	5,000
			Senza perdita di vuoto									
5.7	Riscaldamento della sorgente almeno 300 °C	3	Proporzionale (soglia minima 300)	1	350	300	350	1,000	3,000	350	1,000	3,000
5.12	Velocità di scansione non inferiore a 5.000 Amu/sec	6	Proporzionale (soglia minima 5000)	1	20000	5000	20000	1,000	6,000	20000	1,000	6,000
5.17	Sensibilità in EI Scan migliore di 200:1 s/n	7	Proporzionale (soglia minima 200)	1	1500	200	1500	1,000	7,000	1500	1,000	7,000
5.18	Sensibilità in MRM migliore di 5000:1 s/n	7	Proporzionale (soglia minima 5000)	1	12000	5000	8000	0,429	3,000	12000	1,000	7,000
8 *	Possibilità di up-grade futuri	5	Numero e tipologia opzioni offerte ed utilità per l'istituto	1	//////////	//////////	17	1,000	5,000	17	1,000	5,000
TOTALE PUNTI PER VALORE TECNICO			65					56,000			42,972	

* la motivazione per l'attribuzione del punteggio discrezionale della commissione è riportata nel verbale

DITTA	SHIMADZU	THERMO	Migliore punteggio
TOT. PUNTEGGIO TECNICO	56,000	42,972	56,000
VALORE RIPARAMETRATO	65,000	49,879	

VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA N. 2016/40

VERBALE N. 2

Oggetto: procedura aperta in ambito comunitario per la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'anno 2016 addì 23 del mese di giugno, alle ore nove e minuti quaranta presso la S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti dell'Istituto, in Torino, C.so Brescia 53/A, si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle *Buste offerta economica* relative alla procedura di gara in oggetto, nelle seguenti persone:

Dott. Massimo VICARIO	Dirigente S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Presidente;
Sig.ra Fiorenza BURZIO	Collaboratore amm.vo Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente;
Dott. Roberto INFERRERA	Collaboratore amm.vo - U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente con funzioni di segretario;

I singoli componenti il seggio di gara dichiarano l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001.

PREMESSO

- Visto il verbale n. 1 del 25 maggio 2016 (agli atti) di apertura plichi, esame della documentazione amministrativa e verifica presenza documentazione tecnica, dal quale risulta l'ammissione alle successive fasi di gara di tutte le imprese offerenti:
 - *AB Sciex S.r.l. - Lotto 1;*
 - *Shimadzu Italia S.r.l. – Lotto 2;*
 - *Thermo Fisher Scientific S.p.a. – Lotti 1 e 2;*
 - *Waters S.p.a. - Lotto 1;*
- Visto il verbale del 7 giugno 2016 di verifica della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dal quale risulta ammessa alle successive fasi di gara la ditta sorteggiata *AB Sciex S.r.l.*;
- Vista la Delibera del Direttore Generale n. 303 dell'8 giugno 2016, di nomina della Commissione per l'esame delle offerte tecniche pervenute (agli atti);
- Visto di conseguenza il verbale della Commissione tecnica del 9 giugno 2016 dal quale risultano gli esiti delle valutazioni tecniche effettuate (agli atti);

- Vista la nota prot. n. 8464 del 20/06/2016 con la quale l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori ha comunicato ai concorrenti la data e l'ora di apertura delle Buste offerta economica (agli atti);

IL SEGGIO DI GARA

come sopra costituito, sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica compiuta (verbale agli atti), procede con le operazioni relative alla seconda seduta pubblica di gara consistenti nell'apertura delle *Buste offerta economica*.

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Imprese:

- Sig. Pietro Battista Mozzati per l'Impresa AB Sciex S.r.l.;
- Signori Massimiliano Rigolone e Andrea Marsili per l'Impresa Thermo Fisher Scientific S.p.A.;
- Signori Enrico Rubino e Giuseppe Scollo per l'Impresa Shimadzu Italia S.r.l.;
- Signori Mariano Iaccheo e Fabio Brivio per l'Impresa Waters S.p.A...

Prima di procedere all'apertura delle *Buste offerta economica* il Presidente comunica l'esito della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione dando lettura dei punteggi attribuiti. Copia del verbale della Commissione viene comunque messa a disposizione dei presenti, per la consultazione.

A seguito esame del verbale l'Impresa Waters S.p.A., nella persona del responsabile vendite delegato, Dott. Mariano Iaccheo, segnala la mancata attribuzione di punti in riferimento al Lotto 1, punto 1.3 della scheda tecnica LC-MS1, alla voce "*Possibilità di eseguire gradienti ternari o quaternari*", dichiarando che il sistema offerto ha la possibilità di fare sia gradienti ternari che quaternari, come da dichiarazione agli atti.

Si procederà a trasmettere la segnalazione alla Commissione tecnica per le opportune verifiche.

Di seguito, verificata l'integrità del plico contenente le *Buste offerta economica* (garantita dai sigilli di chiusura e dalle controfirme dei componenti il seggio di gara), le Buste dei concorrenti, chiuse e sigillate come prescritto e di cui si è verificata l'integrità e le firme di garanzia, vengono aperte e contrassegnate in ciascun foglio dal seggio di gara.

Si procede alla lettura delle offerte ed alla verifica dell'ammissibilità delle medesime con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare di fornitura n. 2016/40.

Tutte le offerte risultano regolari.

Per quanto riguarda il **Lotto 1** risultano le offerte sotto riportate e si procede al calcolo del punteggio secondo la formula prevista nell'allegato 9 al Disciplinare di gara, come da prospetto allegato A) al presente verbale, di seguito riepilogato:

Ditta	Offerta Apparecchiatura	Offerta contratto triennale manut. post-garanzia	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Totale punteggio
Ab Sciex S.r.l.	€ 461.963,60	€ 176.736,00	6,470	65,000	71,470
Thermo Fisher Scientific S.p.a.	€ 368.898,00	€ 129.420,00	35,000	54,640	89,640
Waters S.p.a.	€ 440.000,00	€ 140.000,00	15,730	55,649	71,379

 2 di 3

Si procede poi alla lettura delle offerte del **Lotto 2** e al calcolo del punteggio, come da prospetto allegato B) al presente verbale, di seguito riepilogato:

<i>Ditta</i>	<i>Offerta Apparecchiatura</i>	<i>Offerta contratto triennale manut. post-garanzia</i>	<i>Punteggio economico</i>	<i>Punteggio tecnico</i>	<i>Totale punteggio</i>
<i>Shimadzu Italia S.r.l.</i>	€ 110.510,40	€ 29.772,00	34,430	65,000	99,430
<i>Thermo Fisher Scientific S.p.a.</i>	€ 128.850,00	€ 27.828,00	22,900	49,879	72,779

Ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 163/2006 risultano anormalmente basse le offerte delle ditte Thermo Fisher Scientific S.p.a. per il Lotto 1 e Shimadzu Italia S.r.l. per il Lotto 2. Si procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 del medesimo Decreto ad effettuare la verifica dell'anomalia per entrambe le offerte.

Per quanto sopra, di conseguenza, si perviene alla seguente proposta di aggiudicazione, fatte salve le verifiche sull'attribuzione del punteggio tecnico alla ditta Waters e le verifiche sull'anomalia delle offerte:

Lotto 1

Ditta: Thermo Fisher Scientific S.p.a. – Strada Rivoltana km 4 – 20090 Rodano (MI).

Prezzo complessivo: € 498.318,00 più Iva (€ 607.947,96 Iva inclusa) di cui:

✓ apparecchiatura € 368.898,00 più Iva (€ 450.055,56 Iva inclusa)

✓ contratto triennale di manutenzione post-garanzia € 129.420,00 più Iva 22% (€ 157.892,40 Iva inclusa)

Lotto 2

Ditta: Shimadzu Italia S.r.l. – Via Cassinis, 7 – 20139 Milano

Prezzo complessivo: € 140.282,40 più Iva (€ 171.144,53 Iva inclusa) di cui:


✓ apparecchiatura € 110.510,40 più Iva (€ 134.822,69. Iva inclusa)

✓ contratto triennale di manutenzione post-garanzia € 29.772,00 più Iva 22% (€ 36.321,84 Iva inclusa)


La seduta è chiusa alle ore 10:15.

Fatto, letto, sottoscritto


Dott. Massimo VICARIO



Sig.ra Fiorenza BURZIO



Dott. Roberto INFERRERA



Allegati:

A) prospetto offerte e punteggi Lotto 1 (n. 1 pagina)

B) prospetto offerte e punteggi Lotto 2 (n. 1 pagina)

C) Offerte concorrenti aggiudicatari (n. pag. 7)

LOTTO 1

Allegato A)

OFFERTA	PUNTI VAL. TECNICA		PUNTI VAL. ECONOMICA		PUNTEGGIO TOTALE	VERIFICA ANOMALIA	
	Max 65	Punti attrezz. (max 30)	Punti contr. manut. (max 5)			TECNICO	ECONOMICO
Ditta							
AB Sciex	65,000	6,150	0,320		71,470	si	no
Thermo Fisher	54,640	30,000	5,000		89,640	si	si
Waters	55,649	11,780	3,950		71,379	si	no

Offerta economica attrezzatura Lotto 1			
Ditta	Importo offerto	Ribasso %	Punteggio
AB Sciex	€ 461.963,60	4,940	6,150
Thermo Fisher	€ 368.898,00	24,090	30,000
Waters	€ 440.000,00	9,460	11,780
			IMPORTO A BASE DI GARA
			€ 486.000,00
			PUNTEGGIO MASSIMO
			30
			MASSIMO RIBASSO
			24,090

Offerta economica contratto triennale di manutenzione post-garanzia Lotto 1			
Ditta	Importo offerto	Ribasso %	Punteggio
AB Sciex	€ 176.736,00	1,810	0,320
Thermo Fisher	€ 129.420,00	28,100	5,000
Waters	€ 140.000,00	22,220	3,950
			IMPORTO A BASE DI GARA
			€ 180.000,00
			PUNTEGGIO MASSIMO
			5
			MASSIMO RIBASSO
			28,100

Ra / Rmax * PUmax

(Handwritten signatures and initials)

LOTTO 2

Allegato B)

OFFERTA	PUNTI VAL. TECNICA	PUNTI VAL. ECONOMICA		PUNTEGGIO TOTALE	VERIFICA ANOMALIA	
		Punti attrezz. (max 30)	Punti contr. manut. (max 5)		TECNICO	ECONOMICO
Ditta	Max 65					
Shimadzu	65,000	30,000	4,430	99,430	si	si
Thermo Fisher	49,879	17,900	5,000	72,779	no	no

Offerta economica attrezzatura Lotto 2

Ditta	Importo offerto	Ribasso %	Punteggio
Shimadzu	€ 110.510,40	29,160	30,000
Thermo Fisher	€ 128.850,00	17,400	17,900
			IMPORTO A BASE DI GARA
			€ 156.000,00
			PUNTEGGIO MASSIMO
			30
			MASSIMO RIBASSO
			29,160

Offerta economica contratto triennale di manutenzione post-garanzia Lotto 2

Ditta	Importo offerto	Ribasso %	Punteggio
Shimadzu	€ 29.772,00	33,840	4,430
Thermo Fisher	€ 27.828,00	38,160	5,000
			IMPORTO A BASE DI GARA
			€ 45.000,00
			PUNTEGGIO MASSIMO
			5
			MASSIMO RIBASSO
			38,160

Ri / Rmax * PUmax

PROCEDURA APERTA N. 2016/40

Allegato 3

O PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA



All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna, n. 148
10154 - Torino

Oggetto: procedura aperta n. 2016/40 per la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino.

Il sottoscritto MAURIZIO ROLLO nato a MILANO il 24/05/1970

rende la presente dichiarazione in qualità di *(titolo del dichiarante)* LEGALE RAPPRESENTANTE e quindi di legale rappresentante dell'impresa *(denominazione e ragione sociale)* THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A.

giusta procura n. del notaio di

(nel caso di dichiarazione resa da procuratore, all'atto del controllo dei requisiti sarà richiesta copia autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione del presente documento)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA

Lotto 1

a) Descrizione e prezzi dei prodotti offerti:

Elenco analitico recante descrizione, produttore, modello e/o codice, quantità, prezzo unitario di listino e prezzo unitario offerto e prezzo complessivo dei singoli prodotti offerti, accessori e componenti necessari per il funzionamento secondo le specifiche tecniche richieste ed offerte nonché dei materiali d'uso e di consumo eventualmente richiesti nella scheda tecnica.

THERMO FISHER SCIENTIFIC: N° 2 Pompa UHPLC Dual Gradient Rapid Separation DGP 3600
PREZZO DI LISTINO € 36.800; PREZZO OFFERTO **€ 24.380,00**

THERMO FISHER SCIENTIFIC : N°2 Autocampionatore WPS-3000 RS
PREZZO DI LISTINO € 34.840,00; PREZZO OFFERTO **€ 22.600,00**

THERMO FISHER SCIENTIFIC: N°2 Forno Colonna TCC – 3000 RS
PREZZO DI LISTINO € 8.400,00; PREZZO OFFERTO **€ 6.800,00**

THERMO FISHER SCIENTIFIC: N°2 Solvent Rack con degasatore a 6 canali SRD 3600
PREZZO DI LISTINO € 6.200,00; PREZZO OFFERTO **€ 5.400,00**

THERMO FISHER SCIENTIFIC: N°2 Spettrometro di massa a triplo quadrupolo mod. TSQ ENDURA
PREZZO DI LISTINO € 549.800; PREZZO OFFERTO **€ 274.714,00**

THERMO FISHER SCIENTIFIC: N°2 SW Tracefinder
PREZZO DI LISTINO € 6.400,00; PREZZO OFFERTO **€ 5.000,00**

MS NOISE: N°2 SILENT BOX MS NOISE NRVP-GWT-
PREZZO DI LISTINO € 4.160,00; PREZZO OFFERTO **€ 3.200,00**

PROCEDURA APERTA N. 2016/40

Allegato 3

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N°2 Generatori di Azoto Cinel Zefiro LCMC 35 l/min

PREZZO DI LISTINO € 20,600,00; PREZZO OFFERTO € **15.000,00**

GSC ELETTRONICA: N°2 GRUPPO DI CONTINUITA' NEXUS 100

PREZZO DI LISTINO € 17.112,00; PREZZO OFFERTO € **11.800,00**

N°2 CORSO DI FORMAZIONE di 6 giorni

COMPRESO

GARANZIA 24 MESI FULL RISK

COMPRESO

- a) **Prezzo complessivo, in cifre ed in lettere, offerto per la fornitura e l'installazione di quanto descritto al precedente punto a) e percentuale di incidenza Iva:**

Totale

€ (in cifre) 368.898,00 € (in lettere) Trecentosessantottomilaottocentonovantotto/00

più Iva 22 per cento;

- b) **Termine di consegna, installazione e collaudo: 55 giorni solari e consecutivi (max 60 gg.);**
- c) **Prezzo, in cifre e in lettere, offerto per il contratto triennale di manutenzione post-garanzia, oggetto dell'opzione di cui all'art. 3, comma 2, del Disciplinare, con la percentuale di incidenza Iva:**

€ (in cifre) 129.420,00 € (in lettere) centoventinovemilaquattrocentoventi/00

più Iva 22 per cento;

Termine di pagamento (termine proposto 60): 60 giorni dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Quota costi della sicurezza (in cifre e in lettere) relativi alla procedura in oggetto

€ (in cifre) 950,00

La presente offerta, composta da n. 2 pagine (inclusa la presente), ha validità 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione.

Data 20/05/2016

Timbro e firma dell'offerente.


Ing. Mario Fisher Scientific S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO







PROCEDURA APERTA N. 2016/40

Allegato 3

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA



All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna, n. 148
10154 - Torino

Oggetto: procedura aperta n. 2016/40 per la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino.

Il sottoscritto ISABEL TERESA CABRUJA nato a CARACAS (YV) il 15/4/1962

rende la presente dichiarazione in qualità di (*titolo del dichiarante*) **AMMINISTRATORE DELEGATO** e quindi di legale rappresentante dell'impresa (*denominazione e ragione sociale*) **SHIMADZU ITALIA S.R.L.** (VIA G.B. CASSINIS N. 7 - 20139 MILANO)

giusta procura n. del notaio di

(*nel caso di dichiarazione resa da procuratore, all'atto del controllo dei requisiti sarà richiesta copia autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione del presente documento*)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA

Lotto 2

a) Descrizione e prezzi dei prodotti offerti:

Elenco analitico recante descrizione, produttore, modello e/o codice, quantità, prezzo unitario di listino e prezzo unitario offerto e prezzo complessivo dei singoli prodotti offerti, accessori e componenti necessari per il funzionamento secondo le specifiche tecniche richieste ed offerte nonché dei materiali d'uso e di consumo eventualmente richiesti nella scheda tecnica.

SI VEDA ALLEGATO

PROCEDURA APERTA N. 2016/40

Allegato 3

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

- b) **Prezzo complessivo, in cifre ed in lettere, offerto per la fornitura e l'installazione di quanto descritto al precedente punto a) e percentuale di incidenza Iva:**

€ (in cifre) 110.510,40 € (in lettere) CENTODIECIMILACINQUECENTODIECI/40

più Iva 22 per cento;

- c) **Termine di consegna, installazione e collaudo: 45 giorni solari e consecutivi (max 60 gg.);**

- d) **Prezzo, in cifre e in lettere, offerto per il contratto triennale di manutenzione post-garanzia, oggetto dell'opzione di cui all'art. 3, comma 2, del Disciplinare, con la percentuale di incidenza Iva:**

€ (in cifre) 29.772,00 € (in lettere) VENTINOVEVEMILASETTECENTOSETTANTADUE/00

più Iva 22 per cento;

Termine di pagamento (termine proposto 60): **60** giorni dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Quota costi della sicurezza (in cifre e in lettere) relativi alla procedura in oggetto

€ (in cifre) 150,00 (centocinquanta/00)

La presente offerta, composta da **n. 2 pagine (inclusa la presente) + N. 3 pagine (allegato)**, ha validità 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione.

Data 19/4/2016

Timbro e firma dell'offerente.

SHIMADZU ITALIA S.r.l.
Amministratore Delegato
Cabruja Isabel Teresa

Oggetto: rif. nostra offerta N. 3200011276

Allegato ad OFFERTA ECONOMICA (rif. Allegato 3)
C.I.G.: 6643938F11

Oggetto: procedura aperta (n. 2016/40) in ambito comunitario per la fornitura di 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo Alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – numero gara: 6381326

LOTTO 2

Oggetto: n. 1 gascromatografo con rilevazione in spettrometria di massa triplo quadrupolo (GC-MS/MS) per la Sezione provinciale di Cuneo

La sottoscritta **ISABEL TERESA CABRUJA** nata il **15/04/1962** a **CARACAS (VENEZUELA)** in qualità di **AMMINISTRATORE DELEGATO** dell'impresa **SHIMADZU ITALIA S.R.L.** con sede legale in **MILANO** via **G.B. CASSINIS N. 7** C.A.P. **20139** località/città **MILANO** provincia **MI** codice fiscale **10191010155** e partita I.V.A. n° **10191010155** telefono **02/57409690** fax **02/57409588**

e-mail **sim@shimadzu.it** pec **shimadzu@legalmail.it / ufficiogare_shimadzu@legalmail.it**
in relazione alla gara in oggetto,

DICHIARA

Che le parti componenti la strumentazione offerta sono le seguenti:

Codice Shimadzu	Descrizione	Q.ta	Prezzo di listino - in Euro	Prezzo offerto - in Euro
225-23910-58	Sistema GCMS-TQ8040 EI	01	115.000,00	75.900,00
951-10185-01	Pompa rotativa E2M 1.5 SET	01	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)
225-10024-91	Kit installazione pompa rotativa RP 1 Edwards E2M 1.5	01	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)
225-23288-92	Software GCMSsolution V. 4 Package TQ Series	01	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)
(non codificato)	Personal computer completo di monitor 22" di ultima generazione (aventi le specifiche tecniche da Voi richieste sul Vostro Capitolato)	01	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)
(non codificato)	Stampante laser a colori (aventi le specifiche tecniche da Voi richieste sul Vostro Capitolato)	01	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)
225-20051-91	Kit "tool"	01	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)
GCMS-Cons-01	Parti per installazione. Sono inclusi: - N. 1 glass insert - N. 1 glass insert Splitless/WIB - N. 1 silica wool deactivated - N. 5 O-ring - N. 1 AU gasket GCMS (5pcs) - N. 1 Vespel ferrule GVF 16-004 - N. 1 NUT SSNE 16/012 (5pcs)	01	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)

Segue nostra OFFERTA ECONOMICA (rif. Allegato 3) – rif. offerta 3200011276

1

Codice Shimadzu	Descrizione	Q.ta	Prezzo di listino in Euro	Prezzo offerto – in Euro
221-35507-01SP	Setti Thermogreen (LB-2), 10 pz. (per alte temperature)	01	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)	(parte inclusa nel sistema GCMS-TQ8040EI)
980-08047	Iniettore OPTIC-4 PTV	01	13.690,00	9.035,40
223-57165-91	Connettore 2010INJ	01	13,00	8,58
221-72315-59	Autocampionatore AOC-20i per GC-2010	01	3.080,00	2.032,80
221-72300-58	Espansione 150 posti mod. AOC-20s	01	2.300,00	1.518,00
225-10681-91	Kit installazione per AOC-20s	01	383,00	252,78
980-16286	Sistema SILFLOW Backflush	01	1.078,00	711,48
221-73340-43	APC per GC2010	01	1.830,00	1.207,80
221-35002	Riduttore mm 1.6L	01	24,00	15,84
228-16000-17	Ferrule 1.6 f (3pz/conf.)	01	5,00	3,30
228-16002	Dado maschio 1.6 FN	01	9,00	5,94
042-00124-31	Filtro "Oil Mist filter for Edwards 1.5"	01	533,00	351,78
225-23304-92	Database "Smart Pesticide"	01	979,00	646,14
(non codificato)	"Silent Box" per pompa rotativa – marca Sonation GmbH	01	2.500,00	2.500,00
(non codificato)	Gruppo di continuità / UPS – marca LabService	01	4.500,00	4.500,00
Val-00005-41	Validazione IQOQ (TQ8040+AOC20i+AOC20s)	02	4.100,00	3.485,00
Val-00009-24	Validazione IQOQ (Optic-4)	02	1.800,00	1.530,00
(non codificato)	INCLUSO - Corso di formazione di 7 (sette) giorni , suddivisibili in sessioni da concordare con il committente e senza scadenza temporale, in lingua italiana, da svolgersi direttamente presso il Vostro Laboratorio	---	Incluso nella fornitura	Incluso nella fornitura
(non codificato)	INCLUSO - Garanzia full-risk per 24 mesi dalla data del favorevole collaudo , comprensiva di una visita iniziale di verifica delle prestazioni (Installation Qualification), di una visita annuale di manutenzione preventiva e tutto quanto menzionato nel Vostro Allegato 5.2	---	9.143,70	6.805,56

PREZZO DI LISTINO COMPLESSIVO IN EURO IN CIFRE: 160.967,70

PREZZO DI LISTINO COMPLESSIVO IN EURO IN LETTERE: centosessantamilanovecentosessantasette/70

PREZZO OFFERTO IN EURO IN CIFRE: 110.510,40

PREZZO OFFERTO EURO IN LETTERE: centodiecimilacinquecentodieci/40

La fornitura include (oltre alla strumentazione e accessori):

- tutto quanto richiesto nel Disciplinare di Fornitura n. 2016/40



Codice Shimadzu	Descrizione	Q.ta'
(non codificato)	Contratto triennale di manutenzione post-garanzia	--

PREZZO DI LISTINO COMPLESSIVO IN EURO IN CIFRE: 37.215,00
PREZZO DI LISTINO COMPLESSIVO IN EURO IN LETTERE: trentasettemiladuecentoquindici/00

PREZZO OFFERTO IN EURO IN CIFRE: 29.772,00
PREZZO OFFERTO EURO IN LETTERE: ventinovemilasettecentosettantadue/00

Milano, 19 maggio 2016

SHIMADZU ITALIA, s.r.l.
Amministratore Delegato
Gabrija Isabel Teresa



[Handwritten signature]

Procedura aperta n. 2016/40 per la fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo Alimenti e chimico della sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca Residui della sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Verbale di esame delle offerte tecniche

n. 2

L'anno duemilasedici addì 27 del mese di giugno alle ore 14 e minuti quindici, in Torino, C.so Brescia 53/A, presso la S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta si è riunita la Commissione per la valutazione tecnica delle offerte presentate per la procedura di gara in epigrafe, a seguito contestazione punteggio da parte della ditta Waters, nelle seguenti persone:

- | | |
|---|------------|
| 1. Dott.ssa Maria Cesarina Abete | Presidente |
| 2. Dott.ssa Barbara Vivaldi (via skype) | Componente |
| 3. Dott. Gian Luca Ferro | Componente |
| 4. Sig.ra Fiorenza Burzio | Segretario |

LA COMMISSIONE

- Richiamato il verbale di valutazione tecnica del 9 giugno 2016, agli atti;
- Visto il verbale di apertura offerte economiche del 23 giugno 2016, agli atti, dal quale risulta che *"l'Impresa Waters S.p.A., nella persona del responsabile vendite delegato, Dott. Mariano Iaccheo, segnala la mancata attribuzione di punti in riferimento al Lotto 1, punto 1.3 della scheda tecnica LC-MS1, alla voce "Possibilità di eseguire gradienti ternari o quaternari", dichiarando che il sistema offerto ha la possibilità di fare sia gradienti ternari che quaternari, come da dichiarazione agli atti."*;
- Provveduto, tramite e-mail nella medesima data, a trasmettere la segnalazione alla Commissione tecnica per le opportune verifiche;
- Ritenuto, da parte del Presidente, Dott.ssa Cesarina Abete, di riunire la Commissione tecnica utilizzando la comunicazione via skype con la Dott.ssa Vivaldi in servizio presso la sezione di Genova, alla quale è stata inviata la documentazione oggetto di valutazione;
- Dato atto che il segretario della Commissione non è in servizio e ritenuto di sostituirlo con la Sig.ra Fiorenza Burzio, responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori;

CIO' PREMESSO

La Commissione prende atto che, a seguito attribuzione dei punteggi di cui ai verbali sopra richiamati, risulta la seguente graduatoria per il Lotto 1:

1 di 2

Ditta	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Totale punteggio
Thermo Fisher Scientific S.p.a.	35,000	54,640	89,640
<i>Ab Sciex S.r.l.</i>	6,470	65,000	71,470
<i>Waters S.p.a.</i>	15,730	55,649	71,379

Al punto 1.3 della scheda tecnica LC-MS1, è richiesto "Sistema a gradiente almeno binario con miscelazione ad alta pressione, in grado di gestire fino a 4 eluenti (Valutazione a punteggio)"

Il parametro per l'attribuzione del punteggio tecnico riferito al punto 1.3 della scheda, prevede "Possibilità di eseguire gradienti ternari o quaternari", secondo il criterio "SI/NO", con attribuzione di 5 punti in caso di "SI" e zero punti in caso di "NO".

Come da verbale sono stati attribuiti all'Impresa Waters S.p.A. zero punti per il parametro in questione.

A seguito osservazioni da parte della ditta Waters (vedi in premessa), la Commissione provvede a riesaminare l'offerta tecnica dell'impresa relativamente alla possibilità di eseguire gradienti ternari o quaternari.

La Commissione prende atto che tale possibilità è stata effettivamente indicata nell'offerta tecnica e attribuisce 5 punti per il parametro in esame. Pertanto il punteggio risulta il seguente:


Ditta	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Totale punteggio
<i>Thermo Fisher Scientific S.p.a.</i>	35,000	54,640	89,640
<i>Waters S.p.a.</i>	15,730	62,473	78,203
<i>Ab Sciex S.r.l.</i>	6,470	65,000	71,470

Si allegano prospetti di calcolo dei punteggi tecnico ed economico, come rivisti per il Lotto 1.

La Commissione termina i lavori alle ore 14:50.

Letto e sottoscritto.


Dott.ssa Maria Cesarina Abete



Dott.ssa Barbara Vivaldi



Dott. Gian Luca Ferro



Sig.ra Fiorenza Burzio



Proc. aperta 2016340 - LOTTO 1

Descrizione	PL. max	Criteri di valutazione	Coefficiente	valore soglia	soglia minima / massima	Al. Socia.			Thermi Filter Siderrefr S.p.a.			Vedere			
						Valore offerta	Coefficiente assoluto	Punteggio	Valore offerta	Coefficiente assoluto	Punteggio	Valore offerta	Coefficiente assoluto		
3.3	8	NO/SI	1	20000	NO/20000	NO	8,000	0,000	0,000	NO	8,000	0,000	0,000	1,000	5,000
3.4	3	NO/SI	1	20000	NO/20000	SI	1,000	3,000	1,000	SI	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
3.5	10	Presenza ed essere di pulizia, credito di capitale circolante di trattamento filtrabile	0,5	20000	NO/20000	SI	5,000	9,000	9,000	SI	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
		Presenza almeno di pulizia, credito di capitale circolante di trattamento filtrabile, alla scopo di evitare oscillazioni del mercato, assicurato di realtà) cariche a tutti i momenti che possono pregiudicare le prestazioni	1	10000	NO/10000	SI	5,000	10,000	10,000	NO	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
	1	Possibilità di erogare APVE	1	10000	NO/10000	SI	1,000	1,000	1,000	SI	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	1	Possibilità di erogare APVE	1	10000	NO/10000	SI	1,000	1,000	1,000	SI	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.6	1	Possibilità di intervento per manutenzione di emergenza	1	10000	NO/10000	NO	0,000	0,000	0,000	NO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Possibilità di intervento per abilitare lo sportello con cambio sul suo OGI per servizio OC-CHANGE	1	10000	NO/10000	NO	0,000	0,000	0,000	NO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Possibilità di intervento a richiesta servizio	1	10000	NO/10000	SI	1,000	1,000	1,000	SI	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.2	5	Range di massa	1	3400	1000	2000	0,100	0,025	0,025	2000	0,100	0,025	0,025	0,100	0,775
4.4	5	Tempo di accensione	1	15	15	44,00	0,000	0,001	0,001	44,00	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000
3.5	10	Velocità di accensione	1	20000	13000	20000	1,000	10,000	10,000	20000	1,000	0,375	0,375	1,000	10,000
3.7	2	Velocità di accensione in SIUR	1	500	100	500	1,000	3,000	3,000	500	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
3.8	10	Angolo di curvatura medio di accensione	1	100	100	113	0,000	10,000	10,000	113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.9	5	Modulo di accensione prodotto	1	10000	10000	SI	1,000	0,000	0,000	NO	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Barbadori Ced

47,628

48,375

27/06/2016 16:03 TECNICO LOGISTICA APPALTI

(FAX)0110469195

P.002/002

Proc. appalti 2016/60 - LOTTO 1

RIPARAMETRAZIONE

Parametro	Partecipazione	Ab. Iniz.	Tempo Finito	Netto
00	47,100	47,000	48,770	48,770
		60,000	64,440	62,470

Partecipazione con 90%

Refused offer

OFFERTA	PUNTI VAL. TECNICA		PUNTI VAL. ECONOMICA		PUNTEGGIO TOTALE		VERIFICA ANOMALLA	
	Max 65	Punti attrezz. (max 30)	Punti contr. manut. (max 5)	TECNICO	ECONOMICO	si	no	
AB Sciex	65,000	6,350	0,370	si	no	71,470		
Thermo Fisher	54,640	30,000	5,000	si	si	89,640		
Waters	62,473	11,780	3,950	si	no	78,203		

Offerta economica attrezzatura Lotto 1			
Ditta	Importo offerto	Ribasso %	Punteggio
AB Sciex	€ 461.963,60	4,940	5,150
Thermo Fisher	€ 368.898,00	24,090	30,000
Waters	€ 140.000,00	9,460	11,780
IMPORTO A BASE DI GARA			
PUNTEGGIO MASSIMO			
MASSIMO RIBASSO			

Offerta economica contratto triennale di manutenzione post-garanzia Lotto 1			
Ditta	Importo offerto	Ribasso %	Punteggio
AB Sciex	€ 176.736,00	1,810	0,320
Thermo Fisher	€ 129.420,00	28,100	5,000
Waters	€ 140.000,00	22,220	3,950
IMPORTO A BASE DI GARA			
PUNTEGGIO MASSIMO			
MASSIMO RIBASSO			

Ra / Rmax * PUmox

Procedura aperta n. 2016/40 per l'affidamento della fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

**VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.**

VERBALE N. 1

PREMESSO


- Vista la determina dirigenziale n. 74 del 05 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta procedura aperta in ambito UE (n. 2016/40) per l'affidamento della fornitura in oggetto da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri stabiliti nel Bando di gara e in particolare all'art. 4 del Disciplinare di gara e di fornitura n. 2016/40;
- Visto il verbale n. 2 del 23 giugno 2016 di apertura delle Buste offerta economica ed elaborazione della graduatoria provvisoria;
- Preso atto, dal verbale di cui sopra, che risultano anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. 163/2006, le offerte delle ditte Thermo Fisher Scientific S.p.a. per il Lotto 1 e Shimadzu Italia S.r.l. per il Lotto 2;
- Provveduto quindi a richiedere, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Decreto citato, le giustificazioni relative alle voci di prezzo ed agli altri elementi costitutivi dell'offerta, rispettivamente alle imprese Thermo Fisher Scientific S.p.a. con nota prot. 8685 e Shimadzu S.r.l. con nota prot. 8684 del 23 giugno 2016, agli atti;
- Preso atto che in data 1 luglio 2016, con nota prot. 9061, sono pervenute le giustificazioni da parte della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a. (agli atti);

CIO' PREMESSO

il giorno 4 luglio 2016 alle ore 11:15 presso l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori, alla presenza dei signori

Dott. Massimo Vicario	Dirigente S.C. Tecnico Logistica e Appalti
Sig.ra Fiorenza Burzio	Collaboratore Amm.vo Prof. - Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori
Dott. Roberto Inferrera	Collaboratore Amm.vo Prof. - U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori

si procede con l'esame della documentazione presentata in merito agli elementi costitutivi dell'offerta economica del concorrente *de quo*.


1 di 2


Si ritiene di richiedere ulteriori precisazioni, ai sensi dell'art. 88 D.Lgs. 163/2006, all'impresa Thermo Fisher Scientific S.p.a. a sostegno dell'offerta economica presentata: si richiede in particolare la scomposizione dell'offerta con l'indicazione percentuale dei costi, come elencati al punto 1) delle giustificazioni trasmesse. La seduta è chiusa alle ore 11.35.

Letto e sottoscritto.

Dott. Massimo Vicario

Sig.ra Fiorenza Burzio

Dott. Roberto Inferrera



Three handwritten signatures are written on horizontal lines. The first signature is 'Vicario', the second is 'Fiorenza Burzio', and the third is 'Roberto Inferrera'.

Procedura aperta n. 2016/40 per l'affidamento della fornitura in 2 lotti di apparecchiature per il laboratorio Controllo alimenti e chimico della Sezione provinciale di Cuneo ed il laboratorio Ricerca residui della sede centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

**VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA
THERMO FISHER SCIENTIFIC - SHIMADZU ITALIA S.R.L.
VERBALE N. 2**

PREMESSO

- Richiamato il verbale di verifica congruità offerte n. 1 del 4 luglio 2016;
- Provveduto a richiedere all'impresa Thermo Fisher Scientific S.p.a., ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006, ulteriori precisazioni relative alle voci di prezzo, in particolare la scomposizione dell'offerta con l'indicazione percentuale dei costi (nota prot. 9126 del 4 luglio 2016, agli atti);
- Preso atto che in data 11 luglio 2016, con nota prot. 9546, sono pervenute da parte di Thermo Fisher le giustificazioni richieste (agli atti);
- Preso atto che in data 7 luglio 2016, con nota prot. 9335, sono pervenute le giustificazioni dell'offerta da parte dell'Impresa Shimadzu Italia S.r.l. relativamente al Lotto 2 della procedura di gara;
- Viste le ulteriori giustificazioni inviate da Thermo Fisher Scientific S.p.a. in data 11 luglio 2016, con nota prot. 9546;

CIO' PREMESSO

il giorno 12 luglio 2016 alle ore 10:55 presso l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori, alla presenza dei signori

Dott. Massimo Vicario	Dirigente S.C. Tecnico Logistica e Appalti
Sig.ra Fiorenza Burzio	Collaboratore Amm.vo Prof. – Resp.le U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori
Dott. Roberto Inferrera	Collaboratore Amm.vo Prof. - U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori

si procede con l'esame della documentazione presentata dalle Imprese Shimadzu Italia S.r.l. e Thermo Fisher Scientific S.p.a. ai fini della giustificazione dell'anomalia dell'offerta.

La commissione ritiene nel complesso congrue e sufficienti le giustificazioni fornite dalle imprese di cui sopra a sostegno dell'offerta economica presentata.

La seduta è chiusa alle ore 11.15.

Letto e sottoscritto.

Dott. Massimo Vicario

Sig.ra Fiorenza Burzio

Dott. Roberto Inferrera

