

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

ESITO DI GARA - RDO N. 1483587

Iniziativa del MEPA CONSIP - "ARREDI TECNICI 104 COMPLEMENTI DI ARREDO "

Fornitura di una cappa di sicurezza biologica di classe II per il laboratorio di Istopatologia della Sede Centrale dell'I.Z.S.

LOTTO UNICO importo presunto € 7.400,00 oltre IVA CIG Z271D1636D

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 DEL 12/04/2017.

DITTE PARTECIPANTI E AGGIUDICATARIE E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Lotto 1

Ditta: Aquaria - idonea - € 6.600,00 oltre IVA (€ 8.052,00 IVA inclusa);

Ditta: Carlo Erba Reagents – non idonea, in quanto al punto 1 della scheda prodotto: la cappa offerta non è ISO5; al punto 3: il pannello fondale non è in acciaio inox AISI 304; punto 5: il posizionamento dello schermo frontale offerto ha grado inferiore (660 mm.) rispetto a quello richiesto (880 mm.); al punto 5.3: altezza apertura frontale del vetro inferiore a quella richiesta; punto 21.2: manca allarme acustico e visivo per vetro frontale in posizione non corretta.

Ditta: Zetalab - esclusa in quanto la scheda prodotto non è stata firmata digitalmente ed inoltre è compilata solo in parte, a pena d'esclusione come previsto nelle condizioni particolari di Rdo.


Ditta aggiudicataria: Aquaria € 6.600,00 oltre IVA (€ 8.052,00 IVA inclusa).

Le valutazioni delle offerte tecniche sono agli atti dell'Istituto

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686218 – tff. 011/0469194).

Torino, li 21/04/2017

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 103 del 12/04/2017

Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata RDO n. 1483587 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di una cappa di sicurezza biologica per il Laboratorio Tse della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta Euro 6.600,00 + IVA (Euro 8.052,00 IVA inclusa). CIG: Z271D1636D

Il Dirigente dott. Massimo Vicario

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12/06/2008

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

###

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.

E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 12/04/2017 per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione_____

Aggiudicazione procedura negoziata RDO n. 1483587 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di una cappa di sicurezza biologica per il Laboratorio Tse della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

Euro 6.600,00 + IVA (Euro 8.052,00 IVA inclusa).

CIG: Z271D1636D

Su proposta dell'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi

- Visti
 - La Delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto "Dott. Vicario Massimo – proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa "Tecnico Logistico ed Appalti";
 - Il D.Lgs.19 aprile n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici*" per quanto in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida dell'Anac e dei decreti del MIT attuativi del nuovo Codice dei contratti;
 - il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare, l'art. 26, comma 6;
- Dato atto che con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, il legislatore ha disposto, tra le altre misure, che gli *enti del servizio sanitario nazionale utilizzano per l'acquisto di beni e servizi, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento* (art. 5 co. 13, lett. d);
- Viste la richiesta approvata e firmata dal Direttore Generale in deroga al programma attrezzature per l'acquisto di:
 - n. 1 cappa di sicurezza biologica codice scheda CAP BIO 3 pervenuta dalla S.S. Laboratorio di Tse;
 - Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che il prodotto oggetto del presente provvedimento e' presente nelle categorie merceologiche rientranti negli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. sul portale www.acquistinretepa.it, e segnatamente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 - Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza

nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

- Preso atto dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma MEPA, in data 26 gennaio 2017 della RDO n. 1483587, per la fornitura sopra emarginata, da aggiudicarsi a lotto unico secondo le specifiche tecniche, le condizioni particolari di RDO e le condizioni particolari di contratto inserite nella procedura;
- Constatato che entro il termine stabilito (ore 20:00 del 10 febbraio 2017) hanno presentato offerta le seguenti ditte:
 1. Aquaria Srl;
 2. Carlo Erba Reagents;
 3. Zetalab.
- Visto che in data 17 febbraio 2017 il punto istruttore ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche sulla piattaforma Mepa;
- Preso atto che in data 17 febbraio 2017 sono state trasmesse le offerte tecniche al responsabile del Centro di Costo richiedente per la valutazione tecnica di idoneità del lotto;
- Vista la valutazione tecnica prot. 2911 del 21 febbraio 2017 pervenuta dalla S.C. di Istopatologia e Test rapidi (agli atti);
- Successivamente alla pubblicazione sulla piattaforma Mepa in data 10 marzo 2017 del verbale di idoneità e inidoneità delle offerte tecniche valutate (allegato "A" 1 pagina), non sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte delle ditte partecipanti (agli atti);
- Preso atto che in data 27 marzo 2017 il punto istruttore ha proceduto all'apertura delle offerte economiche sulla piattaforma MEPA, provvedendo all'aggiudicazione provvisoria del lotto come risulta dall'esito di gara delle attività di esame e comparazione RDO;
- Preso atto dell'esito di gara relativo alla Rdo 1483587 (allegato "B" n. 1 pagina) in base al quale risulta la seguente aggiudicazione:
 - fornitura di una cappa di sicurezza biologica impresa Aquaria Srl per l'importo di € 6.600,00 + IVA (€ 8.052,00 IVA inclusa) unica ditta ad aver presentato offerta idonea (agli atti);
- Precisato che:
 - il contratto verrà stipulato attraverso la piattaforma MEPA;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti "Condizioni particolari di Contratto 1483587" e "Condizioni particolari di RDO 1483587" e la scheda tecnica del lotto allegato "C" n. 12 pagine;

- tutto cio' premesso,

IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visto l'esito Rdo nr. 1483587 allegato sotto la lettera "B", a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

- Di approvare l'esito e tutti gli atti della Rdo nr.1483587 tramite piattaforma Mepa e di affidare la fornitura della cappa di sicurezza biologica (codice scheda prodotto CAP BIO 3 – casa costruttrice: Aquaria – mod. Flow Activa 90 plus) per la S.S. Laboratorio di Tse alla ditta Aquaria – per l'importo di € 6.600,00 + IVA (€ 8.052,00 IVA inclusa) per le motivazioni esposte in premessa (allegati A-B-C a costituirne parte integrante e sostanziale);
- Di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà la dott.ssa Elena Bozzetta;
- Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è Maria Chieppa (Assistente Amministrativo dell'U.O. Programmazione e gestione Beni e Servizi);
- di disporre che la liquidazione verrà effettuata a seguito di verifica della regolare esecuzione del contratto;
- di dare atto che l'importo di cui al presente provvedimento, per 6.600,00 oltre IVA - totale € 8.052,00 IVA inclusa, trova idonea copertura nel conto aziendale n. 1120401 sul budget aut. n. 2017/8 così suddivisa:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Importo	Budget Anno/num	Disponibilità residua
AQUARIA SPA (Cod. 31172)	1120401	€ 8.052,00	2017/8/11	€ 1.381.334,10

Allegati:

- A) Verbale di gara nr. 1 pagina;
- B) Esito di gara nr. 1 pagina;
- C) Condizioni particolari di RDO nr. 1483587, Condizioni particolari di contratto nr. 1483587, Scheda Tecnica nr. 12 pagine.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile U.O. / S.S. proponente
IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI (Dott. Massimo Vicario)	<i>Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel presente atto deliberativo.</i> IL RESPONSABILE DELLA S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

VERBALE DI GARA - RDO N. 1483587

Iniziativa del MEPA CONSIP - “ARREDI TECNICI 104 COMPLEMENTI DI ARREDO “

Fornitura di una cappa di sicurezza biologica di classe II per il laboratorio di Istopatologia della Sede Centrale dell'I.Z.S.

LOTTO UNICO importo presunto € 7.400,00 oltre IVA CIG Z271D1636D

Ditte partecipanti:

Lotto 1

Ditta: Aquaria - idonea.


Ditta: Carlo Erba Reagents – non idonea, in quanto al punto 1 della scheda prodotto: la cappa offerta non è ISO5; al punto 3: il pannello fondale non è in acciaio inox AISI 304; punto 5: il posizionamento dello schermo frontale offerto ha grado inferiore (660 mm.) rispetto a quello richiesto (880 mm.); al punto 5.3: altezza apertura frontale del vetro inferiore a quella richiesta; punto 21.2: manca allarme acustico e visivo per vetro frontale in posizione non corretta.

Ditta: Zetalab - esclusa in quanto la scheda prodotto non è stata firmata digitalmente ed inoltre è compilata solo in parte, a pena d'esclusione come previsto nelle condizioni particolari di Rdo.

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686218 – tfx. 011/0469194).

Torino, li 10/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

ESITO DI GARA - RDO N. 1483587

Iniziativa del MEPA CONSIP - “ARREDI TECNICI 104 COMPLEMENTI DI ARREDO “

Fornitura di una cappa di sicurezza biologica di classe II per il laboratorio di Istopatologia della Sede Centrale dell'I.Z.S.

LOTTO UNICO importo presunto € 7.400,00 oltre IVA CIG Z271D1636D

DITTE PARTECIPANTI E AGGIUDICATARIE E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Lotto 1

Ditta: Aquaria - idonea - € 6.600,00 oltre IVA (€ 8.052,00 IVA inclusa);

Ditta: Carlo Erba Reagents – non idonea, in quanto al punto 1 della scheda prodotto: la cappa offerta non è ISO5; al punto 3: il pannello fondale non è in acciaio inox AISI 304; punto 5: il posizionamento dello schermo frontale offerto ha grado inferiore (660 mm.) rispetto a quello richiesto (880 mm.); al punto 5.3: altezza apertura frontale del vetro inferiore a quella richiesta; punto 21.2: manca allarme acustico e visivo per vetro frontale in posizione non corretta.

Ditta: Zetalab - esclusa in quanto la scheda prodotto non è stata firmata digitalmente ed inoltre è compilata solo in parte, a pena d'esclusione come previsto nelle condizioni particolari di Rdo.

Ditta aggiudicataria: Aquaria € 6.600,00 oltre IVA (€ 8.052,00 IVA inclusa).

Le valutazioni delle offerte tecniche sono agli atti dell'Istituto

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686218 – tfx. 011/0469194).

Torino, li 27/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
"I. Altara"
VIA BOLOGNA 148 – TORINO
TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770
PARTITA I.V.A.: 05160100011**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO SU MEPA

Iniziativa del MEPA CONSIP - "ARREDI TECNICI 104 COMPLEMENTI DI ARREDO "

Fornitura di una cappa di sicurezza biologica di classe II per il laboratorio di Istopatologia della Sede Centrale dell'I.Z.S.

RDO n. 1483587

Importo totale presunto € 7.400,00 più IVA (€ 9.028,00 IVA inclusa).

LOTTO UNICO importo presunto € 7.400,00 oltre IVA CIG Z271D1636D

Responsabile del procedimento: Maria Chieppa tel. 011.2686277-218.

Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I.. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO N. 1483587

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto una cappa di sicurezza biologica di classe II per il laboratorio di Istopatologia della Sede Centrale dell'I.Z.S., all' indirizzo specificato nelle condizioni particolari di contratto.

VISIONE DEI LUOGHI

Il concorrente può prendere visione dei luoghi e degli impianti e di tutto quanto eventualmente necessario per il buon funzionamento dell'attrezzatura.

La fornitura e posa in opera si intende pertanto comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, idraulici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionante la cappa fornita senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l'Amministrazione di questo Istituto.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri necessari al perfetto funzionamento della cappa per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, come meglio definiti nelle condizioni particolari di contratto della RDO.

Sono sempre compresi tutti gli oneri per il ripristino "al finito" dei locali e le pulizie finali degli ambienti, per dare il tutto finito a regola d'arte e pronto all'utilizzo.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente trasmettere telematicamente, nella sezione *Documenti richiesti ai partecipanti*,

- Il file SCHEDA PRODOTTO del lotto, completato, non trasformato in PDF sottoscritto con firma digitale
- il file Condizioni particolari di contratto, con le relative dichiarazioni, sottoscritto per accettazione con firma digitale

CAPACITA' TECNICA – SCHEDA PRODOTTO

Le specifiche tecniche dell'attrezzatura richiesta è riportata nel documento allegato **SCHEDA PRODOTTO LOTTO UNICO....**

Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi perchè l'offerta possa essere presentata e costituiranno oggetto della verifica di conformità della fornitura.

Ove nelle specifiche tecniche riportate nella scheda articolo sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica, si intende apposta la dicitura "o equivalente". Il concorrente pertanto potrà offrire prodotto equivalente sotto il profilo funzionale e tecnico.

Al fine di consentire la verifica della capacità tecnica dell'attrezzatura richiesta, per l'apparecchiatura offerta ed **entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta**, il

concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, restituire per il lotto offerto la scheda prodotto (*documento SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO*) allegate alla RDO debitamente completate nella parte riservata al fornitore a conferma della conformità dei beni ai singoli requisiti tecnici richiesti. **Tale scheda non deve riportare, a pena di esclusione, indicazioni di prezzo dell'apparecchiatura.**

La mancata presentazione o l'omessa o incompleta compilazione della scheda prodotto comporterà l'impossibilità di valutare la capacità tecnica del concorrente e la sua conseguente esclusione.

La modifica o la cancellazione, anche parziale, delle indicazioni riportate nella parte riservata all'Istituto comporterà l'esclusione del concorrente dal lotto.

La scheda dovrà essere inviata telematicamente, utilizzando la piattaforma MEPA firmata digitalmente.

L'offerta economica sarà aperta solo dopo la verifica di conformità dell'attrezzatura offerta. È interesse dell'Impresa concorrente, pertanto, fornire tutte le informazioni necessarie ed utili per la preliminare valutazione dell'idoneità dell'apparecchiatura. In ogni modo, comunque, l'attrezzatura sarà valutato in relazione alle esigenze tecniche a fronte delle quali l'Istituto ha indetto la procedura di affidamento.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione seguirà a singolo lotto unico a favore del prezzo più basso *ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016*.

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione dell'offerta e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari importo l'Amministrazione procederà mediante sorteggio pubblico tra le offerte medesime in luogo, data e ora che saranno comunicate ai concorrenti interessati.

In caso di aggiudicazione, il documento di stipula generato dal Mercato elettronico sarà assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. Spetterà al fornitore l'onere di dimostrare all'Ente l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013. Il mancato

assolvimento del tributo comporterà la prescritta segnalazione, entro il termine di 30 giorni, alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 642/1972.

RTI/CONSORZI

In caso di partecipazione di RTI o consorzi, si richiama quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del D:Lgs. n. 50/2016.

ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Istituto i seguenti documenti:

- In caso di R.T.I. non costituito, l'Atto notorio di costituzione del raggruppamento temporaneo con il quale le imprese conferiscono, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, con relativa procura conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario (art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva). **La cauzione definitiva, ove richiesta, dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.** La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale. Non sarà chiesta cauzione definitiva per contratti di importo inferiore a € 20.000,00.

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

COMUNICAZIONI

L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti o agli aggiudicatari attraverso la piattaforma MEPA o a mezzo fax o posta elettronica certificata.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

RDO 1483587

La fornitura si svolgerà in osservanza delle Condizioni generali di contratto dell'iniziativa e, per quanto in esse non previsto, del *Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (ed/rev. 3/0)*, disponibile sul sito *web* dell'Istituto al seguente indirizzo:

http://www.izsto.it/images/stories/pdf_appalti/Capitolato_Generale_ed_rev_3.0.pdf

fatte salve le seguenti condizioni particolari

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore gli oneri e obblighi seguenti, conglobati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il carico e scarico, il sollevamento a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc., delle attrezzature compresi nel presente appalto ed il relativo montaggio, nonché la sostituzione o ripristino del materiale deteriorato;
- la pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari e la riconsegna degli ambienti per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio ed installazione;
- la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli allacciamenti impiantistici necessari (idrico-fognante, elettrico, gas, canali di espulsione aria per armadi ecc.), anche se non specificatamente indicati nelle specifiche tecniche, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, a partire dai punti di derivazione più vicina sino a raggiungere tutte le attrezzature oggetto della fornitura che necessitano di allacci tecnologici, il tutto eseguito secondo la normativa vigente in materia; le prove di tenuta di tutte le reti impiantistiche realizzate, in conformità alle normative vigenti in materia, compreso il rilascio delle prescritte dichiarazioni di cui al D.M. n.37/2008 e s.m.i., nonché gli elaborati grafici "as built" degli impianti elettrici, gas, idrici e scarichi. La fornitura e posa in opera si intende pertanto comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, idraulici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionanti i beni forniti senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l'Amministrazione di questo Istituto.
- ogni prestazione in cantiere per la posa in opera con gli oneri relativi ad essa attinenti, comprese le eventuali opere di finitura;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;

- l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale.

L'Affidatario dovrà inoltre garantire che il prodotto oggetto della fornitura sia completo degli allacciamenti impiantistici necessari al buon funzionamento dello stesso.

In particolare, la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli allacciamenti impiantistici (idrico-fognante, elettrico, gas, canali di espulsione aria per cappe ed armadi ecc.) eventualmente necessari per il buon funzionamento dell'attrezzatura, fatto salvo quanto espressamente escluso dai documenti di gara ed anche se non specificatamente indicati negli stessi, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, a partire dai punti di derivazione più vicina sino a raggiungere tutte le attrezzature oggetto della fornitura che necessitano di allacci tecnologici, per dare gli impianti perfettamente funzionanti e a regola d'arte secondo la normativa vigente e le seguenti prescrizioni:

- Impianto elettrico: fornitura e posa in opera di linee elettriche con cavi di sezione adeguata alle esigenze per tutti gli allacciamenti necessari alle attrezzature previste, poste in tubazioni rigide e/o flessibile in pvc. Le linee di alimentazione dovranno essere derivate dai quadretti generali presenti negli ambienti e canalizzate fino alle utenze, opportunamente graffate. In ogni quadro dovranno essere installati, per ogni utenza, un interruttore magnetotermico differenziale idoneo. Ove il quadro esistente non è in grado di ospitare gli ulteriori interruttori magnetotermici, è a carico della ditta appaltatrice adeguare gli schemi dei quadri;
- Impianti idrici e di scarico: fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc serie pesante per gli scarichi delle attrezzature previste; tubazioni in polietilene reticolato per tutti gli allacciamenti idrici, opere murarie accessorie per il raggiungimento dei punti di allaccio, compreso le chiavi di arresto con filtri e ogni altro accessorio per dare l'impianto perfettamente funzionante;
- Impianti gas metano e gas tecnici: fornitura e posa in opera di tubazioni in verghe di rame a saldare, di diametro adeguato, compreso accessori e prove di tenuta delle reti.

ORDINATIVI – TEMPI E MODALITÀ DELLE CONSEGNE

Gli ordinativi saranno inoltrati tramite piattaforma MEPA.

Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i presidi appresso indicati entro 40 gg. solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di quindici giorni lavorativi.

La consegna dovrà essere effettuata al piano e nei locali indicati, anche nel caso in cui manchi impianto elevatore.

Si evidenzia che l'Istituto non dispone di un servizio di facchinaggio interno; pertanto l'aggiudicatario dovrà provvedere direttamente alla consegna, installazione e collaudo ove previsto.

Costituisce quindi onere del concorrente richiedere prima della presentazione dell'offerta le informazioni necessarie all'esecuzione completa della fornitura come sopra specificato o eseguire un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e degli accessi.

OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa si impegna a far rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* – a tutti i propri collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

In caso di violazione di tali obblighi l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

CONVENZIONE CONSIP

Qualora Consip S.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto una convenzione relativa alla medesima fornitura, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip S.p.a. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalla convenzione in parola risultassero più convenienti di quelle offerte dall'aggiudicatario, verrà richiesto a quest'ultimo di adeguarli a quelli risultanti dalla Convenzione; nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provvedesse all'adeguamento il responsabile del procedimento procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

PAGAMENTI

Il pagamento per prestazione o fornitura regolarmente eseguita avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni (o nel diverso termine, non inferiore, indicato in offerta) dalla data di ricevimento della fattura, o, se questa è anteriore, dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'Istituto propone il termine di 60 giorni.

Per singoli bonifici di importo superiore a € 1.000,00 i pagamenti saranno assoggettati ad una commissione bancaria fissa per spese di bonifico a carico del beneficiario

- *bonifici da € 1.000 a € 10.000* € 2,50
- *bonifici superiori ad € 10.000* € 3,50

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione.

ORARI DI CONSEGNA

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

LUOGHI DI CONSEGNA :

**LOTTO UNICO DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO IL LABORATORIO DI
ISTOPATOLOGIA PALAZZINA "B" PIANO TERRA – VIA PAGANINI, 25 TORINO.**

**PER EVENTUALE SOPRALUOGO CONTATTARE IL DOTT.SSA DANIELA MELONI – SIG, RA
MALDERA 011/2686362-376.**

Si dichiara

- ⑩ Che l'Impresa è iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato per attività coerente con lo specifico settore oggetto della RDO;
- ⑩ che non ricorrono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 né altre cause che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ⑩ di possedere l'idoneità tecnico professionale, ovvero le capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, in relazione al tipo di appalto da realizzare e di impegnarsi ad esibire, su richiesta del Committente, la documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, nonché di essere a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti, norme vigenti che disciplinano il contratto oggetto della procedura.

Si approvano le condizioni particolari di contratto ed il Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d Aosta ed./rev. 3.0, nonché specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli del Capitolato generale:

art. 13 - durata

art. 18 – condotta da parte dell'affidatario

art. 19 – periodo di prova – collaudo ed accettazione

art. 20 - forniture rifiutate all'accettazione o al collaudo

art. 21 – fatturazione pagamento: modalità

art. 22 - sospensione dei pagamenti

art. 23 - motivi per applicazione di penalità

art. 24 - penalità

art. 25 – procedimento relativo all'applicazione di penalità

art. 26 - recesso e risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.)

art. 27 - effetti della risoluzione: esecuzione in danno

art. 28 - trasferimento di proprietà dei beni e rischi

art. 31 - tracciabilità dei flussi finanziari ulteriori clausole risolutive espresse

art. 32 - foro competente

Art. 33 - Clausola di trasparenza

Il Rappresentante legale dell'Impresa (firma digitale)

SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	GESTIONE TECNOLOGIE
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEDA: CAP BIO 3		Ediz./Rev. 00.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

CAPPA DI SICUREZZA BIOLOGICA DI CLASSE II (BIOHAZARD)

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

MANIPOLAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO APPARTENENTE AI GRUPPI 2-3

CASA COSTRUTTRICE: _____

MODELLO OFFERTO: _____

VS. CODICE: _____

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Cappa a flusso laminare verticale ISO 5 (14644-1) / classe 100 (F.S.)	
2. Robusta struttura portante e base d'appoggio a pavimento in lamiera di acciaio spessore 12/10", trattata con vernice a polvere epossidica	
3. Pannello fondale interno in acciaio inox AISI 304 con finitura spazzolata (scotch-brite)	
4. Pareti laterali o finestre laterali in vetro stratificato	
5. Schermo frontale di protezione in vetro temperato antisfondamento (6mm) a ribaltina apribile in due segmenti con posizionamento a 180° con allarme acustico di errata condizione operativa	
5.1 Apertura frontale dotata di pistoncini idraulici atti al mantenimento in posizione aperta del vetro durante le operazioni di pulizia	
5.3 Altezza apertura frontale, a vetro completamente aperto, circa 880mm per permettere l'introduzione di attrezzature all'interno della cappa	
6. Robusto piano di lavoro in acciaio inox, atto a sopportare attrezzature di peso $\geq 40\text{Kg}$ in continua vibrazione, suddiviso in settori removibili facilmente estraibili e sterilizzabili in autoclave	
6.1 n° 3 Blocchi di sicurezza (secure-block) removibili onde evitare la migrazione dello strumento provocata dalle vibrazioni prodotte dallo stesso	
7. Vasca raccolta liquidi sottostante il piano di lavoro, in lamiera di acciaio per contenere accidentali sversamenti	
8. Ricircolo aria : 70% ricircolata e 30% espulsa previa filtrazione assoluta	
9. Sistema filtrante composto da 2 filtri assoluti (aria ricircolata e aria espulsa) tipo HEPA H14 con efficienza superiore al 9,995% MPPS su particelle con $\varnothing \geq 0,3 \mu\text{m}$ conformi a tutte le normative e di facile sostituzione	
10. Presa elettrica di servizio all'interno della cappa per DOP test	
11. Motoventilatore centrifugo silenziato a controllo elettronico in grado di compensare le perdite di carico dovute al progressivo intasamento dei filtri	
12. Regolazione automatica della velocità dell'aria riciclata (barriera frontale) ed espulsa	
13. Velocità dell'aria in barriera $\geq 0,4 \text{ m/sec}$	
14. Area di lavoro illuminata da lampade con intensità $> 800 \text{ lux}$	
15. Altezza utile interna non inferiore a 1.000 mm (vedi punto 5.3)	

16. Lampada UV da 15 W con conta ore di utilizzo e timer a countdown impostabile dall'utente con autospegnimento a fine ciclo (da 1 a 999 minuti)	
17. Pannello di chiusura frontale notturno	
18. Rumorosità < 60 dB	
19. <u>Pannello comandi esterno:</u>	
19.1 Interruttore generale on/off luminoso	
19.2 Tastiera di controllo a membrana con tasti per:	
19.2.1 Alimentazione presa elettrica interna	
19.2.2 Accensione del motoventilatore	
19.2.3 Accensione lampade interne	
19.2.4 Accensione lampada germicida UV	
19.3 Display digitale con indicazione della velocità del flusso laminare verticale, in tempo reale, espresso in m/sec	
19.4 Pulsante di emergenza con possibilità di aumentare la velocità del flusso di aria in espulsione e sul piano di lavoro (aumento barriera di protezione operatore)	
20. Conta ore di funzionamento generale della macchina	
21. <u>Allarmi acustici e visivi per:</u>	
21.1 Velocità aria insufficiente o troppo elevata	
21.2 Vetro frontale in posizione non corretta	
21.3 Intasamento dei filtri	
21.4 Funzionamento difettoso del motoventilatore	
22. <u>Preallarmi visivi con segnalazione sul display di necessità di prossima sostituzione per:</u>	
22.1 Fine vita lampada UV	
22.2 Raggiunto limite di utilizzo dei filtri installati	
23. Alimentazione 220-230V - 50-60Hz	
24. Dichiarazione di conformità CE e conformità alle norme di sicurezza vigenti	
25. Rispondenza alla normativa internazionale EN 12469	
26. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
27. Installazione e collaudo a cura e spesa della Ditta fornitrice, eseguito presso il nostro presidio con presenza di personale tecnico della stessa	
28. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per 24 mesi dalla data del positivo collaudo comprensiva di una visita annuale di manutenzione preventiva (attraverso assistenza diretta con personale del costruttore). La manutenzione preventiva dovrà prevedere visite programmabili dal cliente con almeno 48 ore di preavviso e dovrà comprendere tutti i controlli, previsti dal manuale di utilizzo, atti a garantire lo stato di funzionalità e sicurezza dell'apparecchiatura	