

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA  
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

**ESITO DI GARA - RDO N. 1489295**

**Iniziativa del MEPA CONSIP - "BENI E SERVIZI PER LA SANITA".**

**Fornitura di attrezzature varie da laboratorio per i Laboratori della Sede Centrale dell'I.Z.S.**

**Importo totale presunto € 16.460,00 più IVA (€ 20.081,00 IVA inclusa).**

**LOTTO 1 importo presunto € 2.000,00 oltre IVA CIG ZE21D3191D CUP J15I13000360001**

**LOTTO 2 importo presunto € 2.460,00 oltre IVA CIG Z0A1D319B9**

**LOTTO 3 importo presunto € 6.000,00 oltre IVA CIG ZAB1D319FA CUP J18F15000190001**

**LOTTO 4 importo presunto € 6.000,00 oltre IVA CIG Z6E1D31A34**

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 110 DEL 20/04/2017.**

DITTE PARTECIPANTI E AGGIUDICATARIE E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

**Lotto 1 (codice scheda prodotto CON AZL 2)**

Ditta : Biorep – non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h;

Ditta: Nuova Criotecnica Amcota - non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h;

Ditta: Siad Healthcare – non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h;

Ditta: Savatec Strumenti – non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h; punto 9.3 manometro non presente;

Ditta: Vwr International Pbi – idonea - € 2.955,80 oltre IVA (€ 3.607,00 IVA inclusa);

Ditta: Carlo Erba Reagents – idonea - € 2.753,80 oltre IVA (€ 3.359,64 IVA inclusa).

**Ditta Aggiudicataria: Carlo Erba Reagents € 2.753,80 oltre IVA (€ 3.359,64 IVA inclusa).**

## **Lotto 2 (codice scheda prodotto CONGEL 2)**

Ditta: C.F. di Ciro Fiocchetti – non idonea in quanto, la capacità del congelatore offerto è inferiore a quella richiesta; la temperatura d'esercizio non è garantita fino a 42°C.; la porta non dispone di chiusura a chiave; il foro passante ha un diametro superiore a quello richiesto.

Ditta: Analytical Control De Mori – idonea € 2.700,00 oltre IVA (€ 3.294,00 IVA inclusa);

Ditta: Nuova Criotecnica Amcota – idonea € 2.685,00 oltre IVA (€ 3.275,70 IVA inclusa);

Ditta: Enrico Bruno – idonea € 1.554,00 oltre IVA (€ 1.895,88 IVA inclusa).

**Ditta aggiudicataria: Enrico Bruno € 1.554,00 oltre IVA (€ 1.895,88 IVA inclusa).**

## **Lotto 3 (codice scheda prodotto OMOSFE 1)**

Ditta: Verder Scientific – non idonea nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 2, si richiede alloggiamento per provette con tappo a vite, l'apparecchiatura offerta ha alloggiamento per provette con tappo a pressione;

Ditta: Analytical Control de Mori – idonea € 6.775,00 oltre IVA (€ 8.265,50 IVA inclusa);

Ditta: Vwr International Pbi -idonea € 3.591,50 oltre IVA (€ 4.381,63 IVA inclusa).

**Ditta aggiudicataria: Vwr International Pbi € 3.591,50 oltre IVA (€ 4.381,63 IVA inclusa).**

## **Lotto 4 (codice scheda prodotto OMOSFE 4)**

Ditta: Verder Scientific – non idonea in quanto l'alloggiamento delle provette non è su rotore ma in posizione orizzontale all'interno del relativo adattatore;

Ditta: Analytical Control de Mori – idonea € 6.775,00 oltre IVA (€ 8.265,50 IVA inclusa);

Ditta: Vwr International Pbi -idonea € 8.844,00 oltre IVA (€ 10.789,68 IVA inclusa).


**Ditta aggiudicataria: Analytical Control de Mori € 6.775,00 oltre IVA (€ 8.265,50 IVA inclusa)**

Le valutazioni delle offerte tecniche sono agli atti dell'Istituto

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686277 – tfx. 011/0469194).

Torino, li 26/04/2017

IL RESPONSABILE DELLA S.C.  
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI  
(Dott. Massimo Vicario)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

**Determinazione Dirigenziale n. 110 del 20/04/2017**

**Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti**

**Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata RDO n. 1489295 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di attrezzature varie per i Laboratorio della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta Euro 14.674,30 + IVA (Euro 17.902,65 IVA inclusa). CIG: Lotto 1 ZE21D3191D - Lotto 2 Z0A1D319B9 - Lotto 3 ZAB1D319FA - Lotto 4 Z61D31A34**

**Il Dirigente dott. Massimo Vicario**

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12/06/2008

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

**La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.**

**E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 20/04/2017 per 10 giorni consecutivi.**

**Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione \_\_\_\_\_**

Aggiudicazione procedura negoziata RDO n. 1489295 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di attrezzature varie per i Laboratorio della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta

Euro 14.674,30 + IVA (Euro 17.902,65 IVA inclusa).

CIG: Lotto 1 ZE21D3191D – Lotto 2 Z0A1D319B9 – Lotto 3 ZAB1D319FA – Lotto 4 Z61D31A34

Su proposta dell'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi

- Visti
  - La Delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto "Dott. Vicario Massimo – proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa "Tecnico Logistico ed Appalti";
  - Il D.Lgs.19 aprile n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
  - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici*" per quanto in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida dell'Anac e dei decreti del MIT attuativi del nuovo Codice dei contratti;
  - il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare, l'art. 26, comma 6;
- Dato atto che con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, il legislatore ha disposto, tra le altre misure, che *gli enti del servizio sanitario nazionale utilizzano per l'acquisto di beni e servizi, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento* (art. 5 co. 13, lett. d);
- Viste le richieste approvate e firmate dal Direttore Generale in deroga al programma attrezzature per l'acquisto di:
  - Lotto 1 - n. 1 contenitore per azoto liquido codice scheda CON AZL 2 pervenuta dalla S.S. Laboratorio Tse (nell'ambito della ricerca 13CEA);
  - Lotto 2 – n. 1 congelatore verticale codice scheda CONGEL 2 pervenuta dalla S.S. Laboratorio di Virologia;
  - Lotto 3 – n. 1 omogeneizzatore codice scheda OMOSFE 1 pervenuta dalla S.S. Laboratorio di Neuropatologia (nell'ambito della ricerca 15CEA);
  - Lotto 4 - n. 1 omogeneizzatore codice scheda OMOSFE 4 pervenuta dalla S.S. Laboratorio di Virologia;

- Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che il prodotto oggetto del presente provvedimento e' presente nelle categorie merceologiche rientranti negli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), e segnatamente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- Preso atto dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma MEPA, in data 06 Febbraio 2017 della RDO n. 1489295, per la fornitura sopra emarginata, da aggiudicarsi per singolo lotto unico secondo le specifiche tecniche, le condizioni particolari di RDO e le condizioni particolari di contratto inserite nella procedura;
- Constatato che entro il termine stabilito (ore 20:00 del 20 febbraio 2017) hanno presentato offerta le seguenti ditte:
  1. Analytical Control De Mori Srl (lotti 2-3-4);
  2. Biorep (lotto 1);
  3. C:F. do Ciro Fiocchetti & C.;
  4. Carlo Erba Reagents (lotto 1);
  5. Enrico Bruno (lotto 2);
  6. Nuova Criotecnica Amctota (lotti 1-2);
  7. Savatec Strumenti (lotto 1);
  8. Siad Healthcare (lotto 1);
  9. Verder Scientific (lotti 3-4);
  - 10.Vwr International (lotti 1-3-4)
- Visto che in data 21 febbraio 2017 il punto istruttore ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche sulla piattaforma Mepa;
- Preso atto che in data 21 febbraio 2017 sono state trasmesse le offerte tecniche ai responsabili dei Centri di Costo richiedenti per le valutazioni tecniche di idoneità dei lotti;
- Viste le valutazioni tecniche prott. 3507 del 02 marzo 2017 pervenuta dalla S.C. di Istopatologia e Test rapidi, 2918 del 27 febbraio pervenuta dalla S.C. Virologia, 2916 dell'08 marzo 2017 pervenuta dalla S.C. Neuroscienze con annesso Cea (agli atti);
- Successivamente alla pubblicazione sulla piattaforma Mepa in data 10 marzo 2017 del verbale di idoneità e inidoneità delle offerte tecniche valutate (allegato "A" 2 pagine), non sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte dalle ditte partecipanti (agli atti);
- Preso atto che in data 27 marzo 2017 il punto istruttore ha proceduto all'apertura delle offerte economiche sulla piattaforma MEPA, provvedendo all'aggiudicazione provvisoria dei lotti come risulta dall' esito di gara delle attività di esame e comparazione RDO;

- Preso atto dell'esito di gara relativo alla Rdo 1489295 (allegato "B" n. 2 pagine) in base al quale risulta la seguente aggiudicazione:
- Lotto 1 – fornitura di n. 1 contenitore per azoto liquido impresa Carlo Erba Reagents per un importo di € 2.753,80 + IVA (€ 3.359,64 IVA inclusa) ditta ad aver presentato offerta idonea al prezzo più basso
- Lotto 2 – fornitura di n. 1 congelatore verticale impresa Enrico Bruno per un importo di € 1.554,00 + IVA (€ 1.896,00 IVA inclusa) ditta ad aver presentato offerta idonea al prezzo più basso
- Lotto 3 – fornitura di n. 1 omogeneizzatore impresa Vwr International per un importo di € 3.591,50 + IVA (€ 4.382,00 IVA inclusa);
- Lotto 4 – fornitura di n. 1 omogeneizzatore impresa Analytical Control De Mori per un importo di € 6.775,00 + IVA (€ 8.266,00 IVA inclusa) agli atti;
- Precisato che:
  - il contratto verrà stipulato attraverso la piattaforma MEPA ;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti "Condizioni particolari di Contratto 1489295" e "Condizioni particolari di RDO " e la scheda tecnica del lotto allegato "C" n. 14 pagine;
- tutto cio' premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visto l'esito Rdo nr. 1483587 allegato sotto la lettera "B", a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

#### **DETERMINA**

Per quanto esposto in premessa,

- Di approvare l'esito e tutti gli atti della Rdo nr.1489295 tramite piattaforma Mepa e di affidare la fornitura di:
  - Lotto 1 – n. 1 contenitore per azoto liquido per la S.S. Laboratorio di Tse alla ditta Carlo Erba Reagents per un importo di € 2.753,80 + IVA (€ 3.359,64 IVA inclusa) casa costruttrice: Cryodiffusion – mod. L2050;

- Lotto 2 - n. 1 congelatore verticale per la S.S. Laboratorio di Virologia alla ditta Enrico Bruno per un importo di € 1.554,00 + IVA – (€ 1.896,00 IVA inclusa) – casa costruttrice Desmon – mod. Ds-Sb40b/1;
- Lotto 3 - n. 1 omogeneizzatore per la S.S. Laboratorio di Neuropatologia alla ditta Vwr International per un importo di € 3.591,50 + IVA (€ 4.382,00 IVA inclusa) casa costruttrice Vwr Collection – mod. Vwr Star Beater;
- Lotto 4 - n. 1 omogeneizzatore per la S.S. Laboratorio di Virologia alla ditta Analytical Control De Mori per un importo di € 6.775,00 + IVA (€ 8.266,00 IVA inclusa) – casa costruttrice Omni International – mod. Bead Ruptor 12, per le motivazioni esposte in premessa (allegati A-B-C a costituirne parte integrante e sostanziale);
- Di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà la dott.ssa Elena Bozzetta;
- Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è Maria Chieppa (Assistente Amministrativo dell'U.O. Programmazione e gestione Beni e Servizi);
- di disporre che la liquidazione verrà effettuata a seguito di verifica della regolare esecuzione del contratto;
- di dare atto che l'importo di cui al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 14.674,300 oltre IVA - totale € 17.902,65 IVA inclusa, trova idonea copertura nel conto aziendale n. 1120401 sul budget aut. n. 2017/8 così suddivisa:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Importo	Budget Anno/num	Disponibilità residua
CARLO ERBA REAGENTS (Cod. 2601)	1120401	€ 3.359,64	2017/8/12 (RIC. 13CEA)	€ 1.377.947,10
ENRICO BRUNO (Cod. 598)	1120401	€ 1.895,88	2017/8/14	€ 1.363.430,10
VWR INTERNATIONAL (Cod. 30004)	1120401	€ 4.381,63	2017/8/13 (RIC. 15CEA)	€ 1.377.592,10
ANALYTICAL CONTROL DE MORI (Cod. 61114)	1120401	€ 8.265,50	2017/8/14	€ 1.363.430,10

Allegati:

- A) Verbale di gara nr. 2 pagine;
- B) Esito di gara nr. 2 pagine;

C) Condizioni particolari di RDO nr. 1489295, Condizioni particolari di contratto nr. 1489295, Schede Tecniche nr.14 pagine.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile U.O. / S.S. proponente
IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI (Dott. Massimo Vicario)	<i>Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel presente atto deliberativo.</i> IL RESPONSABILE DELLA S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA  
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

**VERBALE DI GARA - RDO N. 1489295**

**Iniziativa del MEPA CONSIP - "BENI E SERVIZI PER LA SANITA".**

**Fornitura di attrezzature varie da laboratorio per i Laboratori della Sede Centrale dell'I.Z.S.**

**Importo totale presunto € 16.460,00 più IVA (€ 20.081,00 IVA inclusa).**

**LOTTO 1 importo presunto € 2.000,00 oltre IVA CIG ZE21D3191D CUP J15I13000360001**

**LOTTO 2 importo presunto € 2.460,00 oltre IVA CIG Z0A1D319B9**

**LOTTO 3 importo presunto € 6.000,00 oltre IVA CIG ZAB1D319FA CUP J18F15000190001**

**LOTTO 4 importo presunto € 6.000,00 oltre IVA CIG Z6E1D31A34**

Ditte partecipanti :

**Lotto 1 (codice scheda prodotto CON AZL 2)**

Ditta : Biorep – non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h;

Ditta: Nuova Criotecnica Amcota - non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h;

Ditta: Siad - – non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h;

Ditta: Savatec – non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h; punto 9.3 manometro non presente;

Ditta: Vwr International Pbi – idonea

Ditta: Carlo Erba Reagents – idonea.

**Lotto 2 (codice scheda prodotto CONGEL 2)**

Ditta: C.F. di Ciro Fiocchetti – non idonea in quanto, la capacità del congelatore offerto è inferiore a quella richiesta; la temperatura d'esercizio non è garantita fino a 42°C.; la porta non dispone di chiusura a chiave; il foro passante ha un diametro superiore a quello richiesto.

Ditta: Analytical Control De Mori – idonea;

Ditta: Nuova Criotecnica Amcota – idonea

Ditta: Enrico Bruno – idonea .

**Lotto 3 (codice scheda prodotto OMOSFE 1)**

Ditta: Verder Scientific – non idonea nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 2, si richiede alloggiamento per provette con tappo a vite, l'apparecchiatura offerta ha alloggiamento per provette con tappo a pressione;

Ditta: Analytical Control de Mori – idonea;

Ditta: Vwr International Pbi -idonea.

**Lotto 4 (codice scheda prodotto OMOSFE 4)**

Ditta: Verder Scientific – non idonea in quanto l'alloggiamento delle provette non è su rotore ma in posizione orizzontale all'interno del relativo adattatore;

Ditta: Analytical Control de Mori – idonea;


Ditta: Vwr International Pbi -idonea.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Piras (tel. 011/2686218 – tfx. 011/0469194).

Torino, li 10/03/2017



IL RESPONSABILE DELLA S.C.  
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI  
(Dott. Massimo Vicario)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA  
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

**ESITO DI GARA - RDO N. 1489295**

**Iniziativa del MEPA CONSIP - "BENI E SERVIZI PER LA SANITA".**

**Fornitura di attrezzature varie da laboratorio per i Laboratori della Sede Centrale dell'I.Z.S.**

**Importo totale presunto € 16.460,00 più IVA (€ 20.081,00 IVA inclusa).**

**LOTTO 1 importo presunto € 2.000,00 oltre IVA CIG ZE21D3191D CUP J15I13000360001**

**LOTTO 2 importo presunto € 2.460,00 oltre IVA CIG Z0A1D319B9**

**LOTTO 3 importo presunto € 6.000,00 oltre IVA CIG ZAB1D319FA CUP J18F15000190001**

**LOTTO 4 importo presunto € 6.000,00 oltre IVA CIG Z6E1D31A34**

DITTE PARTECIPANTI E AGGIUDICATARIE E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

**Lotto 1 (codice scheda prodotto CON AZL 2)**

Ditta : Biorep – non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h;

Ditta: Nuova Criotecnica Amcota - non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h;

Ditta: Siad Healthcare – non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h;

Ditta: Savatec Strumenti – non idonea in quanto, nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 8, si richiede un'evaporazione inferiore o uguale a 0,30 litri/24h, L'apparecchiatura offerta ha un'evaporazione > a 0,30litri/24h; punto 9.3 manometro non presente;

Ditta: Vwr International Pbi – idonea - € 2.955,80 oltre IVA (€ 3.607,00 IVA inclusa);

Ditta: Carlo Erba Reagents – idonea - € 2.753,80 oltre IVA (€ 3.359,64 IVA inclusa).

**Ditta Aggiudicataria: Carlo Erba Reagents € 2.753,80 oltre IVA (€ 3.359,64 IVA inclusa).**

## **Lotto 2 (codice scheda prodotto CONGEL 2)**

Ditta: C.F. di Ciro Fiocchetti – non idonea in quanto, la capacità del congelatore offerto è inferiore a quella richiesta; la temperatura d'esercizio non è garantita fino a 42°C.; la porta non dispone di chiusura a chiave; il foro passante ha un diametro superiore a quello richiesto.

Ditta: Analytical Control De Mori – idonea € 2.700,00 oltre IVA (€ 3.294,00 IVA inclusa);

Ditta: Nuova Criotecnica Amcota – idonea € 2.685,00 oltre IVA (€ 3.275,70 IVA inclusa);

Ditta: Enrico Bruno – idonea € 1.554,00 oltre IVA (€ 1.895,88 IVA inclusa).

**Ditta aggiudicataria: Enrico Bruno € 1.554,00 oltre IVA (€ 1.895,88 IVA inclusa).**

## **Lotto 3 (codice scheda prodotto OMOSFE 1)**

Ditta: Verder Scientific – non idonea nelle specifiche minime della scheda prodotto, al punto 2, si richiede alloggiamento per provette con tappo a vite, l'apparecchiatura offerta ha alloggiamento per provette con tappo a pressione;

Ditta: Analytical Control de Mori – idonea € 6.775,00 oltre IVA (€ 8.265,50 IVA inclusa);

Ditta: Vwr International Pbi -idonea € 3.591,50 oltre IVA (€ 4.381,63 IVA inclusa).

**Ditta aggiudicataria: Vwr International Pbi € 3.591,50 oltre IVA (€ 4.381,63 IVA inclusa).**

## **Lotto 4 (codice scheda prodotto OMOSFE 4)**

Ditta: Verder Scientific – non idonea in quanto l'alloggiamento delle provette non è su rotore ma in posizione orizzontale all'interno del relativo adattatore;

Ditta: Analytical Control de Mori – idonea € 6.775,00 oltre IVA (€ 8.265,50 IVA inclusa);

Ditta: Vwr International Pbi -idonea € 8.844,00 oltre IVA (€ 10.789,68 IVA inclusa).

**Ditta aggiudicataria: Analytical Control de Mori € 6.775,00 oltre IVA (€ 8.265,50 IVA inclusa)**

Le valutazioni delle offerte tecniche sono agli atti dell'Istituto

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686277 – tfx. 011/0469194).

Torino, lì 27/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA S.C.  
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI  
(Dott. Massimo Vicario)

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA  
"I. Altara"  
VIA BOLOGNA 148 – TORINO  
TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770  
PARTITA I.V.A.: 05160100011**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO SU MEPA**

**Iniziativa del MEPA CONSIP - "BENI E SERVIZI PER LA SANITA".**

**Fornitura di attrezzature varie da laboratorio per i Laboratori della Sede Centrale dell'I.Z.S.**

**RDO n. 1489295**

**Importo totale presunto € 16.460,00 più IVA (€ 20.081,00 IVA inclusa).**

**LOTTO 1 importo presunto € 2.000,00 oltre IVA CIG ZE21D3191D CUP J15I13000360001**

**LOTTO 2 importo presunto € 2.460,00 oltre IVA CIG Z0A1D319B9**

**LOTTO 3 importo presunto € 6.000,00 oltre IVA CIG ZAB1D319FA CUP J18F15000190001**

**LOTTO 4 importo presunto € 6.000,00 oltre IVA CIG Z6E1D31A34**

**Responsabile del procedimento: Piras Maria Luisa tel. 011.2686277-218.**

*Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.*

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO N. 1489295

### OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto attrezzature varie da laboratorio per i Laboratori della Sede Centrale dell'I.Z.S., agli indirizzi specificati nelle condizioni particolari di contratto.

### VISIONE DEI LUOGHI

Il concorrente può prendere visione dei luoghi e degli impianti e di tutto quanto eventualmente necessario per il buon funzionamento delle attrezzature.

La fornitura e posa in opera si intende pertanto comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, idraulici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionanti gli arredi forniti senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l'Amministrazione di questo Istituto.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri necessari al perfetto funzionamento delle attrezzature per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, come meglio definiti nelle condizioni particolari di contratto della RDO.

**SONO SEMPRE COMPRESI TUTTI GLI ONERI PER IL RIPRISTINO "AL FINITO" DEI LOCALI E LE PULIZIE FINALI DEGLI AMBIENTI, PER DARE IL TUTTO FINITO A REGOLA D'ARTE E PRONTO ALL'UTILIZZO.**

Il concorrente dovrà obbligatoriamente trasmettere telematicamente, nella sezione *Documenti richiesti ai partecipanti*,

- Il file **SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA** di ogni lotto a cui partecipa, completato, non trasformato in PDF sottoscritto con firma digitale
- il file *Condizioni particolari di contratto*, con le relative dichiarazioni, sottoscritto per accettazione con firma digitale

### CAPACITA' TECNICA – SCHEDE PRODOTTO

Le specifiche tecniche delle attrezzature richieste sono riportate nel documento allegato **SCHEDE PRODOTTO LOTTO ....**

Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi perchè l'offerta possa essere presentata e costituiranno oggetto della verifica di conformità della fornitura.

Ove nelle specifiche tecniche riportate nelle schede articoli sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica, si intende apposta la dicitura "o equivalente". Il concorrente pertanto potrà offrire prodotti equivalenti sotto il profilo funzionale e tecnico.

Al fine di consentire la verifica della capacità tecnica delle attrezzature richieste, per ogni apparecchiatura offerta ed **entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta**, il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, restituire per ogni lotto offerto le schede prodotto

*(documento SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO)* allegate alla RDO debitamente completate nella parte riservata al fornitore a conferma della conformità dei beni ai singoli requisiti tecnici richiesti. **Tali schede non devono riportare, a pena di esclusione, indicazioni di prezzo delle apparecchiature.**

**La mancata presentazione o l'omessa o incompleta compilazione delle schede prodotto comporterà l'impossibilità di valutare la capacità tecnica del concorrente e la sua conseguente esclusione.**

**La modifica o la cancellazione, anche parziale, delle indicazioni riportate nella parte riservata all'Istituto comporterà l'esclusione del concorrente dal lotto.**

**Le schede dovranno essere inviate telematicamente, utilizzando la piattaforma MEPA firmate digitalmente.**

L'offerta economica sarà aperta solo dopo la verifica di conformità delle attrezzature offerte. È interesse dell'Impresa concorrente, pertanto, fornire tutte le informazioni necessarie ed utili per la preliminare valutazione dell'idoneità dell'apparecchiatura. In ogni modo, comunque, le attrezzature saranno valutati in relazione alle esigenze tecniche a fronte delle quali l'Istituto ha indetto la procedura di affidamento.

E' possibile presentare offerta per uno o più lotti.

#### **MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione seguirà per singolo lotto a favore del prezzo più basso *ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016.*

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione delle offerte e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari importo l'Amministrazione procederà mediante sorteggio pubblico tra le offerte medesime in luogo, data e ora che saranno comunicate ai concorrenti interessati.

***In caso di aggiudicazione, il documento di stipula generato dal Mercato elettronico sarà assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. Spetterà al fornitore l'onere di dimostrare all'Ente l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013. Il mancato***

*assolvimento del tributo comporterà la prescritta segnalazione, entro il termine di 30 giorni, alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 642/1972.*

## **RTI/CONSORZI**

In caso di partecipazione di RTI o consorzi, si richiama quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del D:Lgs. n. 50/2016.

## **ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Istituto i seguenti documenti:

- In caso di R.T.I. non costituito, l'Atto notorio di costituzione del raggruppamento temporaneo con il quale le imprese conferiscono, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, con relativa procura conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario (art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva). **La cauzione definitiva, ove richiesta, dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.** La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale. Non sarà chiesta cauzione definitiva per contratti di importo inferiore a € 20.000,00.

## **SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**

In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

## **COMUNICAZIONI**

L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti o agli aggiudicatari attraverso la piattaforma MEPA o a mezzo fax o posta elettronica certificata.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

RDO 1489295

La fornitura si svolgerà in osservanza delle Condizioni generali di contratto dell'iniziativa e, per quanto in esse non previsto, del *Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (ed/rev. 3/0)*, disponibile sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo:

[http://www.izsto.it/images/CAPITOLATO\\_GENERALE\\_3\\_0.pdf](http://www.izsto.it/images/CAPITOLATO_GENERALE_3_0.pdf)

**fatte salve le seguenti condizioni particolari**

### OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore gli oneri e obblighi seguenti, conglobati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il carico e scarico, il sollevamento a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc., delle attrezzature compresi nel presente appalto ed il relativo montaggio, nonché la sostituzione o ripristino dei materiale deteriorato;
- la pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari e la riconsegna degli ambienti per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio ed installazione;
- la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli allacciamenti impiantistici necessari (idrico-fognante, elettrico, gas, canali di espulsione aria per armadi ecc.), anche se non specificatamente indicati nelle specifiche tecniche, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, a partire dai punti di derivazione più vicina sino a raggiungere tutte le attrezzature oggetto della fornitura che necessitano di allacci tecnologici (banconi, armadi, cappe e quant'altro), il tutto eseguito secondo la normativa vigente in materia; le prove di tenuta di tutte le reti impiantistiche realizzate, in conformità alle normative vigenti in materia, compreso il rilascio delle prescritte dichiarazioni di cui al D.M. n.37/2008 e s.m.i., nonché gli elaborati grafici "as built" degli impianti elettrici, gas, idrici e scarichi. La fornitura e posa in opera si intende pertanto comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, idraulici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionanti gli arredi forniti senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l'Amministrazione di questo Istituto.
- ogni prestazione in cantiere per la posa in opera con gli oneri relativi ad essa attinenti, comprese le eventuali opere di finitura;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;

- l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale.

L'Affidatario dovrà inoltre garantire che il prodotto oggetto della fornitura sia completo degli allacciamenti impiantistici necessari al buon funzionamento dello stesso.

In particolare, la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli allacciamenti impiantistici (idrico-fognante, elettrico, gas, canali di espulsione aria per cappe ed armadi ecc.) eventualmente necessari per il buon funzionamento dell'attrezzatura, fatto salvo quanto espressamente escluso dai documenti di gara ed anche se non specificatamente indicati negli stessi, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, a partire dai punti di derivazione più vicina sino a raggiungere tutte le attrezzature oggetto della fornitura che necessitano di allacci tecnologici, per dare gli impianti perfettamente funzionanti e a regola d'arte secondo la normativa vigente e le seguenti prescrizioni:

- Impianto elettrico: fornitura e posa in opera di linee elettriche con cavi di sezione adeguata alle esigenze per tutti gli allacciamenti necessari alle attrezzature previste, poste in tubazioni rigide e/o flessibile in pvc. Le linee di alimentazione dovranno essere derivate dai quadretti generali presenti negli ambienti e canalizzate fino alle utenze, opportunamente graffate. In ogni quadro dovranno essere installati, per ogni utenza, un interruttore magnetotermico differenziale idoneo. Ove il quadro esistente non è in grado di ospitare gli ulteriori interruttori magnetotermici, è a carico della ditta appaltatrice adeguare gli schemi dei quadri;
- Impianti idrici e di scarico: fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc serie pesante per gli scarichi delle attrezzature previste; tubazioni in polietilene reticolato per tutti gli allacciamenti idrici, opere murarie accessorie per il raggiungimento dei punti di allaccio, compreso le chiavi di arresto con filtri e ogni altro accessorio per dare l'impianto perfettamente funzionante;
- Impianti gas metano e gas tecnici: fornitura e posa in opera di tubazioni in verghe di rame a saldare, di diametro adeguato, compreso accessori e prove di tenuta delle reti.

## **ORDINATIVI – TEMPI E MODALITÀ DELLE CONSEGNE**

Gli ordinativi saranno inoltrati tramite piattaforma MEPA.

Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i presidi appresso indicati entro 40 gg. solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di quindici giorni lavorativi.

La consegna dovrà essere effettuata al piano e nei locali indicati, anche nel caso in cui manchi impianto elevatore.

**La ditta aggiudicataria per il lotto 2 deve ritirare e smaltire a proprie spese l'apparecchiatura usata indicata nel luogo di consegna.**

Si evidenzia che l'Istituto non dispone di un servizio di facchinaggio interno; pertanto l'aggiudicatario dovrà provvedere direttamente alla consegna, installazione e collaudo ove previsto.

Costituisce quindi onere del concorrente richiedere prima della presentazione dell'offerta le informazioni necessarie all'esecuzione completa della fornitura come sopra specificato o eseguire un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e degli accessi.

### **OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'impresa si impegna a far rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* – a tutti i propri collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

In caso di violazione di tali obblighi l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

### **CONVENZIONE CONSIP**

Qualora Consip S.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto una convenzione relativa alla medesima fornitura, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip S.p.a. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalla convenzione in parola risultassero più convenienti di quelle offerte dall'aggiudicatario, verrà richiesto a quest'ultimo di adeguarli a quelli risultanti dalla Convenzione; nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provvedesse all'adeguamento il responsabile del procedimento procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

### **PAGAMENTI**

Il pagamento per prestazione o fornitura regolarmente eseguita avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni (o nel diverso termine, non inferiore, indicato in offerta) dalla data di ricevimento della fattura, o, se questa è anteriore, dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'Istituto propone il termine di 60 giorni.

Per singoli bonifici di importo superiore a € 1.000,00 i pagamenti saranno assoggettati ad una commissione bancaria fissa per spese di bonifico a carico del beneficiario

- bonifici da € 1.000 a € 10.000                      € 2,50
- bonifici superiori ad € 10.000                      € 3,50

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione.

#### **ORARI DI CONSEGNA**

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

#### **LUOGHI DI CONSEGNA :**

**LOTTO 1 – UN CONTENITORE PER AZOTO LIQUIDO CODICE SCHEDA PRODOTTO CON AZL 2 – C/O IL LABORATORIO DI ISTOPATOLOGIA- PALAZZINA “B” PIANO TERRA – VIA PAGANINI, 25 TORINO;**

**LOTTO 2 – UN CONGELATORE VERTICALE CODICE SCHEDA PRODOTTO CONGEL 2 C/O LA PALAZZINA “M” ACCESSO RAMPA CARRAIA – RITIRO E SMALTIMENTO USATO: MARCA FIOCCHETTI – MOD. SUPER FREEZER 700 – IDENTIFICATIVO CG09VI – NUMERO CESPITE 03202 - VIA PAGANINI, 25 TORINO;**

**LOTTO 3 – UN OMOGENEIZZATORE CODICE SCHEDA PRODOTTO OMOSEFE 1 – C/O LABORATORIO NEUROPATOLOGIA PALAZZINA “B” PIANO TERRA - VIA PAGANINI, 25 TORINO;**

**LOTTO 4 - UN OMOGENEIZZATORE CODICE SCHEDA PRODOTTO OMOSEFE 4 – C/O LABORATORIO VIROLOGIA PALAZZINA “E” PIANO TERRA - VIA PAGANINI, 25 TORINO.**

Si dichiara

- ⑩ Che l'Impresa è iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato per attività coerente con lo specifico settore oggetto della RDO;
- ⑩ che non ricorrono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 né altre cause che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ⑩ di possedere l'idoneità tecnico professionale, ovvero le capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, in relazione al tipo di appalto da realizzare e di impegnarsi ad esibire,

su richiesta del Committente, la documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, nonché di essere a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti, norme vigenti che disciplinano il contratto oggetto della procedura.

Si approvano le condizioni particolari di contratto ed il Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed./rev. 3.0, nonché specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli del Capitolato generale:

art. 13 - durata

art. 18 – condotta da parte dell'affidatario

art. 19 – periodo di prova – collaudo ed accettazione

art. 20 - forniture rifiutate all'accettazione o al collaudo

art. 21 – fatturazione pagamento: modalità

art. 22 - sospensione dei pagamenti

art. 23 - motivi per applicazione di penalità

art. 24 - penalità

art. 25 – procedimento relativo all'applicazione di penalità

art. 26 - recesso e risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.)

art. 27 - effetti della risoluzione: esecuzione in danno

art. 28 - trasferimento di proprietà dei beni e rischi

art. 31 - tracciabilità dei flussi finanziari ulteriori clausole risolutive espresse

art. 32 - foro competente

Art. 33 - Clausola di trasparenza

Il Rappresentante legale dell'Impresa (firma digitale)

**SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO**

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	<b>GESTIONE TECNOLOGIE</b>
PGS N°	20IZ117	<b>CODICE SCHEDA: CON AZL 2</b>		Ediz./Rev. 00.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

**CONTENITORE PER AZOTO LIQUIDO**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**STOCCAGGIO AZOTO LIQUIDO**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

<b>Specifiche minime richieste</b>	<b>Specifiche tecniche offerte</b>
1. Forma cilindrica	
2. Imboccatura stretta	
3. Struttura in alluminio leggera e resistente	
4. Alta efficienza termica	
5. Maniglie per il trasporto	
6. Dotato di coperchio	
7. Capacità non inferiore a 50 litri	
8. Evaporazione uguale o inferiore a 0.30 litri/ 24 h	
<b>9. DISPOSITIVO DI EROGAZIONE</b>	
9.1 Tubo flessibile	
9.2 Rubinetto di erogazione	
9.3 Manometro	
<b>10. BASE CON RUOTE</b>	
10.1 Struttura in metallo	
10.2 Ruote	
11. Marcatura CE e conformità alle norme antinfortunistiche vigenti	
12. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per 24 mesi dalla data della consegna	

**SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO**

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	<b>GESTIONE TECNOLOGIE</b>
PGS N°	20IZ117	<b>CODICE SCHEDA: CONGEL 2</b>		Ediz./Rev. 01.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

**CONGELATORE VERTICALE (400 litri a -20°C)**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**STOCCAGGIO CAMPIONI E REAGENTI AD IDONEE TEMPERATURE DI CONGELAMENTO**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Congelatore verticale da laboratorio	
2. Capacità 400 +10% litri	
3. Regolazione della temperatura mediante controllo elettronico digitale	
4. Sistemi di controllo elettronico a microprocessore	
5. Gas refrigerante privo di CFCs e HCFCs	
6. Refrigerazione ventilata forzata, o equivalente, per garantire uniformità di temperatura di circa $\pm 3^{\circ}\text{C}$	
7. Temperature di esercizio garantite almeno fino a $+42^{\circ}\text{C}$	
8. Almeno 3 ripiani regolabili in altezza	
9. Temperatura di esercizio almeno tra $-25^{\circ}\text{C}$ e $-10^{\circ}\text{C}$	
10. Sbrinamento automatico	
11. Illuminazione interna	
12. Struttura interna in acciaio inox AISI 304	
13. Dotato di ruote per agevolare lo spostamento	
14. Dispositivi acustici e visivi di allarme:	
14.1 Porta aperta	
14.2 Superamento della temperatura di sicurezza	
14.3 Interruzione energia elettrica	
14.4 Pulizia condensatore	
15. Porta con chiusura a chiave	
16. Presenza di foro passante di diametro circa 10 mm, con tappo di sicurezza termica per l'introduzione di sonde termometriche	
17. Mantenimento delle impostazioni di temperatura del termostato digitale a seguito di blackout elettrico	
18. Alimentazione 220-240V 50-60 Hz	
19. Marcatura CE e conformità a norme antinfortunistiche vigenti	
20. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
21. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per 24 mesi dalla data del nostro positivo collaudo interno	

**SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO**

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	<b>GESTIONE TECNOLOGIE</b>
PGS N°	20IZ117	<b>CODICE SCHEDA: OMOSFE 1</b>		Ediz./Rev. 00.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

**OMOGENEIZZATORE - DISGREGATORE A SFERE**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**ROTTURA E OMOGENEIZZAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI MULTIPLI**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

<b>Specifiche minime richieste</b>	<b>Specifiche tecniche offerte</b>
1. Omogeneizzatore con agitazione a velocità regolabile	
2. Alloggiamento per provette da almeno 1,5/2 mL <u>con tappo a vite</u>	
3. Postazione da almeno 12 provette	
4. Utilizzabile con sfere di lisi da 0,1 a 0,2 mm	
5. Fornito con il materiale necessario per il primo impiego (sfere di lisi)	
6. Alimentazione 220-230 V- 50-60 Hz (adattatore presa elettrica europea)	
7. Marcatura CE e conformità a norme antinfortunistiche vigenti	
8. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
9. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per <b>24 mesi</b> dalla data del nostro positivo collaudo interno	

**SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO**

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	<b>GESTIONE TECNOLOGIE</b>
PGS N°	20IZ117	<b>CODICE SCHEDA: OMOSFE 4</b>		Ediz./Rev. 00.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

**OMOGENEIZZATORE - DISGREGATORE A SFERE SU ROTORE**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**ROTTURA E OMOGENEIZZAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI MULTIPLI**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

<b>Specifiche minime richieste</b>	<b>Specifiche tecniche offerte</b>
1. Omogeneizzatore con agitazione a velocità regolabile	
2. Alloggiamento su rotore per provette da almeno 1,5 e 2 mL	
3. Postazione da almeno 12 provette	
4. Utilizzabile con sfere di lisi da 0,1 a 0,2 mm	
5. Fornito con il materiale necessario per il primo impiego (sfere di lisi)	
6. Alimentazione 220-230 V- 50-60 Hz (adattatore presa elettrica europea)	
7. Marcatura CE e conformità a norme antinfortunistiche vigenti	
8. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
9. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per <b>24 mesi</b> dalla data del nostro positivo collaudo interno	