

ESITO DI GARA RDO N. 1796735

Iniziativa del MEPA CONSIP - "BENI/RIERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA "

Fornitura di un Thermal Cycler per il laboratorio di Diagnostica Molecolare Virologica Ovocoltura della Sede Centrale dell'I.Z.S.

Lotto unico - Importo totale presunto € 22.951,00 oltre IVA (€ 28.000,00 IVA inclusa).

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359 DEL 17/12/2017.

CIG Z8821099BC

Lotto unico (codice scheda prodotto THERMCY 2)


Ditta: Bio-rad Laboratories – idonea - € 22.700,00 oltre IVA – (€ 27.694,00 IVA inclusa);

La valutazione dell'offerta tecnica sono agli atti dell'Istituto.

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686277 – tfx. 011/0469194).

Torino, li 28/12/2017

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 359 del 27/12/2017

Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata RDO n. 1796735 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di un Sistema Termoregolato per la realizzazione di cicli termici per il Laboratorio Specialistico Diagnostica Molecolare Virologia e Ovocultura della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. Euro 22.700,00 oltre IVA (Euro 27.694,00 IVA inclusa). CIG: Z8821099BC

Il Dirigente dott. Massimo Vicario

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12/06/2008

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.

E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 27/12/2017 per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione _____

Aggiudicazione procedura negoziata RDO n. 1796735 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di un Sistema Termoregolato per la realizzazione di cicli termici per il Laboratorio Specialistico Diagnostica Molecolare Virologia e Ovocultura della Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

Euro 22.700,00 oltre IVA (Euro 27.694,00 IVA inclusa).

CIG: Z8821099BC

Su proposta dell'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi

– Visti

- La Delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto "Dott. Vicario Massimo – proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa "Tecnico Logistico ed Appalti";
- Il D.Lgs. 19 aprile n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici" per quanto in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida dell'Anac e dei decreti del MIT attuativi del nuovo Codice dei contratti;
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare, l'art. 26, comma 6;
- Dato atto che con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, il legislatore ha disposto, tra le altre misure, che gli *enti del servizio sanitario nazionale utilizzano per l'acquisto di beni e servizi, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento* (art. 5 co. 13, lett. d);
- Vista la richiesta di acquisto, per la fornitura di un Sistema Termoregolato per la realizzazione di cicli termici per il Laboratorio Specialistico Diagnostica Molecolare Virologia e Ovocultura della Sede (acquisto contemplato nel programma aziendale per l'acquisizione di attrezzature tecnico scientifiche anno 2017/2018 di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 210 del 07/04/2017);
- Dato atto che l'importo complessivo presunto della procedura telematica *de qua* è di € 22.951,00 oltre IVA (€ 28.000,22 IVA inclusa);
- Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che il prodotto oggetto del presente provvedimento è presente nelle categorie merceologiche rientranti negli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. sul portale

www.acquistinretepa.it, e segnatamente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- Visto l'art. 35 D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 in forza del quale *"Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara."*;
- Ritenuto di conseguenza di stimare il valore complessivo della gara (ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016) in € 22.951,00 più Iva come di seguito specificato:

Importo a base di gara per di un sistema termoregolato per la realizzazione di cicli termici", più Iva	
VALORE COMPLESSIVO DELLA GARA	€ 22.951,00
<u>ai quali si sommano:</u>	
IVA 22 %	€ 5.049,22
oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 459,02
IMPORTO COMPLESSIVO	<u>€ 28.459,24</u>

- Preso atto dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma MEPA, in data 29 Novembre 2017 della RDO n. 1796735, per la fornitura sopra emarginata, da aggiudicarsi per singolo lotto unico secondo le specifiche tecniche, le condizioni particolari di RDO e le condizioni particolari di contratto inserite nella procedura;
- Visto che sono state invitate sulla base del sorteggio effettuato sul Mepa le seguenti imprese regolarmente iscritte all'iniziativa del Mepa "Beni/IRicerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica" al momento della pubblicazione:
 1. Angelo Franceschini Srl;
 2. Applied Medical Distribution Europe BV – Filiale Italiana;
 3. Aurogene;
 4. Bio-rad Laboratories Srl;
 5. Biogenerica Srl;

6. C.i.v.a.s. Srl;
7. Calisi Group Srl;
8. Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti Scs;

9. Da.ma. Srls;
10. Ditta Gianni Oldani;
11. Elettrocei Srl;
12. Eppendorf;
13. Isat Snc di Corrias Graziano e Marchesi Andrea;
14. J &S;
15. Lavoro e Ambiente Srl;
16. Lucas Srl;
17. M.c.h. di Marco Morelli;
18. Pulmoservice Srl;
19. Sakura Finetek Italy Srl;
20. Sanitel;
21. Semat Equipment;
22. Tecan Italia Srl;
23. Technos Tecnologia Ospedaliera;
24. Texa Srl;
25. Thermo Fisher Scientific Milano Srl.

- Constatato che entro il termine stabilito (ore 20:00 del 11 Dicembre 2017) ha presentato offerta unicamente la ditta Bio-rad Laboratories;
- Visto che in data 27 Settembre 2017 il punto istruttore ha proceduto all'apertura dell'offerta tecnica sulla piattaforma Mepa;
- Preso atto che, in data 13 Dicembre 2017, è stata trasmessa l'offerta tecnica al Responsabile del Centro di Costo richiedente per la valutazione tecnica di idoneità;
- Visto che in data 19 Dicembre 2017 è pervenuta la valutazione d'idoneità del suddetto lotto, prot. n. 0018271 (agli atti);
- Preso atto che in data 20 Dicembre 2017, il punto istruttore ha proceduto all'apertura offerta economica sulla piattaforma MEPA, provvedendo all'aggiudicazione provvisoria come risulta dal verbale di gara RDO n. 1796735 (allegato "A", N. 1 pagina):
 - lotto unico: n. 1 Sistema termoregolato per la realizzazione di cicli termici – ditta Bio-rad Laboratories per un importo complessivo di Euro 22.700,00 oltre IVA (Euro 27.694,00 IVA inclusa);
- Precisato che:
 - il contratto verrà stipulato attraverso la piattaforma MEPA;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti "Condizioni particolari

di RDO 1796735", "Condizioni particolari di Contratto 1796735" schede tecniche"
(allegato "B", N. 11 pagine).

- Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visto il verbale di gara Rdo nr. 1796735 allegato sotto la lettera "A", a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

DETERMINA

- Di approvare il verbale di gara e tutti gli atti della Rdo nr. 1796735 tramite piattaforma Mepa e di affidare la fornitura n. 1 Sistema termoregolato per la realizzazione di cicli termici per il Laboratorio di Diagnostica Molecolare Ovocoltura alla ditta Bio-rad Laboratories per un importo complessivo di Euro 22.700,00 oltre IVA (Euro 27.694,00 IVA inclusa);
- Di dare atto che Direttore dell'esecuzione del contratto sarà la Dott.ssa Lucia Mandola;
- Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è Maria Chieppa (Assistente Amministrativo dell'U.O. Programmazione e gestione Beni e Servizi);
- di disporre che la liquidazione verrà effettuata a seguito di verifica della regolare esecuzione del contratto;
- di dare atto che l'importo di cui al presente provvedimento, per Euro 22.700,00 oltre IVA - totale Euro 28.153,02 IVA inclusa, trova idonea copertura nel conto aziendale n. 1120401 sul budget aut. n. 2017/8 così suddiviso:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Importo	Budget Anno/num
BIO-RAD LABORATORIES (codice 3175)	1120401	€ 27.694,00	2017/8/48
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	1120401	€ 459,02	2017/8/600

VERBALE DI GARA RDO N. 1796735

Iniziativa del MEPA CONSIP - “BENI/RIERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA “

Fornitura di un Thermal Cycler per il laboratorio di Diagnostica Molecolare Virologica Ovocoltura della Sede Centrale dell'I.Z.S.

Lotto unico - Importo totale presunto € 22.951,00 oltre IVA (€ 28.000,00 IVA inclusa).

CIG Z8821099BC

CPV 42940000

Lotto unico (codice scheda prodotto THERMCY 2)


Ditta: Bio-rad Laboratories – idonea - € 22.700,00 oltre IVA – (€ 27.694,00 IVA inclusa);

La valutazione dell'offerta tecnica sono agli atti dell'Istituto.

Responsabile del Procedimento: Maria Chieppa (tel. 011/2686277 – txf. 011/0469194).

Torino, li 21/12/2017

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)



Allegati:

- A) Verbale di gara, n. 1 pagina;
- B) Condizioni particolari di RDO nr. 1796735, Condizioni particolari di contratto nr. 1796735, scheda tecnica, nr.11 pagine;

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile U.O. / S.S. proponente
IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI (Dott. Massimo Vicario)	<i>Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel presente atto deliberativo.</i> IL RESPONSABILE DELLA S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
"I. Altara"**

**VIA BOLOGNA 148 – TORINO
TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770
PARTITA I.V.A.: 05160100011**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO SU MEPA

**Iniziativa del MEPA CONSIP - "BENI/RIERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E
DIAGNOSTICA "**

**Fornitura di un Thermal Cycler per il laboratorio di Diagnostica Molecolare Virologica Ovocoltura
della Sede Centrale dell'I.Z.S.**

RDO n. 1796735

Lotto unico - Importo totale presunto € 22.951,00 oltre IVA (€ 28.000,00 IVA inclusa).

CIG Z8821099BC

CPV 42940000-7

Responsabile del procedimento: Maria Chieppa tel. 011.2686277-218.

Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I.. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO N. 1796735

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di un Thermal Cycler per il Laboratorio di Diagnostica Molecolare Virologica Ovocoltura della Sede Centrale dell'I.Z.S.

Si precisa, come precisato nelle condizioni particolari di contratto – luoghi di consegna - è richiesto all'aggiudicatario il ritiro dell'apparecchiatura usata, senza ulteriori spese a carico dell'Istituto.

VISIONE DEI LUOGHI

Il concorrente può prendere visione dei luoghi e degli impianti e di tutto quanto eventualmente necessario per il buon funzionamento dell'attrezzatura.

La fornitura e posa in opera si intende pertanto comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, idraulici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionante la cappa fornita senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l'Amministrazione di questo Istituto.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri necessari al perfetto funzionamento della cappa per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, come meglio definiti nelle condizioni particolari di contratto della RDO.

Sono sempre compresi tutti gli oneri per il ripristino "al finito" dei locali e le pulizie finali degli ambienti, per dare il tutto finito a regola d'arte e pronto all'utilizzo.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente trasmettere telematicamente, nella sezione *Documenti richiesti ai partecipanti*,

- Il file SCHEDA PRODOTTO del lotto, completato, non trasformato in PDF sottoscritto con firma digitale
- il file Condizioni particolari di contratto, con le relative dichiarazioni, sottoscritto per accettazione con firma digitale

CAPACITA' TECNICA – SCHEDA PRODOTTO

Le specifiche tecniche dell'attrezzatura richiesta sono riportate nel documento allegato **SCHEDA PRODOTTO LOTTO....**

Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi perchè l'offerta possa essere presentata e costituiranno oggetto della verifica di conformità della fornitura.

Ove nelle specifiche tecniche riportate nella scheda articolo sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica, si intende apposta la dicitura "o equivalente". Il concorrente pertanto potrà offrire prodotto equivalente sotto il profilo funzionale e tecnico.

Al fine di consentire la verifica della capacità tecnica dell'attrezzatura richiesta, per l'apparecchiatura offerta ed **entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta**, il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, restituire per il lotto offerto la scheda prodotto (*documento SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO*) allegate alla RDO debitamente completate nella parte riservata al fornitore a conferma della conformità dei beni ai singoli requisiti tecnici richiesti. **Tale scheda non deve riportare, a pena di esclusione, indicazioni di prezzo dell'apparecchiatura.**

La modifica o la cancellazione, anche parziale, delle indicazioni riportate nella parte riservata all'Istituto comporterà l'esclusione del concorrente dal lotto.

La scheda dovrà essere inviata telematicamente, utilizzando la piattaforma MEPA firmata digitalmente.

L'offerta economica sarà aperta solo dopo la verifica di conformità dell'attrezzatura offerta. È interesse dell'Impresa concorrente, pertanto, fornire tutte le informazioni necessarie ed utili per la preliminare valutazione dell'idoneità dell'apparecchiatura. In ogni modo, comunque, l'attrezzatura sarà valutato in relazione alle esigenze tecniche a fronte delle quali l'Istituto ha indetto la procedura di affidamento.

A norma dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione seguirà a singolo lotto unico a favore del prezzo più basso *ex art. 95*, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, previa valutazione di idoneità delle schede tecniche delle attrezzature offerte

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione dell'offerta e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari importo l'Amministrazione procederà mediante sorteggio pubblico tra le offerte medesime in luogo, data e ora che saranno comunicate ai concorrenti interessati.

In caso di aggiudicazione, il documento di stipula generato dal Mercato elettronico sarà assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. Spetterà al fornitore l'onere di dimostrare all'Ente l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013. Il mancato assolvimento del tributo comporterà la prescritta segnalazione, entro il termine di 30 giorni, alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 642/1972.

RTI/CONSORZI

In caso di partecipazione di RTI o consorzi, si richiama quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Istituto i seguenti documenti:

- In caso di R.T.I. non costituito, l'Atto notorio di costituzione del raggruppamento temporaneo con il quale le imprese conferiscono, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, con relativa procura conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario (art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva). **La cauzione definitiva, ove richiesta, dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.** La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale. Non sarà chiesta cauzione definitiva per contratti di importo inferiore a € 20.000,00.

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procederà

all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

COMUNICAZIONI

L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti o agli aggiudicatari attraverso la piattaforma MEPA o a mezzo fax o posta elettronica certificata.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

RDO 1796735

La fornitura si svolgerà in osservanza, in via gradata, delle seguenti Condizioni particolari di contratto, del *Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta* (ed/rev. 3/0), disponibile sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: http://www.izsto.it/images/CAPITOLATO_GENERALE_3_0.pdf e, per quanto non previsto, delle Condizioni generali di contratto dell'iniziativa.

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore gli oneri e obblighi seguenti, conglobati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il carico e scarico, il sollevamento a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc., delle attrezzature compresi nel presente appalto ed il relativo montaggio, nonché la sostituzione o ripristino del materiale deteriorato;
- la pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari e la riconsegna degli ambienti per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio ed installazione;
- il ritiro e lo smaltimento dell'usato, dove richiesto nella sezione i luoghi di consegna”;
- la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli allacciamenti impiantistici necessari (idrico-fognante, elettrico, gas, canali di espulsione aria per armadi ecc.), anche se non specificatamente indicati nelle specifiche tecniche, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, a partire dai punti di derivazione più vicina sino a raggiungere tutte le attrezzature oggetto della fornitura che necessitano di allacci tecnologici, il tutto eseguito secondo la normativa vigente in materia; le prove di tenuta di tutte le reti impiantistiche realizzate, in conformità alle normative vigenti in materia, compreso il rilascio delle prescritte dichiarazioni di cui al D.M. n.37/2008 e s.m.i., nonché gli elaborati grafici “as built” degli impianti elettrici, gas, idrici e scarichi. La fornitura e posa in opera si intende pertanto comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, idraulici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionanti i beni forniti senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l'Amministrazione di questo Istituto.
- ogni prestazione in cantiere per la posa in opera con gli oneri relativi ad essa attinenti, comprese le eventuali opere di finitura;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;

- l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale.

L'Affidatario dovrà inoltre garantire che il prodotto oggetto della fornitura sia completo degli allacciamenti impiantistici necessari al buon funzionamento dello stesso.

ORDINATIVI – TEMPI E MODALITÀ DELLE CONSEGNE

Gli ordinativi saranno inoltrati tramite piattaforma MEPA.

Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i presidi appresso indicati entro ³⁰45 gg. solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di quindici giorni lavorativi.

La consegna dovrà essere effettuata al piano e nei locali indicati, anche nel caso in cui manchi impianto elevatore.

Si evidenzia che l'Istituto non dispone di un servizio di facchinaggio interno; pertanto l'aggiudicatario dovrà provvedere direttamente alla consegna, installazione e collaudo ove previsto.

Costituisce quindi onere del concorrente richiedere prima della presentazione dell'offerta le informazioni necessarie all'esecuzione completa della fornitura come sopra specificato o eseguire un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e degli accessi.

OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa si impegna a far rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* – a tutti i propri collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

In caso di violazione di tali obblighi l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

CONVENZIONE CONSIP

Qualora Consip S.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto una convenzione relativa alla medesima fornitura, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip S.p.a. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalla convenzione in parola risultassero più convenienti di quelle offerte dall'aggiudicatario, verrà richiesto a quest'ultimo di adeguarli a quelli risultanti dalla Convenzione; nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provvedesse all'adeguamento il responsabile del procedimento procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

PAGAMENTI

Il pagamento per prestazione o fornitura regolarmente eseguita avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni (o nel diverso termine, non inferiore, indicato in offerta) dalla data di ricevimento della fattura, o, se questa è anteriore, dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'Istituto propone il termine di 60 giorni.

Per singoli bonifici di importo superiore a € 1.000,00 i pagamenti saranno assoggettati ad una commissione bancaria fissa per spese di bonifico a carico del beneficiario

- *bonifici da € 1.000 a € 10.000* € 2,50
- *bonifici superiori ad € 10.000* € 3,50

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione.

ORARI DI CONSEGNA

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

LUOGHI DI CONSEGNA

LOTTO UNICO: THERMAL CYCLER - CODICE SCHEDA THERMCY 2 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO PRESSO IL LABORATORIO DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE VIROLOGICA E OVOCOLTURA - PALAZZINA “S” PIANO 2° – VIA PAGANINI, 25 TORINO (NON E' PRESENTE IMPIANTO ELEVATORE).

RITIRO E SMALTIMENTO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATRICE DI UN THERMAL CYCLER - IDENTIFICATIVO RT01- MARCA APPLAIED BIOSYSTEM – MODELLO STEP ONE PLUS - CESPITE 15294 - PALAZZINA “S” PIANO 2° – VIA PAGANINI, 25 TORINO.

Si dichiara

- Che l'Impresa è iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato per attività coerente con lo specifico settore oggetto della RDO;
- che non ricorrono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 né altre cause che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di possedere l'idoneità tecnico professionale, ovvero le capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, in relazione al tipo di appalto da realizzare e di impegnarsi ad esibire, su richiesta del Committente, la documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, nonché di essere a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti, norme vigenti che disciplinano il contratto oggetto della procedura.

Si approvano le condizioni particolari di contratto ed il Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed./rev. 3.0, nonché specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli del Capitolato generale:

art. 13 - durata

art. 18 – condotta da parte dell'affidatario

art. 19 – periodo di prova – collaudo ed accettazione

art. 20 - forniture rifiutate all'accettazione o al collaudo

art. 21 – fatturazione pagamento: modalità

art. 22 - sospensione dei pagamenti

art. 23 - motivi per applicazione di penalità

art. 24 - penalità

art. 25 – procedimento relativo all'applicazione di penalità

art. 26 - recesso e risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.)

art. 27 - effetti della risoluzione: esecuzione in danno

art. 28 - trasferimento di proprietà dei beni e rischi

art. 31 - tracciabilità dei flussi finanziari ulteriori clausole risolutive espresse

art. 32 - foro competente

Art. 33 - Clausola di trasparenza

Il Rappresentante legale dell'Impresa (firma digitale)

SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO

MOD.N.	40IZ031	EDIZ./REV.	2.0	GESTIONE TECNOLOGIE
PGS N°	20IZ117	CODICE SCHEDA: THERM CY 2		Ediz./Rev. 01.00

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

SISTEMA TERMOREGOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI CICLI TERMICI (THERMAL CYCLER) CON ACQUISIZIONE DEI DATI DI AMPLIFICAZIONE IN TEMPO REALE - (96 POZZETTI)

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

AMPLIFICAZIONE ENZIMATICA DEL DNA TRAMITE PCR CON RILEVAZIONE QUALI/QUANTITATIVA INTEGRATA IN TEMPO REALE

CASA COSTRUTTRICE: _____

MODELLO OFFERTO: _____

VS. CODICE: _____

Specifiche minime richieste	Specifiche tecniche offerte
1. Blocco di amplificazione a 96 pozzetti per provette da 0,1/0,2 mL (per volumi ridotti) e piastre da 96 pozzetti da 0,1/0,2 mL (per volumi ridotti), corredato di coperchio riscaldato e con possibilità di blocco intercambiabile a 384 pozzetti	
2. Controllo della temperatura mediante sistema Peltier ad elevata efficienza, con possibilità di funzione gradiente termico dinamico (intervallo di gradiente 1-24° C)	
2.1 accuratezza termica: $\pm 0,20^{\circ}\text{C}$ (da 35°C a 95°C), misurata dopo 10 secondi dalla partenza del timer, nell'ambito delle temperature di annealing e di denaturazione	
2.2 uniformità termica: $\pm 0,40^{\circ}\text{C}$ (da 35°C a 95°C), misurata 10 secondi dopo la partenza del timer, nell'ambito delle temperature di annealing e di denaturazione	
3. Campo di temperature di lavoro: da 0°C a + 99,9 °C con incrementi di 0,1°C	
4. Operatività in funzione "Standard" e "Fast" con rampa termica massima di 5°C/sec e rampa media di 3.3°C/sec che consenta velocità di riscaldamento e raffreddamento del campione in modo da poter effettuare un intero ciclo di amplificazione (40 cicli) in meno di 2 ore in funzione "standard" o in meno di 40 minuti in funzione "fast"	
5. Acquisizione dei dati di amplificazione in tempo reale mediante rilievo di fluorescenza attivata da sorgenti LED a canali separati, con selezione della lunghezza d'onda specifica per i fluorocromi utilizzabili. Sistema integrato di correzione degli errori di interferenza spettrale.	
6. Sistema ottico per il rilevamento della fluorescenza emessa mediante fotodiodi che permetta l'acquisizione contemporanea di 5 differenti fluorocromi all'interno di ogni singola reazione; fluorofori e lunghezze d'onda: FAM™/SYBRGREEN® - 450-490 nm; VIC®/HEX™- 515-535 nm; TEXAS RED™ - 560-590; Cy5 - 620-650 nm; QUASAR705 - 672-684 nm)	
7. Cammino ottico LED-pozzetto costante per evitare correzioni del cammino ottico e per evitare l'uso di reference passivi.	

8. Sistema configurato con controllo PC fornito in versione notebook (completo mouse e stampante)	
9. Software dedicato per la gestione guidata dello strumento, con monitoraggio in real-time delle curve di amplificazione, dotato di :	
9.1 numero illimitato di licenze del software.	
9.2 possibilità infinita di upgrade del software online.	
9.3 software aggiuntivo per lo studio della stabilità dei geni reference, studi di variazione del numero di copie, studi di espressione genica e analisi statistica dei dati.	
10. Software specifici per le applicazioni basate sulla reazione PCR per :	
10.1 quantificazione assoluta e relativa di DNA o RNA (cDNA)	
10.2 analisi qualitativa di presenza/assenza di target specifici, con controllo interno positivo	
10.3 analisi di matrici ambientali e alimentari per analisi quali/quantitativa di OGM , patogeni alimentari e animali (virus e batteri)	
11. Alimentazione 220 V	
12. Marcatura CE e conformità a norme antinfortunistiche vigenti	
13. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)	
14. Installazione e collaudo a cura e spesa della Ditta fornitrice, eseguito presso il nostro presidio con presenza di personale tecnico della stessa	
15. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per 24 mesi dalla data del positivo collaudo comprensiva di una visita annuale di manutenzione preventiva (attraverso assistenza diretta con personale del costruttore). La manutenzione preventiva dovrà prevedere visite programmabili dal cliente con almeno 48 ore di preavviso e dovrà comprendere tutti i controlli, previsti dal manuale di utilizzo, atti a garantire lo stato di funzionalità e sicurezza dell'apparecchiatura	