

ESITO DI GARA RICHIESTA PREZZI N. 2017/4

Richiesta prezzi n. 2017/4 per l'affidamento della fornitura biennale di terreno colturale MEM, tripsina EDTA, previa valutazione schede tecniche e campionatura a ditta aggiudicataria e siero fetale bovino previa valutazione campionatura con riserva del lotto per il periodo contrattuale

Importo totale presunto Euro 16.500,00 + IVA

Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 132 del 18/05/2017

Ditte partecipanti, aggiudicatarie e importi di aggiudicazione

Posizione 1 codice 14517 *terreno colturale mem*

Ditta: Life Technologies Italia – non idonea in quanto non sono presenti gli aminoacidi non essenziali

Ditta: Carlo Erba Reagents – non idonea in quanto non sono presenti gli aminoacidi non essenziali

Ditta: SPA Società Prodotti Antibiotici – non idonea in quanto gli aminoacidi non essenziali (NEAA) non devono essere forniti a parte ma essere già contenuti nel terreno mem

Ditta: Euroclone – idonea – Euro 4.554,00+IVA (Euro 5.555,88 IVA inclusa)

Ditta: Voden Medical Instruments - idonea – Euro 2.596,00+IVA (Euro 3.167,12 IVA inclusa)

Ditta aggiudicataria: Voden Medical Instruments Euro 2.596,00+IVA (Euro 3.167,12 IVA inclusa)

Posizione 2 codice 14799 *tripsina edta*

Ditta: Voden Medical Instruments – non idonea in quanto la concentrazione di tripsina è inferiore a quella richiesta, la concentrazione di EDTA è inferiore a quella richiesta, il prodotto non è testato per l'assenza di mycoplasmi e parvovirus suino.

Ditta: Carlo Erba Reagents – non idonea in quanto la concentrazione di tripsina è inferiore a quella richiesta, la concentrazione di EDTA è inferiore a quella richiesta, il prodotto offerto non è testato per mycoplasma e parvovirus suino.

Ditta: Euroclone – non idonea in quanto la concentrazione di tripsina è inferiore a quella richiesta, non è certificata l'assenza di mycoplasmi e parvovirus suino.

Ditta: SPA Società Prodotti Antibiotici - non idonea in quanto la concentrazione di tripsina è inferiore a quella richiesta, il prodotto non è testato per l'assenza di mycoplasmi e parvovirus suino.

Ditta: Life Technologies Italia – idonea – Euro 1.276,80+IVA (Euro 1.557,70 IVA inclusa)

Ditta aggiudicataria: Life Technologies Italia Euro 1.276,80+IVA (Euro 1.557,70 IVA inclusa)

Posizione 3 codice 14515 siero fetale bovino

Ditta: Voden Medical Instruments – non idonea in quanto il flacone non è a collo inclinato come richiesto

Ditta: Life Technologies Italia – idonea – Euro 7.672,50+IVA (Euro 9.360,45 IVA inclusa)

Ditta aggiudicataria: Life Technologies Italia Euro 7.672,50+IVA (Euro 9.360,45 IVA inclusa)

Le valutazioni delle offerte tecniche sono agli atti dell'Istituto

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Luisa Piras (tel. 011/2686218).

Torino, li 22/05/2017

IL RESPONSABILE
S.C. TECNICO-LOGISTICO ED APPALTI
(DOTT. MASSIMO VICARIO)



MLP/rf

